

Specificații tehnice (F4.1)

**Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Licitatia publica: 21037540: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 7						
50421000-2	Servicii de reparație a dispozitivului radiologic SHIMADZU FlexaVision F3	FlexaVision F3	Japonia	Shimadzu	Reinstalarea software pe consola de bază; Sincronizare generator; Sincronizare masa, tub radiologic nr.1 si nr.2; Configurare si calibrare tub nr.1 si nr.2 inclusiv detectorul; Configurare transmitere imagini catre PACS; Configurare si calibrare imprimanta; Piese necesare pentru înlaturarea defectelor.Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Reinstalarea software pe consola de bază; Sincronizare generator; Sincronizare masa, tub radiologic nr.1 si nr.2; Configurare si calibrare tub nr.1 si nr.2 inclusiv detectorul; Configurare transmitere imagini catre PACS; Configurare si calibrare imprimanta; Piese necesare pentru inlaturarea defectelor in caz de depistare nu sunt incluse; Termen de garantie a lucrarilor efectuate minim 6 luni.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: „Neotec” SRL
Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37