

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1770895129102 din 12 februarie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 22 Incalzitor de pacient	Mistral-Air MA 1200- EU	Olanda	The Surgical Compa- Ny B.V.	Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 43°C;	S1. Da, Mistral-Air este un sistem de incalzire pacienti adulti si pediatrici cu flux de aer cald. Acesta dispune de interfata cu utilizatorul (panou de control cu parametri ajustabili) (conform extras manual de utilizare pag. 18) S2. Da, sistemul Mistral-Air consta dintr-o unitate de incalzire reutilizabila si paturi de unica folosinta gonflabile conectate printr-un furtun (conform brosură pag. 1, 4) S3. Da, sistemul Mistral-Air dispune de un domeniu de temperatura ajustabil cu 4 regimuri: ambiental, 32°C, 38°C si 43°C (conform brosură pag.4)	ISO, CE AMDM: DM00068 5822

				Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permiabilitatea filtrului de aer $\leq 0,3 \mu\text{m}$; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii per dispozitiv: Trolu Cablul de alimentare (euro plug) Plapuma/saltea gonflabilă	S4. Da, sistemul Mistral-Air dispune de un filtru HEPA H13 pentru filtrarea preventivă a aerului atmosferic (conform broșura pag. 4) S5. Da, permeabilitatea filtrului HEPA H13 este $\leq 0,3 \mu\text{m}$ (conform broșura pag. 4) S6. Da, alimentarea sistemului Mistral-Air la 220V, 50Hz. (conform broșura pag.4) S7. Da, sistemul Mistral-Air va fi livrat împreună cu următoarele accesorii: trolu, cablu de alimentare europlug și o plapumă pentru corp întreg (conform broșura pag. 4,5)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Negreșteni nr. 9, ap.(of.)11