

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718799812633 / 21240710 din: 19.06.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU - III

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Măsuța pentru instrumente sterile tip Mayo (conform anexa n.3)	SM-009	China	JIANGSU YONGXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator. Structură carcasă oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă cu fixare. Sarcina maximă de încărcare minim 10 Kg. Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână. Diametrul rotilor minim 50 mm. Dimensiuni suprafață de lucru Lungime - 50 cm ±10 cm, Lățime - 70 cm±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator. Structură carcasă oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă cu fixare. Sarcina maximă de încărcare minim 10 Kg. Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână. Diametrul rotilor minim 50 mm. Dimensiuni suprafață de lucru Lungime - 50 cm ±10 cm, Lățime - 70 cm±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE/ISO
5	Foaie pentru transfer pacient (conform anexa n.5)	YXZ-D-F2			8 manere laterale. 2 manere frontale mari. Benzi cu banda din nylon de înaltă rezistență. Suport de încărcare până la 230 de kilograme. Material fără latex. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	8 manere laterale. 2 manere frontale mari. Benzi cu banda din nylon de înaltă rezistență. Suport de încărcare până la 230 de kilograme. Material fără latex. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE/ISO
7	Cuseta medicală cu reglarea secțiunii capului (conform anexa n.7)	YXZ-007			Pat pentru examinarea pacienților. Secțiuni ≥ 2. Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Husă. Saltea. Dimensiuni ≥ 180x60x60 cm . Greutate pacient minim, 180 kg. Tatiera reglabilă. Suport hârtie minim 20 buc. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Pat pentru examinarea pacienților. Secțiuni ≥ 2. Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Husă. Saltea. Dimensiuni ≥ 190x60x70 cm . Greutate pacient minim, 180 kg. Tatiera reglabilă. Suport hârtie minim 20 buc. Garanție minim 12 luni din momentul livrării.	CE/ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4