

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1739969390542
Obiectul achiziției: “Servicii de deservire a dispozitivelor de ultrasonografie, endoscopie flexibilă și hemodializă”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 2//Dispozitiv de ultrasonografie Toshiba Aplio 300	Aplio 300	Japonia	Canon Medical Systems (ex-Toshiba)	Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.	Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.	CE, ISO

				Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului	Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului	
Lot 3//Dispozitiv de ultrasonografie Toshiba Xario SSA-660A	Xario	Japonia	Canon Medical Systems (ex-Toshiba)	Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție,	Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție,	CE, ISO

				director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului	director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)