

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdpl-MD-1549554985751

Denumirea licitației: "Dezinfectanți, medicamente și produse consumabile".

Alternativa nr.:

Data: „04” martie 2019

Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600000-6	Bunuri	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru plasmafereză compatibil cu aparatul pentru plasmafereză automată "DigiPla 80"	China	Sichuan Nigale Biotechnology	Certificări: - Certificatul/Certificatele de conformitate CE sau SM; Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentați certificatei de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - Confirmarea efectuării programării la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. - Destinație: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a) materiale de bază ale plasticului - polivinilclorid și dietilftalat; b) de uz unic; c) compatibilă cu echipamentul Heamonecs tip PCS2. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă - obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibile cu echipamentul Heamonecs tip PCS2. Soluție anticoagulantă volum de 250 ml: a) conținut de citrat de natriu 4%;	Destinație: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a) materiale de bază ale plasticului - polivinilclorid și dietilftalat; b) de uz unic; c) compatibilă cu echipamentul Heamonecs tip PCS2. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă - obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibile cu	Certificat CE; Certificat ISO 13485




Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2019.02.28 17:25:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cod CPV	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
33600000-6	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml	Container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 400ml	China	Sichuan Nigale Biological Technology Co., Ltd	Certificări: Certificatul/CertIFICATE de conformitate CE sau SM, Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - Confirmarea efectuării programării la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui. Destinație: pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat. Proprietăți: Materiale de bază ale plasticului - polivinilhidrid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui - volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin - volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în preesele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stămate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă - va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;	Materiale de bază ale plasticului - polivinilhidrid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui - volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin - volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în preesele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stămate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă - va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;	Certificat CE; Certificat ISO 13485

Cod CPV	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		3	4	5	6	7	8
3360000 0-6	Dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidemiologică și alte tipuri de suprafețe (alternativa 2)	Melsept SF	Elvetia	B Braun Medical AG	*cantitate suficientă pentru soluția de lucru Certificări: -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale; - certificate CE și/sau SM și/sau declarația de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexe corespunzătoare confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - certificate ISO 13485 și /sau ISO 9001 - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - confirmarea prezentații certificatului de calitate pentru fiecare lot - instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusive cu traducerea în limba de stat la livrare, copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului - Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale - Cerințe Tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a) virucidă b) bactericidă, c) tuberculocidă, d) fungicidă, e) sporicidă - Proprietăți: a)substanță activă: clorură de alchidimetilbenzil amoniu, aldehidă glutarică - b)produs concentrat lichid; - Expoziția: până la 30 minute - Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare)	pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe Tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a) virucidă, b) bactericidă, c) tuberculocidă, d) fungicidă, e) sporicidă - Proprietăți: a)substanță activă: clorură de alchidimetilbenzil amoniu, aldehidă glutarică - b)produs concentrat lichid; - Expoziția: până la 30 minute - Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare)	Certificat CE; certificate ISO 13485 și /sau ISO 9001
3360000 0-6	Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor	Promanum Pure	Elvetia	B.Braun Medical AG	Certificări: -certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale; - certificate CE și/sau SM și/sau declarația de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexe corespunzătoare confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - certificate ISO 13485 și /sau ISO 9001 - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - confirmarea prezentații certificatului de calitate pentru fiecare lot - instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusive cu traducerea în limba de stat la livrare, copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului - Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale - Cerințe Tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a) virucidă b) bactericidă, c) tuberculocidă, d) fungicidă, e) sporicidă - Proprietăți: a)substanță activă: clorură de alchidimetilbenzil amoniu, aldehidă glutarică - b)produs concentrat lichid; - Expoziția: până la 30 minute	pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a) virucidă, b) bactericidă, c) tuberculocidă, d) fungicidă, e) sporicidă - Proprietăți: a)dotat cu dozator b) substanța activă bazată pe etanol și bigluconat de clorhidrat sau etanol și didecildimetilamoniu clorid c) produs concentrat lichid sau gel cu Ph neutru; d) să nu provoace alergii, iritații a pielii; Expoziția : 30 secunde Forma de	Certificat CE; certificate ISO 13485 și /sau ISO 9001

Cod CPV	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1		3	4	5	6	7	8

Semnata:  Numele, Prenumele Valco Alexandru In calitate de: Director

Ofertantul "PHARMONY" SRL Adresa: Bui, Chisinau, str. Studentilor nr.7, bl.7, ap. 85

