

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724161958921
Denumirea procedurii Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților IMSP Institutul Oncologic

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
LOT 11						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	YC-525L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 300 și 400 litri $\leq$ Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 525 L Număr de rafturi 6 Ușa Număr 1 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 DA Frîne 2 DA Lumină interior DA	CE / DM000395538

				Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB	
LOT 16						
Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	K-12	China	SHENZEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD.	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric DA, Pag. 5 User Manual Display, tip Diagonala 12.1inch DA, Pag. 1 Product Specification Display TFT DA, Pag. 1 Product Specification Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 13 DA, Pag. 2 Product Specification Parametri afișați Semnal ECG DA, Pag. 1 Product Specification	CE/ DM000654286

			Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu	Pulsul DA, Pag. 1 Product Specification SpO2 DA, Pag. 1 Product Specification Fotopletismograma DA, Pag. 1 Product Specification Presiunea sanguină neinvaziv DA, Pag. 1 Product Specification Temperatura DA, Pag. 1 Product Specification Analiza automată a undei ST Trendingul ST DA, Pag. 172 User Manual Media în analiza segmetului ST DA, Pag. 66 User Manual Modul ECG DA, Pag. 1 Product Specification Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi DA, Pag. 1 Product Specification I, II, III DA, Pag. 124 User Manual Sensivitatea diapazon 2.5 - 40 mm/mV Pag. 162 User Manual Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Pag. 162 User Manual Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Pag. 162 User Manual Detectarea aritmiei DA Pag. 65 User Manual Detectarea pacemaker DA, Pag. 1 Product Specification Monitorizarea respirației DA, Pag. 1 Product Specification Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Pag. 163 User Manual Protecție în portiva șocurilor de defibrilare DA Pag. 173 User Manual Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% DA, Pag. 1 Product Specification	
--	--	--	---	---	--

				Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate obligatoriu Protocole de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu	Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % DA, Pag. 1 Product Specification Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm DA, Scrisoare confirmativa Monitorizarea pletismogramei obligatoriu Pag. 143 User Manual Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat Dual-wavelength optical method, Pag. 1 Product Specification Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon 40-275 mmHg Pag. 1 Product Specification Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Pag. 1 Product Specification Regim automat 1 – 480min Pag. 1 Product Specification Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu DA Pag. 30 User Manual Metoda de măsurare oscilometrică DA Pag. 71 User Manual Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Pag. 163 User Manual Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Pag. 1 Product Specification Acuratețea ±0.1 °C Pag. 1 Product Specification Rezoluția ±0.1 °C Pag. 163 User Manual Număr de senzori 1 unit. Pag. 2 Product Specification Protocole de lucru preprogramate DA Pag. 37 User Manual	
--	--	--	--	--	--	--

			Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roţile Indicaţi modelul oferit model produsului oferit min. 5 roţile obligatoriu min. 2 roţile cu frînă obligatoriu coş pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	Protocolade lucrusetate de utilizator DA Pag. 26 CSM User Manual Memorie internă DA Pag. 91 User Manual Trendingul evenimentelor DA Pag. 121 User Manual Arhivarea datelor obligatoriu Pag. 7 User Manual Imprimantă Încorporată DA Pag. 130 User Manual Forme de raportare DA Pag. 38 CSM User Manual Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Pag. 37 User Manual Înscriere continuă DA Pag. 173 User Manual Preprogramate DA Pag. 75 User Manual Personalizate DA Pag. 75 User Manual Alimentarea reţea electrică 220 V, 50 Hz DA Pag. 1 Product Specification Baterie internă DA Pag. 1 Product Specification Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h DA Pag. 28 User Manual Interfata de conectare la monitorul central Ethernet Pag. 1 Product Specification Alarma Vizuala, Sonora Pag. 49 User Manual Manjetă deconectată DA Pag. 179 User Manual Manjetă defect DA Pag. 179 User Manual Senzor SpO2 deconectat DA Pag. 51 User Manual Senzor SpO2 defect DA Pag. 50 User Manual	
--	--	--	--	--	--

					Alarmă concentrația SpO2 scăzută/ mărită DA Pag. 50 User Manual Nivelul baterie scăzut DA Pag. 6 User Manual Alarmerata cardiacă scăzută/ mărită DA Pag. 50 User Manual Lipsă sursă externă de alimentare DA Pag. 29 User Manual Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore Pag. 51 User Manual Ajustarea nivelului de alarmă DA Pag. 52 User Manual <u>Accesorii</u> Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., codul produsului 15010028 Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., codul produsului 15040097 Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc., codul produsului 15040077 Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., codul produsului 15080004 Manjete NIBP adult mediu 15020059, adult 15020056, adult mare 15020027 reutilizabile (1set/3buc) 2 set., Hîrtie termică 5 buc., DA 5101-5236310 Troleu pe roțile DA, Rollstand User Manual min. 5 roțile DA min. 2 roțile cu frînă DA coș pentru accesorii DA mîner pentru transportare DA sistem de fixare a dispozitivului de suport" DA	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

