

**DECLARAȚIE**

corespunderea parametrilor dezumidicatorului de tip frigorific al stației de obținere a oxigenului

**SISTEM DE GENERATOARE DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120**

Prin aceasta se certifică că dezumidicator de tip frigorific cu parametrii specificați în tabel va asigura uscarea aerului comprimat produs de compresorul cu șurub INVERSYS 22 PLUS pentru nevoile generatorului de oxigen: GENERATOR DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120

Denumirea parametrilor	Indicator
Model	<b>DEZUMIDIFICATOR FRIGORIFER FRIULAIR AMD 52</b>
Tip de dezumidicator	Tip de refrigerare
Mediu de lucru	Aer atmosferic comprimat
Productivitatea dezumidicatorului cu aer comprimat, nm <sup>3</sup> /h	312
Temperatura punctului de rouă (la o temperatură a aerului comprimat la intrare de 35°C și o presiune de 0,7 MPa), °C	3
Presiunea maximă a aerului, MPa	1,4
Temperatura maximă a aerului la intrarea în dezumidicator, °C	55
Tensiune/frecvență de alimentare, V/Hz	220/50
Putere, kW	0,79
Consum de aer pentru răcire, nm <sup>3</sup> /h	600
Răcire	Aer

Director  
Директор



V. Dinkov  
ДІНКОВ В.Ф.



**Dnipro**  
+38 (050) 320-51-99

**Odesa**  
+38 (048) 737-35-16

**Kharkiv**  
+38 (057) 760-17-09

**Lviv**  
+38 (032) 245-15-62

**Kyryvi Rih**  
+38 (067) 352-70-22

**Horishni Plavni**  
+38 (067) 354-62-02

**Sumy**  
+38 (0542) 61-06-12

**Khmelnyskyi**  
+38 (067) 384-57-45

**Rivne**  
+38 (0362) 46-09-31