

Государственное предприятие
 Всеукраинский государственный научно-производственный центр
 стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав
 потребителей (ГП "Укрметрестандарт")

Свидетельство об уполномочивании № ПК 001-2009 от 23.02.2009 г.
 Киев, 03680, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87, факс 522-67-01,
 www.gasmix.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

СЕРТИФИКАТ на ПГС

№ 3552-44/10

Выдан

Рабочая эталонная газовая смесь

CO – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
 и является государственным стандартным образцом состава газовой смеси
 ДСЗУ 021.451-02 (аналог ГСО 5004-89).
 Сертификат утверждения типа ДСЗУ № 609, действителен до

| Определяемые компоненты | Массовая концентрация, мг/м ³ * | Абсолютная расширенная неопределенность, мг/м ³ ** |
|-------------------------|---|--|
| Оксид углерода | 1,0 | 0,3 |
| | | |
| | | |

Примечание * Значения массовой концентрации
 приведены к температуре 20°C и давлению 101,3 КПа.
 ** коэффициент охвата равен 2

Смесь нетоксичная, негорючая.

| № баллона | Вместимость баллона, дм ³ | Давление в баллоне, МПа | Минимальное рабочее давление, МПа | Температура хранения и применения, °C | Тип вентилля |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 18775 | 10 | 7,0 | 0,5 | -30 ÷ +35 | КВ-1М |

Срок годности смеси:

Исполнитель

Шпильный С.А.

Козя В.Г.



Государственное предприятие
 Всеукраинский государственный научно-производственный центр
 стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав
 потребителей (ГП "Укрметрестандарт")

Свидетельство об уполномочивании № ПК 001-2009 от 23.02.2009 г.
 Киев, 03680, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87, факс 522-67-01,
 www.gasmix.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

СЕРТИФИКАТ на ПГС

№ 3553-44/10

Выдан

Рабочая эталонная газовая смесь

CO – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
 и является государственным стандартным образцом состава газовой смеси
 ДСЗУ 021.145-02 (аналог ГСО 3844-87).
 Сертификат утверждения типа ДСЗУ № 303, действителен до

| Определяемые компоненты | Массовая концентрация, мг/м ³ * | Абсолютная расширенная неопределенность, мг/м ³ ** |
|-------------------------|---|--|
| Оксид углерода | 46,0 | 1,7 |
| | | |
| | | |

Примечание * Значения массовой концентрации
 приведены к температуре 20°C и давлению 101,3 КПа.
 ** коэффициент охвата равен 2

Смесь токсичная, негорючая.

| № баллона | Вместимость баллона, дм ³ | Давление в баллоне, МПа | Минимальное рабочее давление, МПа | Температура хранения и применения, °C | Тип вентилля |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 67436 | 10 | 7,0 | 0,5 | -30 ÷ +35 | КВ-1М |

Срок годности смеси:

Исполнитель

Шпильный С.А.

Козя В.Г.

