

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul LP: 21050749	Data: 05-14.02.2022	Alternativa nr.-
Denumirea: Reactive si consumabile de laborator, <i>conform cerintelor IMSP CS Ungheni</i>	Lot:	Pagina 1 din 6

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumire: Bunuri solicitate</u>	<u>Modelul articolului</u>	<u>Țara de origine</u>	<u>Produ- cătorul</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată.</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standard e de referință</u>
Lotul 5 – determinarea schimbului de proteine							
1.	Hemoglobin	Hemoglobin cu calibrator	Rusia	Agat	Flacoane cu volumul de la 50 ml	Metoda de determinare: fotometrică ferocianid. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator. Limita minimă de detectie pentru set: < 5 g/l. Material pentru investigații: singe. Coeficientul de variație intraserial: < 0,1 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Leucocitoze, Lipemie. Flacoane cu volumul 50 ml (3000ml sol gata), Hemoglobin standard inclus în set	ISO, certificat de calitate
2.	Hemoglobin Standard fl.10 ml						
3.	Proba cu timol-Agat	Proba cu timol	Rusia	Agat	Set: Flacoane cu volumul de 11 ml-3fl; Sol.acid sulfuric 10ml-1fl. Sol.bariu hlorid 5ml-1fl.	Metoda de determinare: Fotometrică cu timol. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată. Set: Flacoane cu volumul de 11 ml-3fl; Sol.acid sulfuric 10ml-1fl. Sol.bariu hlorid 5ml-1fl.	ISO, Certificat de calitate
LOTUL 6 – material pentru controlul intern al investigațiilor de laborator							
1.	Material pentru controlul calității determinării proteinei în urină cu trei nivele	BM-Control	Rusia	Medlakor	Flacoane cu volumul 10 ml	Lichid stabil gata pentru folosire, cu 3 nivele .Set: 8fl*10ml	ISO, Certificat e de calitate
LOTUL 7 – cercetarea sistemului de hemostază							
1.	BIO-TP-determinarea Protrombinei Set a	BIO-TP-determinarea Protrombinei,	MB	Helena	Set a cite 6x4ml +1x25ml	Metoda de determinare:	ISO, CE

	cite 6x4ml +1x25ml	13880		Biosc.		Trombostat. Tipul reagenților: Amestic liofilizat solubil în diluție. Material pentru investigații: plasma citrată proaspătă. Valabilitatea 18 luni. Set a cite 6x4ml +1x25ml	
2.	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (Tehplastin Test cu tromboplastin stadard solubilă cu calciu)	APTT, 5560	MB	Helena Biosc.		Reagent APTT, standardizat cu acid elagic si fosfolipida de soe, Valabilitatea 18 luni, 100 teste	ISO, CE
3.	Set pentru determinarea fibrinogenului	Fibrinogen Claus cu calibrator, 5376	MB	Helena Biosc.	1flx2ml =40teste; Imidazol pentru reactie dupa Clauss. test	Metoda de determinare: Cronometrică după Clauss. 1flx2ml =40teste; Imidazol pentru reactie dupa Clauss. (Set: 5x2,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer, 2x5 ml Kaolin Suspension 0.5 g/L) Valabilitatea 24 luni	ISO, CE
4.	Plasmă de control normal 4 parametri	Plasmă de control normal 4 parametri, (1ml) N (5186)	MB	Helena Biosc.	3 ml	Flacon 1ml	ISO, CE
5.	Plasmă de control patologică 4 parametri	Plasmă de control patologică 4 parametri, 1 ml(5187)/ (5183)	MB	Helena Biosc.	3 ml	Flacon 1ml	ISO, CE
6.	Cuve tipul Balls pentru trombostat BE	Cuve tipul Balls pentru trombostat BE	Germania	Nobbe	Ambalaj 500 cuve	500cuve/set	
LOTUL 8 – Reagenți pentru determinarea grupelor sanguine și factorului Rezus							
1.	Țoliclon anti-A	Țoliclon anti-A	Rusia	Mediclon	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 10 ml	Certificat de calitate
2.	Țoliclon anti-B	Țoliclon anti-B	Rusia	Mediclon	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 10 ml	Certificat de calitate
3.	Țoliclon anti-AB	Țoliclon anti-AB	Rusia	Mediclon	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 10 ml	Certificat de calitate
4.	Țoliclon anti-D Ig G / Anti-D super	Țoliclon anti-D Ig G / Anti-D super	Rusia	M LOTUL 7 – cercetarea sistemului de hemostază ediclon	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml	Lichid stabil gata pentru folosire; Flacon cu volumul de 10 ml	Certificat de calitate
LOTUL 9 Specificații standard pentru investigații imunologice							
1.	Hbs Ag – antigenul superficial, 1 set x 96 teste	HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.CE.96,	Italia	Dia Pro	Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile,	ISO, CE

					controluri „+” și „-”, calibratori	calibrator, control negativ, control pozitiv	
2.	Anti Ascarida IgG, 1 set x 96 teste	D-3452 Ascarida IgG	Rusia	Vector Best	Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de controluri „+” și „-”, calibratori	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
3.	Anti Toxocara IgG, 1 set x 96 teste	D-2752 Toxocara IgG	Rusia	Vector Best	Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de controluri „+” și „-”, calibratori	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
4.	Anti Lamblia IgG, 1 set x 96 teste	D-3552 Lamblia Ab	Rusia	Vector Best	Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de controluri „+” și „-”, calibratori	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
5.	CRP-latex, 1 set x150 teste	CRP Latex Kit, 100 teste, 850100A	MB	Lorne Lab	Cerințe generale + Nota	Cerințe generale + Nota; LATEX-TEST cu control poz. si neg.	ISO, CE
6.	ASLO-Latex, 1 set x150 teste	ASO Latex Kit, 100 teste, 031100A	MB	Lorne Lab	Cerințe generale + Nota	Cerințe generale + Nota; LATEX-TEST cu control poz. si neg.	ISO, CE
7.	RF-Latex, 1 set x150 teste	RF Latex Kit, 100 teste, 830100A	MB	Lorne Lab	Cerințe generale + Nota	Cerințe generale + Nota; LATEX-TEST cu control poz. si neg.	ISO, CE
8.	TPHA, 1 set x 200 teste	TPHA Microtitre Plate kit, 100 teste, 043100A	MB	Lorne Lab	Cerințe generale + Nota	Cerințe generale + Nota; Heaglutinarea indirectă	ISO, CE
9.	RPR Syphilis Kit(p/u sifilis)	RPR Carbon kit, 500 teste, 044500A	MB	Lorne Lab	Cerințe generale+„Nota	Cerințe generale+„Nota, Antigen carbon RPR, Set: 2flx5 mL, cu control poz. si neg.	ISO, CE
	LOTUL 10 Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice						
1.	Azur-Eozin Romanovski soluție (fl din plastic) 250 ml	Azur-Eozin Romanovski soluție	Rusia	Minimed		Puritate analitică, fl.1000 ml Cu bufer	ISO
2.	Set de reagenti după Gram, Set de reagenti 4x250ml.	Set de reagenti după Gram, 87101	Italia	Liofilche m		Sol.cristal violet,sol.Lugol PVP,sol.Decolourizing,sol. Safranin, 8fl.x12 ml	ISO, CE
	Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei						
1.	Glukoza, cetone Set 100 teste	Glukoza, cetone Set 100 teste	Germania	Macherey Magel	Set 100 teste	Set 100 teste	ISO, CE
2.	Glukoza, proteina Set 100 teste	Glukoza, proteina Set 100 teste	Germania	Macherey Magel	Set 100 teste	Set 100 teste	ISO, CE
3.	Determinarea proteinei, glucozei, pH Set 100 teste	Determinarea proteinei, glucozei, pH Set 100 teste, Combi 3A	Germania	Macherey Magel		Set 100 teste	ISO, CE
4.	SD Urocolor Set 100 teste	SD Urocolor Set 100 teste, Combi 11	Germania	Macherey Magel	Set 100 teste	Set 100 teste	ISO, CE
5.	SD Urocolor Set 100 teste	SD Urocolor Set 100 teste, Combi 11	Germania	Macherey Magel	Set 100 teste	Set 100 teste	ISO, CE

	LOTUL 12 Veselă și articole de ustensilă						
1.	Containere plastic sterile p/u masele fecale	Containere plastic sterile p/u masele fecale, cu lingurita	Italia	Aptaca		Containere plastic sterile p/u masele fecale	ISO, CE
2.	Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 150 ml	Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril, 150 ml	Italia	Aptaca		Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 150 ml	ISO, CE
3.	Eprubete cu tampon steril pentru lavaj perianal	Eprubete cu tampon steril pentru lavaj perianal	Italia	Aptaca		Eprubete cu tampon steril pentru lavaj perianal	ISO, CE
4.	Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă	Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă	Italia	Kima		Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă	ISO, CE
5.	Eprubete plastic cu capac ,cu etichetă 10ml.	Eprubete plastic cu capac , cu etichetă 10ml.	Italia	Kima		Eprubete plastic cu capac ,cu etichetă 10ml.	ISO, CE
6.	Eprubete Epindorf	Eprubete Eppendorf, 2 ml, 660401	China	Boen		Eprubete Eppendorf 2ml, cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare, cu loc pentru marcare.	ISO, CE
7.	Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă	Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă, 5996/E	Italia	Aptaca		Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă	ISO, CE
8.	Eprubeta K3EDTA volum sânge 1ml capac cauciuc cu valvă cu etichetă	Eprubeta K3EDTA volum sânge 1ml capac cauciuc cu valvă cu etichetă	Italia	Kima		Eprubeta K3EDTA volum sânge 1ml capac cauciuc cu valvă cu etichetă	ISO, CE
9.	Eprubete K3EDTA volum 100mkl sânge	Eprubete K3EDTA volum 100mkl sânge	Germania	Kabbe		Eprubete K3EDTA volum 100mkl sânge	ISO, CE
10.	Eprubete porosilicate pentru Stat Fax	Eprubete borosilicate pentru Stat Fax	China	Boen		Eprubete borosilicate pentru Stat Fax	ISO, CE
12.	Lame de sticlă șlefuite	Lame de sticlă șlefuite, 7105	China	Boen		Lame de sticlă șlefuite	ISO, CE
13.	Lampa halogen displai optic 20 W	Lampa halogen displai optic 20 W	Germania	Osram		Lampa halogen displai optic 20 W	ISO, CE
14.	Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	Germania	Osram		Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	ISO, CE
15.	Perii mici pentru spălarea aprubetelor	Perii mici pentru spălarea aprubetelor	Rusia	Minimed		Perii mici pentru spălarea aprubetelor	ISO
16.	Lame de sticla simpla	Lame de sticla simpla	China	Boen		Lame de sticla simpla	ISO, CE

17.	Eprubete K3EDTA volum sînge 2,5ml capac cuciuc cu valvă cu etichetă	Eprubete K3EDTA volum sînge 2,5ml capac cuciuc cu valvă cu etichetă	Italia	Aptaca		Eprubete K3EDTA volum sînge 2,5ml capac cuciuc cu valvă cu etichetă	ISO, CE
18.	Planșete pentru determinarea grupelor sanguine	Planșete pentru determinarea grupelor sanguine, nr.10	Rusia	Minimed		Planșete pentru determinarea grupelor sanguine	ISO, CE
19.	Planșete pentru efectuarea testului TPHA 96 godeuri	Planșete pentru efectuarea testului TPHA 96 godeuri, 650101	Italia	Kima		Planșete pentru efectuarea testului TPHA 96 godeuri	ISO, CE
20.	Tamponașe îmbibate cu alcool 70 grade, cu ambalaj care permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase, ambalate câte unul	Salfete cu alcool 70 grade, QUICKPAD®	Germania	Holtch		ambalaj-cutie vacuum de plastic cu orificiu în capac pentru posibilitatea utilizării individuale a unei bucăți; alcool 70 % izopropil ; 150 salfete în cutie; 1 bucată- 1 cutie ,45*45 mm	ISO, CE
21.	Termoindicatoare 180 grade	Teste la sterilizare 180/60-1 extern	Rusia	Vinar		Indicator/aprecierea steril. extern nr.1000, 180/60 cu registru	Certificat de calitate
22.	Vârfuri plastic 5-200 mkl	Vârfuri plastic 0-200 mkl	Italia	Kima		Vârfuri plastic 0-200 mkl	ISO, CE
23.	Vârfuri plastic volumul 0-1000mkl	Vârfuri plastic volumul 200-1000mkl	Italia	Kima		Vârfuri plastic volumul 200- 1000 mkl	ISO, CE
24.	Pipete automat dozator cu un canal 100- 1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ – $\pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Pipete automat dozator cu un canal 100-1000 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală , detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ – $\pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Rusia	Thermo Fisher		Pipete automat dozator cu un canal 100-1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ – $\pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	ISO
25.	Pipete automat dozator cu un canal 1-20- 200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ – $\pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Pipete automat dozator cu un canal 1- 20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală , detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ – $\pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Rusia	Thermo Fisher		Pipete automat dozator cu un canal 1-20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3$ –	ISO

						±0,8; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	
--	--	--	--	--	--	--	--

1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **în decurs de 10 zile de la solicitarea cumparatorului;**
2. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director general
Ofertantul: „GBG-MLD „, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albșoara 64/2