

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1768564777452 din 28.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice.

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	LOTUL 1 - Amestecuri de gaze de calibrare						
1.1	Amestec de gaz de calibrare (AGC)				Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4)		
1.	Hidrogen H ₂ -1,50% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	ISO
2.	Hidrogen H ₂ - 2,85% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
3.	Hidrogen H ₂ - 90,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	ISO

4.	Hidrogen H ₂ - 95,25% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
5.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б	ISO
6.	Oxygen O ₂ - 4,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
7.	Oxygen O ₂ - 9,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
8.	Hidrogen H ₂ - 1,0% , restul oxygen O ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»	Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	ISO
9.	Hidrogen H ₂ - 1,9% , restul oxygen O ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
10.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul hidrogen H ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
11.	Oxygen O ₂ - 0,9% , restul hidrogen H ₂		UA	ГП «Укрме тртест			ISO

				стандар т»			
12.	Metan CH ₄ - 0,7 % , în aer		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»	Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.	Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc	ISO
13.	Aer poz. 0 TY.6-21-5-82		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H ₂ în aer în IE»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H ₂ în aer în IE»	ISO
1.2	Amestec de gaz de calibrare (AGC)				Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4)		
1.	Hidrogen H ₂ - 97,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și IE	ISO
2.	Hidrogen H ₂ - 95,0% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
3.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul hidrogen H ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
4.	Oxygen O ₂ - 0,1% , restul hidrogen H ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
5.	Hidrogen H ₂ - 0,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест			ISO

				стандар т»			
6.	Hidrogen H ₂ - 2,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
7.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO
8.	Oxygen O ₂ - 2,5% , restul azot N ₂		UA	ГП «Укрме тртест стандар т»			ISO

*- conform documentului normativ «ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные - Стандартные образцы состава».

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Dilion Veaceslav În calitate de: Administrator

Ofertantul:S.C. DIROVE-NORD S.R.L.

Adresa: Or. Făleşti , str. Cernăuți 1