

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 17: <i>Analizator profesional de determinare a calității spermei cu microscop. Asistat de computer.</i> <i>Cantitatea: 1 set</i> Scopul. Analiza microscopica detaliată a spreimei cu înregistrarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: · Analizator automat asistat de computer cu soft integrat. · Computer, tip desktop, parametri: Procesor (CPU): Intel Core i5 (a șasea generație sau mai nouă) sau echivalent; Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Professional x64; Memorie: minim 8 GB RAM, DDR4; DWD R/W; Depozitare: Unitate de stocare internă de minim 1 TB; Monitor LCD de 23", rezoluție de 1920 x 1080 sau mai mare; Adaptor de rețea: adaptor wireless 802.11ac 2.4 / 5 GHz → DA · Microscop trinocular cu contrast negativ de fază, Montura C trinoculară 1x; → DA Condensatorul turlei și telescopul de centrare). iluminare LED si camera video integrata sau adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. · cameră digitală de înaltă rezoluție · Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare.	MODEL PROPOS: <i>ANJUE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., AJ-ZQ8 Sperm Quality Analyzer + Accesorii/Optiuni necesare conform specificatiilor tehnice solicitate, China</i> Scopul. Analiza microscopica detaliată a spreimei cu înregistrarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: · Analizator automat asistat de computer cu soft integrat. → DA · Computer, tip desktop, parametri: Procesor (CPU): Intel Core i5 (a șasea generație sau mai nouă) sau echivalent; → DA Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Professional x64; → DA Memorie: minim 8 GB RAM, DDR4; DWD R/W; → DA Depozitare: Unitate de stocare internă de minim 1 TB; Monitor LCD de 23", rezoluție de 1920 x 1080 sau mai mare; → DA Adaptor de rețea: adaptor wireless 802.11ac 2.4 / 5 GHz → DA · Microscop trinocular cu contrast negativ de fază, Montura C trinoculară 1x; → DA Condensatorul turlei și telescopul de centrare). iluminare LED si camera video integrata sau adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. → DA · cameră digitală de înaltă rezoluție → DA · Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare. → DA

Scaner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. ·Imprimanta laser color ·Mouse și tastatură ·Încălzitor portabil cu scena MiniTherm ·Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. Intrepretare rezultate conform datelor standard de testare OMS. Module de analiza: · Concentratie si motilitate in contrast negativ de faza sau fluorescent ·Analiza morfologica a capului, acrosomei si cozii ·Vitalitate si integritate acrosomala in fluorescent ·Fragmentarea ADN-ului spermal in fluorescent Performanta: ·Posibilitate de acces la rezultate prin intermediul conexiunilor de retea ·Platforma microscopului motorizata pentru autofocus ·Raportarea rezultatelor cu grafice si imagini in formate: DOC, PDF, XLS, JPEG, GIF, PNG, etc. Posibilitate de editare, vizualizare, cautare, printare, expediere, etc Termen de garanție min 1 an condiții deservire min. 3 ani	Scaner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. → DA ·Imprimanta laser color → DA ·Mouse și tastatură → DA ·Încălzitor portabil cu scena MiniTherm → DA ·Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. → DA Intrepretare rezultate conform datelor standard de testare OMS. → DA Module de analiza: · Concentratie si motilitate in contrast negativ de faza sau fluorescent → DA ·Analiza morfologica a capului, acrosomei si cozii → DA ·Vitalitate si integritate acrosomala in fluorescent → DA ·Fragmentarea ADN-ului spermal in fluorescent Performanta: ·Posibilitate de acces la rezultate prin intermediul conexiunilor de retea → DA ·Platforma microscopului motorizata pentru autofocus → DA ·Raportarea rezultatelor cu grafice si imagini in formate: DOC, PDF, XLS, JPEG, GIF, PNG, etc. → DA Posibilitate de editare, vizualizare, cautare, printare, expediere, etc → DA Termen de garanție min 1 an → DA condiții deservire min. 3 ani → DA
---	--