

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1775741222209/21599742 din 22.05.2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea instrumentelor chirurgicale pentru endoscopia rigidă conform necesităților IMSP**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310 0000- 1	1	Lotul nr. 1 - Endoscop rigid 30°	M 01030A	China	Mindray	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotare</p> <p>Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir</p> <p>Diametrul 10mm Unghiul de vedere 30° Câmpul vizual $\geq 80^\circ$ Lungimea du lucru în intervalul 320-330mm</p> <p>Adincimea câmpului vizual 3-200mm</p> <p>numărul de sterilizări minim 450 de ori</p>	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotare - Operator's Manual Rigid Endoscope/ 2.11 Product Components/ (5) Pag 2-4</p> <p>Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului sunt din safir - Operator's Manual Rigid Endoscope/ 3.5.1 Visual Inspection/ (1) Pag 3-3 & Operator's Manual Rigid Endoscope/ 3.5.2 Inspection of Fiber Optics/ NOTE Pag 3-4</p> <p>Diametrul 10mm Unghiul de vedere 30° Câmpul vizual $\geq 80^\circ$ Lungimea du lucru în intervalul 321mm – Brosura Rigid Endoscope/ Rigid Endoscope/ Standard 10mm Type Pag 2</p> <p>Adincimea câmpului vizual 3-200mm – Data sheet 10&5mm Rigid Endoscope/ E.3 Optical proprieties/ Depth of View Pag 2</p> <p>numărul de sterilizări 500 de ori - Operator's Manual Rigid Endoscope/ 4.4.1 Autoclave sterilization</p>	<p>Registru de stat: DM000616150</p>

Semnat: _____

Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M” S.R.L.

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu: S108

În calitate de: Director