

"SATIR-COM" S.R.L.

MD6501, RM, or. Anenii Noi, str. Chișinăului 6

e-mail: officesatircom@gmail.com



Referință: Procedura de achiziție Nr. 6, „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)” din 04.02.2026

S.R.L. “Rotalin Gaz Trading” Vă informează că în cadrul ședinței din data de 02.03.2026 privind Procedura de achiziție nr. 6 din 04.02.2026 „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)”, grupul de lucru în domeniul achizițiilor, a examinat Oferta depusă de DVS la data de 27.02.2026, a depistat următoarele neconformități:

- Necorespunderea datelor cu privire la Debit minim, min., m^3/h -0,04 în specificarea tehnică deplina propusă de către ofertant, cu datele din Pașaport, punctul 3 “Caracteristici tehnice”, Debit minim, mai puțin de, m^3/h -0,0.

- Necorespunderea datelor cu privire la Formularul ofertei, denumirea bunurilor solicitate, Contor cu termocompensator **G-4 CT**, cu datele din Pașaport, contorul cu termocompensator de tip **UG T G4**.

- Necorespunderea cerințelor tehnice a echipamente de măsurare (contoare de gaz) solicitate – lipsa integratorului mecanic de tip chekker sau analog.

Reieșind din informația expusă în Ofertă prezentată pentru Procedura de achiziție Nr. 6, „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)” din 04.02.2026, grupul de lucru a decis:

- A descalifica oferta prezentată de către “SATIR-COM” S.R.L.

Cu respect,

*Director SRL Rotalin Gaz Trading,
Conducătorul grupului de lucru*

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

Ihor MANKOVSKIY