

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1646918625756 din 24.03.2022						
Obiectul de achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru dispozitive medicale de tip închis și semiînchis pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Lotul 7 Consumabile</b>						
Medi –test Combi	11A	SUA	LumiQuick	11/100 teste/382200000- mai mulți parametri	Teste pentru urina la 11 parametri (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU). Set 100 teste	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Ulei de imersie		Federația Rusă	Agat-Med	100 ml	100 ml	Certificat de calitate

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9