

ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ

ТУ 3 УКРАИНЫ 14307481.001-92

ИНДИКАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ИВТ, ПБУ

ЧЕРТЕЖ АКГ 2.844.005

Используются для измерения относительной влажности воздуха и температуры.




Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 имеют межповерочный интервал 1 год.

Термометрическая жидкость: толуол

Тип	Диапазон измерения температуры сухого термометра, °С	Цена деления шкалы, °С	Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур		Габаритные размеры, мм
			Влажность, %	Температура, °С	
ВИТ-1	0...+25	0,2	от 20 до 90	+5...+25	290x120x50
ВИТ-2	+15...+40		от 54 до 90	+20...+23	
			от 40 до 90	+23...+26	
			от 20 до 90	+26...+40	
ИВТ	+20...+70	0,5	от 24 до 90	+20...+70	
ПБУ	0...+45		от 40 до 80	0...+45	

Индикаторы ИВТ и психрометры ПБУ не подлежат поверке.


Пример обозначения: ВИТ-1 (0+25°C) Индикатор ИВТ (+20+70 °C)



ВИТ-1



ВИТ-2



ПБУ



ИВТ