

Nr. Lot	Denumire Lot	U/M	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	ve	Specificații tehnice oferite
4	Ultrasonografic digital cardio vascular	buc	1	Sistem ecografic digital cardio vascular staționar clasa Expert Sistem ecografic de tip staționar APLICAȚII CLINICE general, dedicat aplicațiilor cardio vasculare, abdominale, musculoscheletale, transcraniale, părți moi, etc; PROBE PORTURI ACTIVI ≥ 4 PROBE TIP Linear/Vascular Fregventa minim între valorile de la maxim 4.0 MHz până la minim 18.0 MHz Adincima minima de scanare de la min 1 pana la min. 13 cm Tehnologie pentru aplicatii vasculare, MSK; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale – 1 bucata Single cristal/ Matricial/ Xdclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Phased/Cardiac Fregventa minim între valorile de la maxim 1.8 MHz până la minim 5.0 MHz Adincima minima de scanare de la min 1 pana la min. 27 cm Tehnologie pentru aplicații cardiologice; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Convex/Abdomen Fregventa minim între valorile de la maxim 1.9 MHz până la minim 6.0 MHz Adincima minima de scanare de la min. 2 pana la min. 49 cm Cimpu de vedere /Field of View minim 70° Tehnologie pentru aplicații abdominale; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Multifrequency da Focus ajustabil: minim 8 trepte Permite lucru cu sondele fara a fi necesar procurarea unui modul pentru scanare Liniar - Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Liniar cu aplicati microcirculatie si muscoschiletal (cu fregventa de virf minim 18 MHz) Convex tehnologie standarta adult si copii Phased/cardica tehnologie si Phased/Cardiac tip 4D Sonda Endocavitara tehnologie standarta ADINCIMEA DE SCANARE minim între valorile 1 - 49 cm NIVELE DE GRI ≥ 256	1600000	Arietta 750SE, Fujifilm (Hitachi), Japonia Da 4act+2parc L64, (5,0-18,0MHz) Da Da Da,composite S121, (1.0-5.0MHz) Da Da Da,Single crystal C252 (1.0-6.0MHz) 0.75-40cm 70 grade Da Da, Single cristal Da 16 trepte Da, L64 18,0MHz pe sonda propusa L64 Da, C252 Da, S121 Da, C41V1 0.75-40.0cm, p.4 Da,256, p.4 Da

				POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI B-mod (2D) - prezentari listati standarte de masurari incluse da B-mod (2D) - doua imagini in Modul B pot fi afisate simultan (si masuratori pot fi realizate pe aceste imagini) da M-mod- prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod color prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod sa poata fi inregistrat in memorie: minimum 8 sec. da Anatomic M-mod - prezentari listati standarte de masurari incluse da 4D cardica modul cu posibilitatea de dotare ulterioara da Harmonic imaging da DOPPLER Tip Color (CF) prezentari listati standarte de masurari incluse da Pulsativ (PW) prezentari listati standarte de masurari incluse da Continu (CW) prezentari listati standarte de masurari incluse da Tisular prezentari listati standarte de masurari incluse da Afişare frecvență cu posibilitatea de modificare dupa caz da Masuratori sunt posibile (timp, viteza, acceleratie, contur velocitati, ritm cardiac, etc) da Volum ajustabil da Balanta L/R pentru sunet ajustabila da Linia de baza este ajustabila pentru CF si PW da Analiza automata doppler spectral da Scanare oblica cu unghi ajustabil da Doppler tisular (TDI) pentru mod B si mod M da Posibilitate pentru afisaj color de inalta definitie da Persistenta si senzitivitate ajustabile da Optimizare automata a scarii si liniei de baza da Vizualizare in mod dual pentru imaginea in Modul B si cea Doppler da Posibilitate upgradare cu mod de lucru Panoramic da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Butoane STC disponibile pentru ajustarea gain-ului minim 8 verticale si minim 8 orizontale valabile pe touch monitor da Măsurători pe reluarea video da Masuratori posibile (lungime, suprafata, volum, hip-angle etc) da Tehnologie de lucru in regim non doppler pentru studiu circulatie	Da,p.3;4;8 Da,p.3 Da, p.3;8 DA, p.8 Da, 900s p.6 Da Da, Posibilitate PEU-Lisendo880;EU9184 Da,p.13 Da, p.3 Da,p.3 Da, EU9184,p.3 Da, TDI, p.3 Da, p.5 Da,p.8 Da,p.8 Da,p.14 Da,p.5 Da,p.4,5 Da,p.5,4 Da,p.3 Da, HiRez, p.4,5 Da, 8 pasi,p.4 Da, p.4 Da,p.2 Da,p.2 Da,p.2 Da, p.2 Da,p.2 Da,p.6;7 Da,p.3 Da,p.3 Da,p.3 Da,p.3;4 Da, p.6 Da,p.7
--	--	--	--	--	---

			sagvine indiferent de vitezele de curgere care sint prezente (Exemplu B-Flow) da Tehnologie de marire a imaginii fara a pierde din calitatea sau rezolutia imaginii. (Exemplu HD Zoom) da Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa fie posibila da Mod masurare automa a grosimei vasului sagvin (IMT) da Mod de masurare Strain rate Ventriculul sting da Ventriculul Drept da Atriu sting da Bucla Cine disponibila da Afisare duala a imaginilor din memoria CINE este posibila da Cel putin 3 frecvente in mod THI da Cel putin 3 frecvente in regim diferential THI da Tehnologia "Compound scanning" da Control unghiului de scanare Minim pentru sonda cardio da Sistemul trebuie sa permita vizualizarea microvasculara cu flux redus da Sistemul trebuie sa dispuna de aplicatie pentru vizualizare avansata a microcalcinatele da Tehnologie pentru crea unui cimp de scanare trapezoidal pentru sonda liniara, sau convex deplin pentru sonda cardio (Exemplu Virtual Convex) da FUNCTIE RAPORTARE Sistemul poate crea rapoarte automat da Posibilitate editare raport final de catre utilizator da Posibilitate printare rapoarte da Posibilitate export rapoarte in format PDF da FUNCȚIONALITĂȚI OPTIONALE CE POT FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR Regim dopler de prezetare a directie curgerii sagvine (Exemplu de tehnologie BSI) da Prezentarea tuturor posibilitatilor pentru tehnologia de 4D cu lista softurilor optionale, si masuratorilor care pot fi realizate. da Prezenta tehnologie de postprocesare pentru Mod 4D, cu posibilitate de crearea a imaginii de inlta rezolotie control lumini, textura, taiere a elementelor care creaza umbra. da 3D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in volum tridimensional da Mod de lucru Elastografie prin Shear Vawe da Posibilitate de ajustare/selectare a hartilor pentru imaginea Strain da Modificarea dimensiunii regiunii de interes in interiorul careia se masoara rigiditatea da Mod de lucru Stress Echo da Funcție de confirmare pentru playback automat da	Da, eFlow,DFI(AR750-105), p.5 Da,p.3 Da,p.3 Da, p.10 Da, AR750-74, p.7;8 Da,AR750-74,p.7,8 Da, Ar750-74,p.7-8 Da, p.5 Da, M and D , p.5 Da, p.2 Da, p.2 Da, p21,2 Da, p.4 Da, eFlow P.2 Da Da, in sistemul de baza, p.3 Da,p.9,10 Da, p.9;10 Da,p.9;10 Da, p.9;10 Da, VFI, posibilitate Da: vezi pag 11 Da, 4Dshading, p.11 Da Da Da, p.11, AR 750-73 Da, p.11 Da, p.11 Da, AR750-15, p.13 Da, p.13
--	--	--	---	---

			Functie de afisare imagini de referinta da Functie de cuantificare pentru miscarea peretelui da Modul de lucru cu agenti de contrast da Posibilitatea de upgrade cu modul pentru lucru cu agenti de contrast atat in mod B cat si mod Color da Functie de ajustare pentru Frame Rate da Postprocesare a imaginilor pe o statie de lucru de la producatorul echipamentului (Exemplu Echo pack) da TRANSDUCTORI "Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) pentru aplicatii generale ce accepta dispozitiv de biopsie" da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) cu aplicatii in vizualizare parti mici si tesuturi moi da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial de inalta frecventa: minim 30 MHz da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor liniar 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor endocavitar 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor phased array pentru aplicatii cardiace 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor trans-esofagian da Sistemul are posibilitatea cuplarii unor transductori tip creion da Transductori multifrecventionali, minim 12 frecvente, atit in armonici tisulare cit si diferentiale da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da imagine salvata da STOCARE IMAGINI Capacitate hard disc, tip SSD $\geq 500\text{Gb}$ Cine memorie $\geq 950\text{ Mb}$ dupa numarul de cicluri da dupa timpul de scanre da control timpului maxim de salvare da Sistemul trebuie sa dispuna de sistem de achizitie a datelor in format "Raw Data" pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor da Stocarea pe DVD sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI da DICOM 3.0 da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage SCU da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Print SCU da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage Commitment	Da, p.13 Da, p.13 Da, p.14 Da, posibilitate, CHI, AR750-44, p.14 Da, p.3 Da, p. 6 Da, C252, single crystal, cu adapter 644-082 (CIVCO) Da, composite, L55 da Da, VC35, p.19 Da, VC41V , p.19 Da, S3ESL1, p.19 Da, p.20 Da Da, p.3 Da, p.3 Da, p.3 Da Da Da 1TB, p.6 Da, 63500 cadre, p.5 Da, 900 sec, p.5 Da Da Da, 150sec, p.5 Da, p.5 Da, p.6 Da, p.6 Da, p.6
--	--	--	--	---

			SCU, (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da Posibilitatea de conectare a unei statii de lucru (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG inclus adult da PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Abdomen da General da Musculoscheletal da Transcranial da Parți moi da Altele Să se indice MONITOR VIZUALIZARE, pliabil Diagonala ≥ 23 inch Rezolutia minim 1920x1080px, (FULL HD) Unghi de vizualizare ≥ 175 grade Luminozitate ≥ 300cd/m² Pe brat articulat da Posibilitate de blocare a bratului articulat al monitorului da DIVIZARE MONITOR da MONITOR DE CONTROL, touch-screen Diagonala ≥ 12 inch Rezolutie touch monitor $\geq 1280 \times 800$ pixel PLATFORAM DE CONTROL Miscarile stinga si dreapta da sus si in sjos, motorizat da Unitatea este echipata cu suport pentru cablurile transducerilor da Unitatea trebuie sa dispuna de sistem de incalzire pentru gel da Unitatea are functia de "Standby" da Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea de conectare a unui monitor extern da Unitatea este echipata cu conector pentru sonda creion da Alimentarea 220/230 V - 50/60 Hz da "UPS integrat sau separat destinat pentru mentinerea functionarii dispozitivului in caz de stingere a luminei accidental" da, min. 20 min. Inscriptor DVD RW da Imprimanta alb/negru - 1 bucata da Iesirile sistemului: Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie sau HDD extern – minim 4 porturi USB da Iesire video S-VHS sau DVI-D da Ethernet 100BaseTX da Conector SATA pentru hard-disk da Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate de blocare a frinelor pentru fiecare roata separata da "Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru	Da, p.6 Da Da, impreuna cu PEU-Lisendo 880 Da, p.7 Da,p. 8 Da,, p.7 Da, p. 7 Da Da, p.8 Da, p. 9 Obstetrica, ginecologie, urologie 23" WXGA++ Da Da Da,p.17 Da, p.16 Da 10.4", p.16 Da Da, p.16 Da, p.17 Da, JW-3000U Da, p.16 Da Da, p.16 da da Da, separat Da, p.17 Da, UP-X898MD (Sony), p.17 6 (5-USB2.0 si 1 USB3.0), p.16 Da, DVI-D, p.16 Da, p.16 Da,p.23 da da
--	--	--	---	--

7	Ultrasonograf general general pediatric	buc	1	Denumire Ultrasonograf pentru investigatii Generale pediatrice, performanță înaltă Descriere Ultrasonograful este un dispozitiv utilizat pentru vizualizarea țesuturilor cu ajutorul ultrasunetelor APLICAȚII CLINICE generale, obstetrica, ginecologie elastografie, pediatrie PROBE PORTURI ≥ 4 Diapazon frecventa MHz p/u probe Liniare $\geq 2-18$ MHz p/u probe sectoriale $\geq 1-9$ MHz p/u probe radiale $\geq 5-10$ MHz p/u probe Bi-plane $\geq 2-14$ MHz p/u probe convexe $\geq 1-13$ MHz PROBE TIP, MHz Liniara (investigatii parti mici), $L > 38\text{mm} \geq 5-18$ MHz Convex, (investigatii abdominale) tehnologie monocristal ce permite o sensibilitate si rezolutie inalta $\geq 2-8$ MHz Endocavitar 200 grade (investigatii transrectale si transvaginale) $\geq 2-10$ MHz NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICĂ ≥ 270 dB PREPROCESARE, Canale digitale $\geq 575\ 000$ Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE Imagine Moduri M-mod color da M-mod și 2-D da CW Doppler da Regim ce ar permite redarea imaginilor cu rezolutie inalta atit in vasele cu flux mare cit si in acele cu flux mai mic da Regim elastografie in timp real ce ar include si masurarile Strain Ratio, inclusiv softul de analiza a histogramelor acesteia ,valabil pentru toate tipurile de sonde da Regim Shear Wave Measurement mode,regim de masurare a vitezei de propagare a undei in tesut pentru a carecteriza densitatea si elasticitatea acestuia, parametrui necesar pentru diferentierea diferitor formatiuni da Regim ce ne permite posibilitatea analizei complexe automate a contractarii globale si locale a miocardului cu ajutorul urmaririi automate dupa structura inimii. da,optional (posibilitate) Regim Stress Echo (ECG;PcG; Puls si Respiratie) da, optional (posibilitate) Regim ce ar permite lucru cu agentul de contrast da,optional (posibilitate) Regim rezolutie inalta, ce ne permite ca calitatea imaginii sa nu depinda de tipul de sonda ori pacient da	1000000	Arietta 65, Fujifilm (Hitachi), Japonia Da 4 Da, 2.0-18.0 MHz, p. 17-18 Da, 1.0-9.0 MHz, p. 18 Da, 5.0-10.0 MHz, p. 19 Da, 2.0-14.0 MHz, p. 19 Da, 1.0-13.0, MHz, p. 17 L64, l=38mm, 5-18MHz , p.18 C35, R=70gr, 2.0-8.0MHz, p.17 C41V1, 200 gr, 2.0-10.0MHz, p.17 Da, 256, p.4 Da, 272dB, p. 4 Da, p.4 Da, maximum 40 cm, p.4 Da, p.3 Da, p.3 Da, p.3 Da, regim eFlow, inclus in sistema de baza, p.3 Da, Real-time Tissue Elastography (RTE), AR65-43; AR65-60, p.11 DA, AR65-73, p.11 Da, 2DTT, AR65-49, PEU-AR65, posibilitate , p.11 DA, AR65-15, PEU-AR65, posibilitate, p.10;12 DA, CHI, AR65-44, p.13, posibilitate Da, HiRez(de baza), p.2
---	--	-----	---	--	---------	---

				Regim masurare automata a IMT (Intima-Media) da Regim Real Time 3D (4D) regim ce ar permite primirea imaginilor 3D in timp real da, obtional (posibilitate) Regim panoramic, regim ce permite efectuarea masurarilor ce dapasesc cimpul de scanare a sondelor liniare da Regim ce ne-ar permite vizualizarea simultan a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite in timp real pentru masurarile directe a coeficientului E/e da DOPPLER Tip Spectral : PW, CW, HPRF-PW Power Doppler: (directional; High Resolution), Color Flow Mode, TDI, Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale automatizate, bazate pe o baza interna de date da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB USB da, >5 Cine da, >60 000cadre DICOM 3.0 (SR,QR) da MONITOR integrat de control,TFT LCD ≥ 10 " PACHETE DE ANALIZĂ Abdominal, da obstetrical ginecologic, Da urologic Da parti mici, da elastografie da da Posibilitatea efectuării Up Grade da MONITOR ≥ 21", LED, min WXGA, DIVIZARE MONITOR da Printer incorporat da Cerințe față de furnizor Inginerul companiei să dețină certificat de instruire Pe clasa dată de	Da,IMT auto measurement,AR65-38, p.13 DA, AR65-4 si EU-9198, posibilitate, p.13 Da, AR65-1,p.13 Da, Dual Gate Doppler (sistema de baza), p.10 Da, PW, CW, HPRF-PW, p.3 Da, Power Doppler, Color Flow Mode,TDI, p.3 Da,p.5 Da,p.5 Da, p.5 Da,p.3 Da,p.3 Da, p.11,13 Da, p.4 40-90dB Da, p.3 Da,p.3 Da,p.4 Da, p.4 Da,posib, p.6 Da, 5 USB2.0 (2 pe panou de operare+3sistema de baza), p. 14 Da, 63500 cadre, p.6 Da, AR65-10;21, p. 7 Da,10,1", p.14 Da, p.8 Da,p.9 Da,p.9 Da,p.9 Da,p.11 Da 21,5", rezol. WHGA++1600x1900,LCD,p.23 Da, UP-X898MD, SONY; PM-AR65-H001, p.15 da
--	--	--	--	--	--

				dispozitive de la producător Certificat de reprezentanță oficială valabil Da Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de utilizare Engleză Manualul de service Engleză, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului Ajustarea și efectuarea patenurilor Da		da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
9	Spirograf (260500)	buc	1	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Gama de volum- 0-8 l Gama de flux- 0-16 l/s Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV	48000	Spirovit SP-1 G2, Schiller, Elvetia Conform brosurii anexate.

				Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da $\geq 2.5V$ da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Bec de rezervă 3 buc. da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da		da da da Da da da, 3 x 34325 da da da
14	Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura (250330)	buc	1	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa internă din sticlă da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	30000	BJPX-H80, Biobase, China da da da, 80 lt da da da da da da Da da da
15	Sterilizator 110 L (270330)	buc	2	Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul	48000	HAS-T105, Biobase, China da da Da da ajustare manuala Da da da da da, 105 lt da

				camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la soluțiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz		da da da da Da da, ajustare manuala da da da da da da da da da Da
16	Negatoscop (210700)	buc	1	Negatoscop Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 2 Nr. de lampe ≥ 2 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	4800	27366, Gima, Italia da da da da nespecifica da da da Da
19	Cîntar mecanic pentru adulti (130730)	buc	1	Cîntar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă $\geq 200\text{kg}$ Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	2200	27310, Gima, Italia da da, 200 kg da Da
21	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	buc	1	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da Antitredelinburg da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm	24000	Movee 1.0, Meissa, Turcia da da da da da da

