



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ80.Н03288

Срок действия с 13.11.2014

по 12.11.2017

№ 0145181

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ООО "СЕМИОНА"

рег. № РОСС RU.0001.11АГ80

Юридический адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а
Фактический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. II
тел.: (495) 777-33-60, факс: (495) 777-33-60

ПРОДУКЦИЯ

Фильтры обезжелезивае марки «синяя лента», «белая лента», «красная лента», «черная лента», «желтая лента», «зеленая лента».
Серийный выпуск по ТУ 2642-001-68085491-2011.

КОД ОК 005 (ОКП):
26 4221

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2642-001-68085491-2011

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "МЕЛИОР XXI",
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп.3, Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "МЕЛИОР XXI", ОГРН: 1107746791943, ОКПО: 68085491, ИНН 7722728458,
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп.3, Российская Федерация,
Тел.: (495) 507-69-30, факс: (495) 507-69-30.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 445-91/11/14 от 11.11.2014 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АВ81, сроком действия до 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.
Схема Сертификата 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ

С.М. Лосев

Исполнитель, Главный

Д.В. Баскаков

Исполнитель, Главный

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Произведено: ООО «Мелиор XXI»

www.filtrlab.ru

Страна производителя: Россия

ПАСПОРТ

на фильтры обеззоленные «Желтая лента»

Фильтры обеззоленные представляют собой кружки, вырубленные из фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026-76.

Дата изготовления : ИЮН 2016

Партия: М-502

Наименование показателя	Норма для фильтров
1. Внешний вид	Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными
2. Фильтрующая способность (сек., не более)	26
3. Задерживаемость осадка для бумаги. Фильтры должны задерживать осадок	гидрооксида железа
4. Моссова доля железа, %, не более	0,0020
5. Нейтральность	Фильтры должны быть нейтральными
6. Содержание жировых веществ (%, не более)	0,04%
7. Зольность одного фильтра, (г. не более):	Для всех марок фильтров
при диаметре фильтра 5,5 см	0,00016-0,00020
при диаметре фильтра 7,0 см	0,00026-0,00031
при диаметре фильтра 9,0 см	0,00045-0,00051
при диаметре фильтра 11,0 см	0,00071-0,00078
при диаметре фильтра 12,5 см	0,00090-0,00101
при диаметре фильтра 15,0 см	0,00128-0,00146
при диаметре фильтра 18,0 см	0,00190-0,00210

Фильтры обеззоленные соответствуют требованиям ТУ 2642-001-68085491-2011

ОТК



Срок годности: Не ограничен