

Specificații tehnice (F4.1)

Anexa nr. 22 La Documentația standard

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1675064420798	Data: 22.02.2023	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale - 2023.	Lot: 14.	Pagina: _1_din _2_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Poziția 14.1: Compresor BOTTARINI KS-124					
14.1	50421 000-2	Compresor BOTTARINI KS-124	<ul style="list-style-type: none"> -Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 2ori/an; -Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); -Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; -Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); -Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> - <i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> - <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 2 ori/an; -Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); (mențiune) valva de admisie aer nu se mai produce, de aceea se va face mentenanță tot kitul -Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; -Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); -Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> - <i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> - <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i> 	Certificat de training
Poziția 14.2: Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550					
14.2	50421 000-2	Generator oxigen INMATEC	<ul style="list-style-type: none"> -Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 	<ul style="list-style-type: none"> -Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 	Certificat de training

		IMT-PO 3550	2ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> – <i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> – <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	2ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> – <i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> – <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	
Poziția 14.3: Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150					
14.3	50421 000-2	Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150	–Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> – <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	–Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> – <i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	Certificat de training

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: MolDan- Service SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16