

SPECIFICAȚII TEHNICE
Solicitant: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1748517720525 / 21426498	din 05 iulie 2025
Obiectul de achiziție:	Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice cu Analizator în Comodat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anii 2026-2029	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1	33100000-1	Reagenți și consumabile pentru investigații Biochimice						
		Analizator biochimic automat	Analizator biochimic automat BS-600M (2 unități), inclusiv: - Modulul ISE - Cititor coduri de bare - Imprimantă - UPS - Sistem de ionizare apă - Calculator și monitor	China	Mindray	Denumirea Investigațiilor Biochimice: PCR-31328 investigații Albumina-82696 investigații Ureia-121572 investigații CK-MB-22696 investigații Amilaza-91056 investigații Proteina totală-83688 investigații ALT-109916 investigații AST-107028 investigații Creatinina-121384 investigații Feritina-23176 investigații Bilirubina totală-105224 investigații Glucosa-71968 investigații Bilirubina directă-103888 investigații LDH-21552 investigații K-48492 investigații Na-48492 investigații Cl-48492 investigații <i>Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 2 dispozitive medicale identice ca model și performanță</i> Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferat în comodat: Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor biochimice și ion-selective, nou, nerecondiționat. Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access) Productivitate: fotometrice minim 450 teste/oră și fotometrice+ISE 750 teste/oră Metodă detecție: fotometrică Fotometru: Spectrofotometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm Tip probă: Ser, plasmă, urină; Modul ISE: Integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- Număr reagenți pe bord: minim 35; Număr probe pe bord: minim 50;	Denumirea Investigațiilor Biochimice: PCR-31328 investigații Albumina-82696 investigații Ureia-121572 investigații CK-MB-22696 investigații Amilaza-91056 investigații Proteina totală-83688 investigații ALT-109916 investigații AST-107028 investigații Creatinina-121384 investigații Feritina-23176 investigații Bilirubina totală-105224 investigații Glucosa-71968 investigații Bilirubina directă-103888 investigații LDH-21552 investigații K-48492 investigații Na-48492 investigații Cl-48492 investigații <i>Vom pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 2 dispozitive medicale identice ca model și performanță</i> Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferat în comodat: Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor biochimice și ion-selective, nou, nerecondiționat. - Da, Brosura pag.1 Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; - Da, Brosura pag.1 Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access) - Da, Brosura pag.1 Productivitate: fotometrice 600 teste/oră și fotometrice+ISE 800 teste/oră - Da, Brosura pag.1 Metodă detecție: fotometrică - Da, Brosura pag.1 Fotometru: Spectrofotometru cu 16 lungimi de undă în intervalul 340-850 nm - Da, Brosura pag.1 Tip probă: Ser, plasmă, urină; - Da, Brosura pag.1 Modul ISE: Integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- - Da, Brosura pag.4 Număr reagenți pe bord: 80; - Da, Brosura pag.1 Număr probe pe bord: 120; - Da, Brosura pag.1	CE, ISO DM000371907

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
						Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord; Reagenți: Lichizi, gata pentru utilizare; Volum probă necesar: $\leq 50 \mu\text{L}$; Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reagenților (ex. bule, cheaguri, nivel) Prediluție automată a probei Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Posibilitate efectuare probe STAT Conectivitate sistem informatic: unidirecțională; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură; Identificare probe și reagenți prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Accesorii livrate: UPS pentru back-up 10 minute – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de calitate necesară analizatorului – 1 buc. Note: Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate) și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va funcționa în regim 24/7. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului. Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în oferta doar prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord; - Da, Brosura pag.1 Reagenți: Lichizi, gata pentru utilizare; - Da, Brosura pag.1 Volum probă necesar: 1,5-45 μL; - Da, Brosura pag.1 Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reagenților (ex. bule, cheaguri, nivel) - Da, Brosura pag.1 Prediluție automată a probei - Da, Brosura pag.1 Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă - Da, Brosura pag.3 Posibilitate efectuare probe STAT - Da, Brosura pag.3 Conectivitate sistem informatic: unidirecțională; - Da, Brosura pag.1 Interfața cu utilizatorul: Calculator extern (livrat cu dispozitivul), tastatură; - Da Identificare probe și reagenți prin coduri de bare; - Da, Brosura pag.1 Stocare și revizualizare rezultate și date QC; - Da, Brosura pag.1 Posibilitate imprimare rezultate și date QC; - Da Accesorii livrate: UPS pentru back-up 10 minute – 1 buc.; - Da Imprimantă – 1 buc.; - Da Cititor coduri de bare – 1 buc.; - Da Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de calitate necesară analizatorului – 1 buc. - Da Note: Oferta de preț va include toți reactivii și consumabilele necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate) și calibrare. - Da Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va funcționa în regim 24/7. - Da Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului. - Da Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). - Da Instruirea personalului. - Da Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). - Da Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). - Da (cu excepția setului de mentenanță, care este inclus în oferta inițială) Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. - Da Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de comodat. - Da Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. - Da Timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere - 28 zile. În ofertă sunt incluse doar prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
						- Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului de comodat. - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și Toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului de comodat. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada contractului de comodat. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivului medical oferit în comodat, pe toată perioada consumării reagenților contractați. Confirmarea privind asigurarea prin crearea gratuită a tuturor componentelor (sursa de energie/apă, etc.) obligatoriu necesare pentru buna funcționare a dispozitivului oferat, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical care se va oferta în comodat. Oricare costuri suplimentare lunare/anuale care ar permite buna funcționare a dispozitivului medical și efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora.	- Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului de comodat. - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și Toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului de comodat. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada contractului de comodat. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat. Confirmăm asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivului medical oferit în comodat, pe toată perioada consumării reagenților contractați. Confirmăm privind asigurarea prin crearea gratuită a tuturor componentelor (sursa de energie/apă, etc.) obligatoriu necesare pentru buna funcționare a dispozitivului oferat, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical care se va oferta în comodat. Oricare costuri suplimentare lunare/anuale care ar permite buna funcționare a dispozitivului medical și efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, le vom acoperi pe perioada consumării acestora.	
1	33100000-1	CRP	CRP 105-000841-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:1x40 ml+R2:1x10 ml; Cantitatea de teste in set: 188;	CE, ISO DM000429594
2	33100000-1	Albumina	Albumin 105-000822-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x40 ml; Cantitatea de teste in set: 728;	CE, ISO DM000429600
3	33100000-1	Urea	Urea 105-000824-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x35 ml+R2:2x18 ml; Cantitatea de teste in set: 600;	CE, ISO DM000429607
4	33100000-1	CK-MB	CK-MB 105-004616-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:2x35 ml+R2:1x18 ml; Cantitatea de teste in set: 471;	CE, ISO DM000429627
5	33100000-1	Amilaza	Amilaza 105-000847-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:1x38 ml+R2:1x10 ml; Cantitatea de teste in set: 242;	CE, ISO DM000429589
6	33100000-1	Proteina totală	Total Protein 105-000823-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x40 ml; Cantitatea de teste in set: 728;	CE, ISO DM000429602

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
7	33100000-1	ALT	ALT 105-000814-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x35 ml+R2:2x18 ml; Cantitatea de teste în set: 942;	CE, ISO DM000429593
8	33100000-1	AST	AST 105-000815-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x35 ml+R2:2x18 ml; Cantitatea de teste în set: 942;	CE, ISO DM000429590
9	33100000-1	Creatinina	Creatinine 105-004614-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:2x27 ml+R2:1x18 ml; Cantitatea de teste în set: 366;	CE, ISO DM000429623
10	33100000-1	Feritina	Ferritin 105-006175-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:2x18 ml+R2:2x10 ml; Cantitatea de teste în set: 260;	CE, ISO DM000429651
11	33100000-1	Bilirubina totală	Bilirubin Total 105-000850-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x20 ml+R2:1x20 ml; Cantitatea de teste în set: 336;	CE, ISO DM000429598
12	33100000-1	Glucosa	Glucosa 105-000849-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x40 ml+R2:2x20 ml; Cantitatea de teste în set: 822;	CE, ISO DM000429609
13	33100000-1	Bilirubina directă	Bilirubin Direct 105-000851-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x20 ml+R2:1x20 ml; Cantitatea de teste în set: 411;	CE, ISO DM000429601
14	33100000-1	LDH	LDH 105-000818-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: R1:4x35 ml+R2:2x18 ml; Cantitatea de teste în set: 942;	CE, ISO DM000429592
15	33100000-1	Multi Sera Calibrator	Multi Sera Calibrator 105-001144-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Midray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 10x3 ml;	CE, ISO DM000429632
16	33100000-1	Multi Control L1	ClinChem Multi Control L1 105-009119-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 6x5 ml;	CE, ISO DM000429720
17	33100000-1	Multi Control L2	ClinChem Multi Control L2 105-009120-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 6x5 ml;	CE, ISO DM000429721
18	33100000-1	Specific Proteins Calibrator	Specific Proteins Calibrator 105-001129-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 5x1 ml;	CE, ISO DM000429631
19	33100000-1	CK-MB Calibrator	CK-MB Calibrator 105-001132-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 3x1 ml;	CE, ISO DM000429633
20	33100000-1	FER Calibrator	FER Calibrator 105-002311-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 4 levels x1 ml;	CE, ISO DM000429651
21	33100000-1	ISE Reagent Pack	ISE Reagent Pack 105-025539-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO DM000429574

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
22	33100000-1	ISE Cleaning Solution	ISE Cleaning Solution 105-025543-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 50 ml;	CE, ISO DM000429574
23	33100000-1	Na Cleaning Solution	Na Cleaning Solution 105-025541-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 15 ml;	CE, ISO DM000429574
24	33100000-1	Soluție de curățare	Probe Cleanser PRO50	China/ Turcia	Mindray/ Archem		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 50 ml;	CE, ISO DM000661218
25	33100000-1	Na electrode	Na electrode 115-084090-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO DM000429574
26	33100000-1	K electrode	K electrode 115-084089-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO DM000429574
27	33100000-1	Cl electrode	Cl electrode 115-084091-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO DM000429574
28	33100000-1	Reference electrode	Reference electrode 115-084088-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO DM000429574
29	33100000-1	Lampa fotometrica	Photometer lamp 115-017932-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO
30	33100000-1	Cuve pentru probe	Sample cups C1002	China	SKG Medical		Conform cerințelor; Compatibil cu analizator Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1000 buc;	CE, ISO DM000798247
31	33100000-1	Soluție detergent CD80	CD80 Detergent SD102	China/ Turcia	Mindray/ Archem		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 6x2 L;	CE, ISO DM000661217
32	33100000-1	Cuve p/u disc de reacție	Plastic cuvette 115-031037-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 140 buc;	CE, ISO
33	33100000-1	Prefilter 5 um la modul pregătirei apei	Prefilter 5um 10" EO-005-10	Polonia	Hydrolab		Conform cerințelor; Compatibil cu analizator Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO
34	33100000-1	Filtru de carbon GAC la modul pregătirei apei	Carbon filter GAC 10" EW-001-10	Polonia	Hydrolab		Conform cerințelor; Compatibil cu analizator Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO
35	33100000-1	Cartuș de schimb de ioni H6 la modul pregătirei apei	Ion-exchange cartridge H6 EJ-5000-0	Polonia	Hydrolab		Conform cerințelor; Compatibil cu analizator Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc;	CE, ISO
36	33100000-1	Set de mentenanță	Maintenance kit 115-075400-00	China	Mindray		Conform cerințelor; Produsul este original de la producatorul analizatorului Mindray BS-600M; Ambalaj standard p/u aparat: 1 set;	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**