

la Contractul nr. _____
din „ _____ ” 20__

SPECIFICAȚIE Nr.2
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 2						
		Lampă cu fântă 170100	Lampă cu fântă SL 400	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.		Lampă cu fântă SL 400 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 1-14 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-180 Filtre : albastru, roșu liber, gri, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 12,5 x Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei,	

						dioptrii de la -5 la +5 Deplasare laterală, mm 100 Deplasare în adîncime, mm 105 Deplasare în înălțime, mm 30 Reglare fină de la joystick, mm 15 Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 ținta de fixare - Led Roșu Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard	
	Lotul 2					Lampă cu fantă SL 3A. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 1-14 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-180 Filtre : albastru, roșu liber (verde), gri, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 12.5x Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 Deplasare laterală, mm 100 Deplasare în adîncime, mm 105 Deplasare în înălțime, mm 30 Reglare fină de la joystick, mm 15 Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 ținta de fixare - Led Roșu Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard	
	Lampă cu fantă 170100	Lampă cu fantă SL 3A	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.			

	Lotul 3							
	Autorefractometru	Autorefractometru ARK 4000	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.				Autorefractometru ARK 4000 Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.75, 15 Putere sferică (SPH) -20 ~ +20D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindrică(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 – 86 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,0 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz
	Lotul 4							
	Oftalmoscop direct	Oftalmoscop direct YZ 11	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.				Oftalmoscop direct UZ 11 Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -35 - +20 D 1 -10; 15; 20 Sistem iluminare incandescent 2,6 V spot mare da spot mic da stea de fixație optional jumătate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional Baterie reîncărcabilă Încărcător de la rețea 220V 50Hz

Vinzătorul:

L.Ș.



Beneficiarul:

L.Ș.

Centrul:

L.Ș.