

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1744791044600 din 08.05.2025									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	D-FICTNTD25 + RL-AFR-301	China	RAPID LABS LIMITED	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puțin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizatoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă. . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. „Capacitate de testare: test cu test, opțional”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. . „Display LCD, TFT sau LED”. Imprimantă incorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”. . Greutatea de până la 2 kg. . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reincărcabilă. . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării. „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizatoare Imunofluorescent RL-AFR-301 pentru identificarea Troponinei-T cu titlu gratuit . Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă. - da, Manualul de utilizare, p.5, . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. - da, 0.2-40 ng/mL, instrucțiune de utilizare a testului, p.2, . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. - da, Manualul de utilizare, p.12-30, . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. - da, instrucțiune de utilizare a testului, p.1 , „Capacitate de testare: test cu test, opțional, - posibilitatea de testare prin un canal, Manualul de utilizare, p.26-30 ”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. - da, 10000 investigații, Manualul de utilizare, p.9 , „Display LCD, TFT sau LED”. - da, LCD Display cu touchscreen, Manualul de utilizare, p.6, 8, Imprimantă incorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”. - da, imprimanta termică incorporată, Manualul de utilizare, p.9, . Greutatea de până la 2 kg. - da, 1 kg, Manualul de utilizare, p.8, . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. - da, Manualul de utilizare, p.5, . Alimentare: Baterie reincărcabilă. - da, Lithium Battery 14.4V 2500mAh 36Wh, Manualul de utilizare, p.5, . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. - da, Manualul de utilizare, p.5, . Se includă teste pentru verificarea calității testării. - da, Manualul de utilizare, p.6, „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. - setul nu include husa/geanta pentru transportare, . Garanție de 12 luni. - da, 12 luni, Manualul de utilizare, p.37, . Instruirea personalului de către persoane autorizate. da, (Certificatul de instruire specialistului se anexează) . Manualul de utilizare și instrucțiunea de utilizare a testului se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9