

			Specificații tehnice							
Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1657204586998						Data: „25” iulie 2022	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	
33100 00-1	1	Congelator	Congelator	NS 1400/40 VV	Cehia	Frigera s.r.o.	Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. Tip: vertical, cu două uși; Volumul camerei interne: - de la 1300 lit până la 1400 lit, inclusiv; Temperatura: - de la minus 25°C până la minus 30°C; - reglabilă; - programabilă; - precizie ± 1°C. Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge; - sistem electronic de control. Panoul de informații: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oțel inoxidabil; - suprafața perforată pentru circulația aerului; - sertare în număr de 12 - 14 unități, reglabile; - asigurate cu sistem telescopic. Sistemul de răcire: Aer forțat; Sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz.	A se vedea confirmarea parametrilor în documentul atașat (Confirmation param NS 1400-40.pdf) Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate(CE NS 1400-40.pdf). Tip: vertical, cu două uși - Da (pag.3 NS 1400-40.pdf); Volumul camerei interne: - 1400 lit, (pag.3, NS 1400-40.pdf); Temperatura: - de la minus 10°C până la minus 40°C, (pag.3, NS 1400-40.pdf); - reglabilă; - Da - programabilă; - Da - precizie ± 1°C. - Da Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); - sistem electronic de control Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); Panoul de informații: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. Da Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Da Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oțel inoxidabil; Da; - suprafața perforată pentru circulația aerului; Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); - sertare în număr de 12 unități. Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); - asigurate cu sistem telescopic. Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); Sistemul de răcire: Aer forțat; Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); Sistemul de decongelare automat.Da (pag.6, NS 1400-40.pdf); Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE – Da (pag.3, NS 1400-40.pdf); Parametrii rețelei electrice: 230 V, 50 Hz.	CE, ISO	

Semnat:_____Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlășți, str. Durlășți, 4