

SPECIFICAȚII TEHNICE

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul licitației publice: 21447793, ocde-b3wdp1-MD-1751983118760						Data: 15.07.2025	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi de laborator pentru activitatea științifică						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
4	24300000-7	Creatinina (Creatinine)	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 15 μmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.05; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 1000 ml Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set – ≤ 15 μmol/L; Coef. de variație intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variație extraserial – ≤ 0.05; Interferențe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj: set 1000 ml	Creatinina , (set 100 ml). Conform instrucției anexate.	ISO, CE.
6	33000000-0	Magneziu	Magne-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 5x16 ml sau 2x10 ml	Magneziu , (set 100 ml). Conform instrucției anexate.	ISO, CE.
9	33000000-0	Kaliu	Potassium-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină. Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set minim 50 ml	Kaliu , (set 50 ml). Conform instrucției anexate.	ISO, CE.
42	33000000-0	Zinc	Zinc-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică; Ambalaj: set 50 ml	Zinc , (set 50 ml). Conform instrucției anexate.	ISO, CE.
43	33000000-0	Fosfor	Phosph-DAC.Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Tipul reagentului – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent - Set pentru determinarea cantitatii de fosfor in organism. Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică;	Fosfor , (set 250 ml). Conform instrucției anexate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 15.07.2025

Valabilitatea ofertei - 90 zile.