

		Specificații tehnice (F4.1)		
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către auto]</i>	
Numărul licitației:	LP nr. 21038144			Alternat iva nr.:
Denumirea licitației:	achiziționarea implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale- conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2021			Data: 10.04-13.04.2021 Lot: 1 Pagina: 1din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1,1	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Tija longitudinală	Rod 3.3246.040-3.3246.500	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5.5 - 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și deformități; Din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 500 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și deformități; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO
33100 000-1	1,2	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	Monoaxial screw+ locking screw 3.6151.130-3.6156.155;+3.616 0.000	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1,3	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	Polyaxial screw+ locking screw 3.6171.030-3.6176.055;+3.616 0.000	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 8 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 7,5 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO
33100 000-1	1,4	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	Monoaxial reduction screw+ locking screw 3.6164.135-3.6167.155;+3.616 0.000	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO
33100 000-1	1,5	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	Pelyaxial reduction screw+ locking screw 3.6180.035-3.6183.055;+3.616 0.000	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO
33100 000-1	1,6	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cross-link ajustabil	Crosswise connector regulated 3.3972.040-3.3972.078	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-99 mm Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1,7	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cârlig laminar toracal	Thoracic laminar hook 3.6271.002; Thoracic laminar hook offset 3.6273.002 - 3.6273.102; 3.6274.002 - 3.6274.102; Pedicle Hook 3.6275.001- 3.6275.002	Polonia	CHM	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm, în dependență de ofertă; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max.6.0 mm, conform ofertei; Material: Din aliaj din titan conform ISO 5832:3/ASTM A1:6,75/V:4,5.	CE, ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor

In calitate de : Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607