

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21018094 / ocde-b3wdp1-MD-1579261526898					Data: 10.02.2020			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: <b>Consumabile pentru secția de sterilizare 2020</b>					<u>Lot/poz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20.</u>			Pagina _1_ din _4_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bunuri</b>						
	33191000-5	<b>Lotul 1</b>						
1		Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	4AFR75200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	
	33191000-5	<b>Lotul 2</b>						
2		Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	4AFR75200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	
	33191000-5	<b>Lotul 3</b>						
3		Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	4AFR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	
	33191000-5	<b>Lotul 4</b>						
4		Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	4AFR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	

CE/Declarație de conformitate

	33191000-5	<b>Lotul 5</b>					
5		Rolă pentru sterilizare.  Dimensiuni 150 mm x 200 m.	4AFR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.
	33191000-5	<b>Lotul 6</b>					
6		Rolă pentru sterilizare.  Dimensiuni 150 mm x 200 m.	4AFR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.
	33191000-5	<b>Lotul 7</b>					
7		Rolă pentru sterilizare.  Dimensiuni 200 mm x 200 m.	4AFR200200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.
	33191000-5	<b>Lotul 8</b>					
8		Rolă pentru sterilizare.  Dimensiuni 250 mm x 200 m.	4AFR250200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.
		<b>Lotul 9</b>					
9	33191000-5	Rolă pentru sterilizare.  Dimensiuni 300 mm x 200 m.	4AFR300200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.
		<b>Lotul 10</b>					
10	33191000-5	Rolă pentru sterilizare.	4AFR350200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat	Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu

		Dimensiuni 350 mm x 200 m.				din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	
		<b>Lotul 11</b>						
11	33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR10070	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m	
		<b>Lotul 12</b>						
12	33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR15070	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	
		<b>Lotul 13</b>						
13	33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR25070	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	
		<b>Lotul 14</b>						
14	33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR30070	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	
		<b>Lotul 18</b>						
18	33191000-5	Test indicator bandă	4API	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .IHR.TIC.LTD	Test indicator bandă intern compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D(95mmx14mm)	Test indicator bandă intern compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D(95mmx14mm)	
		<b>Lotul 19</b>						

19	33191000-5	Test biologic categorie superioară	4APBI	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Test biologic categorie superioară compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	Test biologic categorie superioară compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	
		<b>Lotul 20</b>						
20	33191000-5	Test-pack Bowie & Dick	4ABD400	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH .İHR.TIC.LTD	Bowie-Dick,Chemical Indicator Test compatibil cu sterilizatorul ST 1008-E-2	Bowie-Dick,Chemical Indicator Test compatibil cu sterilizatorul ST 1008-E-2	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Site: [www.medglobalfarm.com](http://www.medglobalfarm.com)