

Anexa nr.3

la Contractul nr. _____
din „__” _____ 20__

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1710916320880 din 20.03.2024
	Obiectul de achiziției: Echipament medical oftalmologic – autorefractometru

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul						
1	33100000-1	Autorefractometru	Autorefractometru ARK 7000	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.	Anul producerii 2024. Caracteristici tehnici: Distanța vârfulor (VD) mm: 0; 10 (zece); 12; 13,5; 15. Refracție, sferă (SPH), dioptrii – 25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25. Refracție, cilindru (CYL), dioptrii –10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25. Axa (AX), grade 1–180o, pas 1o. Distanța interpupilară, mm 10–85. Diametrul minim al pupilei, mm 2,0. Keratometrie	Autorefractometru ARK 7000 Anul producerii 2024. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 vezi Catalogul atasat pe p.14 Putere sferă (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) vezi Catalogul atasat pe p.14 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 1-180° (pasul 1°) vezi Catalogul atasat pe p.14 Distanța pupilară, mm 10 – 85 (pasul 1) vezi Catalogul atasat pe p.14	Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity

						Raza de curbura, mm 5,0–10,2, pas 0,01 Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,5; pas 0,12; 0,25. Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25. Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1. Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată. Greutate: 20–22 kg. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 2 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 09.12.2024.	Diametru pupilar minim, mm 2,0 vezi Catalogul atasat pe p.14 Raza de curbura, mm 5,0–10,0, pas 0,01mm vezi Catalogul atasat pe p.14 Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,0; pas 0,12; 0,25. vezi Catalogul atasat pe p.14 Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,06; 0,12; 0,25. vezi Catalogul atasat pe p.14 Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1. vezi Catalogul atasat pe p.14 Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată- vezi Catalogul atasat pe p.15 Display LCD Printer –da. vezi Catalogul atasat pe p.20 Greutate: 17.25–22 kg. Alimentare 240 V, 50/60 Hz	
		TOTAL						

Vînzătorul:

L.Ș.

Beneficiarul:

L.Ș.

Centrul:

L.Ș.