

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă nr. 21026177				Data: „05” August 2020			Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: Reagenți pentru investigații la Covid-19		Lot: _____				Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1 Teste pentru determinarea markerilor								
1.1	33696500-0	Anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG	TK039	Ucraina	VITROTEST	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie in ser/plazma,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului pozitiv 1x0.3 ml, negativ 1x0.5 ml, calibratori, determinarea sa fie in ser/plasmă,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
2 Teste pentru determinarea markerilor								
2.1	33696500-0	Anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM	TK034	Ucraina	VITROTEST	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie in ser/plazma,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului pozitiv 1x0.3 ml, negativ 1x0.5 ml, calibratori, determinarea sa fie in ser/plasmă,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 99,3%	Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9