

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753872475738					Data: „05”septembrie 2025	Alternativa: Lot 63	Pagina 4-8 din 8
Denumirea licitației:			Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026					Lot: 51	Pagina:1-3 din 8	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
33100 000-1	51.1	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm	OSI POLYAXIAL SCREW Ø4,5X40 mm (P4540) - Catalog OSI Implant (pag.1)	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parrea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	<u>Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm;</u> 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parrea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibil cu tije longitudinale, cu D=5,5 mm, de la acelaș producător OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant OSI (pag.7); 4.Declaratia Producătorului Implant OSI (pag.6); 5.Catalog OSI Implant (pag.1)	

33100 000-1	51.2	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedula re, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm	OSI POLYAXIAL SCREW Ø4,5X45 mm (P4545) - Catalog OSI (pag.1)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale să fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi în centre de referință ale producător. - Instrumentariul spinal accesor necesar să fie prezentat în comoditate de câte o cistigător.	<u>Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm;</u> 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibil cu tijele longitudinale, cu D=5,5 mm, și să fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi în centre de referință ale producător. Instrumentariul spinal accesoriu necesar va fi prezentat în comoditate	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant OSI (pag.7); 4.Declaratia Producătorului Implant OSI (pag.6); 5.Catalog OSI Implant (pag.1)	
----------------	------	--	---	---	--------	---	--	--	--	--

33100 000-1	51.3	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm	OSI ROD (CO. CR.) Ø5.5X400 mm (COCR-55400) - Catalog OSI (pag.9)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	<u>Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm;</u> 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 26-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant OSI (pag.26); 4.Declaratia Conformitate p/u Tija (CoCr) 5.Declaratia Producătorului Implant OSI (pag.6); 6.Catalog OSI Implant (pag.9)	
33100 000-1	51.4	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Cirlii de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru)	PORTHOS LAMINAR HOOK 5X5 (PLOH) - Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	<u>Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru)</u> ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Cirlii de fixare cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibil cu tije longitudinale, cu D=5,5 mm și/sau de tip "Hybrid" cu D=3(150mm) D=5,5mm(250mm)X400mm, de la acelaș producător OSIMPLAN TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.9); 4.Declaratia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 5.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	

33100 000-1	63.1	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio- cercala în cazul cazul	Set de instrumente custodie	PORTHOS INSTRUMENTS (PORTHOS-1010): 1.PEDICLE PROBE CURVED (PRT-PPC- 1003) 2.PROBE FEELER CURVED (PRT-PFC- 1005) 3.DRILL-Ø3.5-Ø4.0(A0) (PRT-DR35-1007) 4.PORTHOS DRILL GUIDE SYSTEM (PRT- TP35-1009) 5.POLYAXIAL SCREW (AA2) DRIVER(A0) (PRT- PSD-1011) 6.PERSUADER (PRT- PSU-1013) 7.STRAIGHT HANDLE(A0) (H170-AO) 8.TRANSVERSE CONNCTOR DRIVER (HEX FE 5 MM) SHAFT (A0) (333-MTCD) 9.OCCIPITAL SCREW STARTER(AA3) (PRT- OSS-AA3) 10.NUT(T20) DRIVER SHAFT (A0) T20) (PRT- NDS-T20) 11.HOOK INSERTER (I) (PRT-HI-1030) 12.HOOK PUSHER (PRT- HP-1031) 13.POLYAXIAL SCREW SHAFT DRIVER (AA2- A0) (PRT-DCHD-1034) 14.ANTITORQUE (PRT- AT-1035) 15.OCCIPITAL PLATE HOLDER (PRT-OPH- 1039) 16.OCCIPITAL PLATE BENDER (PRT-OPB- 1040)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	conform catalog rusa/ingleza	Componența setului (Denumire, cantitate, pagina Catalogului PORTHOS INSTRUMENTS): 1.Sondă pediculară strânsă – 1buc (pag.1/ nr.3); 2.Sondă strânsă – 1buc (pag.1/ nr.5); 3.Burghiu -Ø3.5-Ø4.0 – 1buc (pag.1/ nr.11); 4.Burghiu p/u system Porthos – 1 buc (pag.1/ nr.13); 5.Conducator p/u surub poliaxial – 1 buc (pag.1/ nr.14); 6.Fixator – 1 buc (pag.1/ nr.17); 7.Mânerul de manevră – 1 buc (pag.1/ nr.18); 8.Conducator p/u conector transversal – 1 buc (pag.1/ nr.21); 9.Starter p/u surub occipital – 1 buc (pag.1/nr.24); 10.Conducator arbor p/u piulita – 1 buc (pag.1/nr.23); 11.Insertrul p/u cirlig – 1 buc (pag.1/nr.26); 12.Impungator p/u cirlig – 1 buc (pag.1/nr.27); 13.Conducator arbor p/u surub poliaxial – 1 buc (pag.1/ nr.15) 14.Antirotator – 1 buc (pag.1/ nr.20) 15.Detinator p/u placa occipital (pag.2/ nr.33) 16.Cleste p/u placa occipital – 1 buc (pag.2/ nr.37)	1.Declaratia Conformitate p/u Instrumente PORTHOS (pag.5); 2.Declarația Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 3.Catalog PORTHOS INSTRUMEN TE (pag.1-2)	
----------------	------	--	-----------------------------------	---	--------	---	---------------------------------	--	---	--

33100 000-1	63.2	traumatismelor vertebromedula re, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm	PORTHOS POLYAXIAL SCREW Ø3.5X18 mm (PR3518) Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI	Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale să fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	<u>Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm;</u> 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibile cu tije longitudinale, de tip "Hybrid" cu D=3(150mm) D=5,5mm(250mm)X400mm, de la acelaș producător OSIMPLAN TIBBI MALZEME TIC.LTD.ȘTI - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.7); 4.Declaratia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 5.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	
----------------	------	--	---	--	--------	---	--	--	--	--

33100 000-1	63.3	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nivel junctiunea cranio- cervicală în cazul cazului	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x20mm	PORTHOS POLYAXIAL SCREW Ø3.5X20 mm (PR3520) Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale să fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi în centre de referință ale producător	Diametru: 3,5mm; Lungime: 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare și neurale; 2.Filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); 3.Parte filetată a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigură; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibil cu tijele longitudinale, de tip "Hybrid" cu D=3(150mm) D=5,5mmX400mm, de la acelaș producător OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI - Suport educațional pentru chirurgi în centre de referință ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.7); 4.Declaratia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 5.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	
----------------	------	---	---	---	--------	---	---	--	--	--

33100 000-1	63.4	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul unei fracturi patologice, degenerative Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumelor vertebromedulare, fracturi patologice, degenerative Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm	PORTHOS DUAL ROD Ø3(150mm) Ø5.5(250mm) X400 mm (PORT-CCR3055/400) Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.2)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm	Tija de fixare (CoCr): 64,0-64,5%(Co), 26-30,0%(Cr), de tip "Hybrid" D=3 (150mm) D=5,5 (250mm) x 400mm	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.10); 4.Declaratia Conformitate p/u Tija (CoCr) 5.Declaratia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 6.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.2)	
33100 000-1	63.5	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul unei fracturi patologice, degenerative Cirli de fixare laminare D 4,5mm	Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumelor vertebromedulare, fracturi patologice, degenerative Cirli de fixare laminare D 4,5mm	PORTHOS LAMINAR HOOK 5X5 (PLOH) - Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Cirli de fixare laminare D 4,5mm	Diametru: 5 x 5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Cirli de fixare cu piulița de blocare, trebuie să fie compatibil cu tije longitudinale, de tip "Hybrid" cu D=3(150mm) D=5,5mm(250mm)X400mm, de la același producător OSIMPLAN TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI - Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilității Certificatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.9); 4.Declaratia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 5.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.1)	

33100 000-1	63.6	traumatismelor vertebromedula re, fracturi patologice, maladii degenerative	Placa occipitala, bilaterală (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale	PORTHOS OCCIPITAL PLATE M (POP-M), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X8 mm (CS458), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X10 (CS4510), PORTHOS OCCIPITAL PLATE SCREW Ø4.5X12 (CS4512) - Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.3)	Turcia	OSIMPLAN T TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Placa occipitala, bilaterală (monobloc) - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) şi RMN (rezonanţă magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Şuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterală (monobloc) de fixare cu D- 4,5x8mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la acelaş producător. - Suport educaţional pentru chirurgi in centre de referinţa ale producător	Placa occipitala, bilaterală (monobloc) - cu 3 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiueterizată) şi RMN (rezonanţă magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Şuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterală (monobloc) de fixare cu D=4,5: L=8mm; L=10; L=12mm de la acelaş producător OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI. - Suport educaţional pentru chirurgi in centre de referinţa ale producător	1.Certificat CE; 2.Notificare confirmare a valabilităţii Certicatului CE; 3.Declaratia Conformitate p/u Implant PORTHOS (pag.11,12); 4.Declaraţia Producătorului Implant PORTHOS (pag.7); 5.Catalog PORTHOS IMPLANT (pag.3)	
----------------	-------------	--	---	--	--------	---	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: **Buciaţchii Constantin** În calitate de: **Director şi reprezentant al ofertantului**

Ofertantul: **S.R.L. "NEUROKOS"** Adresa: **MD-2015, mun.Chişinău, bd. Decebal 23**