

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1717163917951 din 10.06.2024
Obiectul achiziției: Materiale electrice și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4 Pompă peristaltică	LABN6-III/EasypumpIV	China	Shenchen	Conform caietului de sarcini	Pompă peristaltică Utilizare: pomarea unui anumit volum reglabil de lichide pentru o perioadă îndelungată cu precizie înaltă, cu scop de a procesa țesutul osos spongios și grefele osoase mari Caracteristici: viteza de rotație de la 0,1 până la 600 rpm, cu rezoluția de 0,1 rpm rata debitului de 0.0053 – 3100 ml/min. HD LCD display de 3,2 inch Controler - buton digital și tastatură mecanică; Unghiul de aspirație – 0 - 360° Tipul motorului – Motor cu pas și circuit închis Capul rotativ tip monocanal cu presiune ajustabilă, poate lucra cu furtunuri din silicon Nr 15, 24, 35 și 36. Dimensiuni (HxLxA): 237 x 157 x 259 mm și masa 4,4 kg Alimentarea de la sursa de 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz. Livrare: Conform cerințelor producătorului Garanție: 24 luni	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau