



**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**Ministerul Economiei**

**Reperfectarea**

**CERTIFICATULUI DE DESEMNARE**

Nr. **P-0032/2022**  
Nr. inițial **SNM MD 013/014:2018**  
din **07.03.2018**

Data înregistrării **03.05.2022**

Valabil până la **06.03.2023**



Prezentul certificat confirmă faptul că **AQUATEH S.R.L.**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 84, MD2060**

(denumirea persoanei juridice, adresa juridică)

este **DESEMNAT** în cadrul Sistemului Național de Metrologie conform

**Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018;**  
**Ordinul Ministerului Economiei nr. 43 din 28.04.2022**

(numărul actului normativ)

pentru efectuarea **verificării metrologice** a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public.

Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a acestuia.

Secretar de stat

**semnat electronic**  
(semnătura)

**Vadim Gumene**  
(prenumele, numele)

Data **11.05.2022**

**DOMENIUL DE DESEMNARE**

**AQUATEH S.R.L.**

(denumirea persoanei juridice)

**Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 84, MD2060**

(adresa juridică)

Nr..	Denumirea, tipul mijlocului de măsurare cu indicarea poziției din Tabelul Listei Oficiale	Intervalul de măsurare	Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea	Operația verificării metrologice	Documentul normativ de referință
1	2	3	4	5	6

**1.1 mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2B, 2023**

1	Contoare de apă rece și caldă, 5.1.2.	(0,006 – 450) m <sup>3</sup> /h	clasa A; clasa B; clasa C; Raportul R (31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 1250; 1600; 4000; 6300)	1. Verificarea aspectului exterior; 2. Verificarea etanșeității; 3. Determinarea erorii relative	1. NML 3-08:2017, pct. 16; 2. NML 3-08:2017, pct. 19; 3. NML 3-08:2017, pct. 20-22
2	Contoare de energie termică, 10.4	(0,006 – 150) m <sup>3</sup> /h	Clasa 2; Clasa 3	1. Verificarea aspectului exterior; 2. Încercarea de performanță (traductor de debit, perechi de traductoare de temperatură, calculator, calculatorul și perechea de TT, CET combinat, CET complet)	1. NML 6-05:2017, pct. 17; 2. NML 6-05:2017, pct. 18 ( pct. 18.1, pct. 18.2, pct. 18.3, pct. 18.4, pct. 18.5, pct. 18.6)

**Domeniul de măsurare debit și volum (debit al lichidelor și gazelor), termometrie**

\*poziția trebuie să corespundă tabelului din Lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

Secretar de stat

semnat electronic  
(semnătura)

Vadim Gumene  
(prenumele, numele)

Data 11.05.2022