

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21078775 din 10.05.2023****Obiectul de achiziție: Dispozitive și instrumente pentru Bloc Operator pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
<b>Total lot 2</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
<b>Total lot 3</b>						
<b>Lotul 4</b>						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa, ARC 400	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa	F7915 + F7923F	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil(3850050) pentru electrocoagulator ARC 400 Bowa. Se va accepta doar piesa originala BOWA.	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm	CE
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
<b>Total lot 6</b>						

<b>Lotul 7</b>						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack.	CE
<b>Total lot 7</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Excell 400 MCDSe	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Electrod pentru bisturiu electric (ball)	F4064	Italia	FIAB SpA	Non-stick ball electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil.	Ball electrod ø 2.5 mm, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil.	CE
<b>Total lot 10</b>						
<b>Lotul 11</b>						
Electrod pentru bisturiu electric (blade)	F4065	Italia	FIAB SpA	Non-stick blade electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil.	Blade electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 153 mm, reutilizabil.	CE
<b>Total lot 11</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Telescope 30°, Ø4mm, autoclavabil	EU140-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Telescope 30°, Ø4mm, autoclavabil, compatibil cu (PN 8654.422), Richard Wolf	Telescope 30°, Ø4mm, 302 mm, autoclavabil, compatibil cu Wolf, Storz Aesculap Olympus ACMI / Olympus Anschluss	CE
<b>Total lot 12</b>						
<b>Lotul 20</b>						
Cablu de conectare monopolar	92105	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu pentru urrent monopolar compatibil cu coagulatorul Bowa (PN 370-050)	Cablu pentru urrent monopolar compatibil cu coagulatorul Bowa (PN 370-050) L- 5m	CE
<b>Total lot 20</b>						
<b>Lotul 24</b>						
Forceps Bipolar p/u Bowa ARC 400	95024	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Forceps bipolar compatibil cu Bowa ARC 400 (PN 605-024)	Pensă bipolară standard Dop european plat / știft de ghidare Umax: 500 Vp Lungime totala = 225 mm, 8mm*1mm	CE
<b>Total lot 24</b>						

<b>Lotul 25</b>						
Cablu de conectare Bipolar flat	92030	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de conectare bipolar flat compatibil Bowa ARC 400 (PN 351-040)	Durabil, foarte flexibil și de înaltă calitate Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Valleylab - Dop plat, drept Umax 0,8 kVp L-5m	<b>CE</b>
<b>Total lot 25</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23