Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747658012861	Data: 19 06 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)	Pagina: __din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	3	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor	EndoCleaner EC-411	Turcia	AORT SAGLIK HIZMETLERI VE BILGI ISLEM SISTEMLERI TURIZM INSAAT SANAYI TICARET LTD. STI.	Cod 290420 Descriere: Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configurație Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de recurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, 1 ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriene de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri.	**Conform Anexa Nr.1 la Formularul specificatiei tehnice** Cod 290420Descriere: Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului. Da Parametru Specificația Configurație Static pe podea sau masă Da Endoscoape per ciclu ≥ 1 Da Ecran LCD Da Numărul de canale de conectare 6 Da Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare 21 Da Dezinfectarea/ Sterilizarea Da Clătire Da Uscare canalelor cu aer sau cu alcool Da În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de recurățare obligatoriu Da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat Da Monitorizarea nivelului de agenți Da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Da Olympus obligatoriu Da Fujifilm obligatoriu Da Pentax obligatoriu Da Storz obligatoriu Da Alți producători indicați producătorii oferiți Da Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Da Reservor, 1 ≥ 9 litri Da Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Da Variația de temperatură ≤ 55 grade Da Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Da Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Da Alarma Automată Da Stand pe roți obligatoriu Da Compresor de aer obligatoriu Da Autodezinfectare obligatoriu Da Sistem de filtrare a apei obligatoriu Da Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Da Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 Da Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Da Fujifilm obligatoriu Da Pentax obligatoriu Da Storz obligatoriu Da Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriene de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Da Soluție de spălare min. 100 cicluri Da Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri. Da	CE, ISO, Nr. RSDM: DM000821106

Semnat:19 06 2025 Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Chisinau, Durlesti, Vasile Lupu, 6

Digitally signed by Bunic Gheorghe
Date: 2025.06.18 23:11:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ