Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2026.07.06 09:48:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1782477539212/21640065 din: 26.06.2026 conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției:Lame de laborator destinate secției morfopatologie

Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Lot 1 Lame histologice	Lot 1 Lame histologice	7107	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.	Lame histologice de sticla-foarte transparent si achromatic practic fara culoare, deformare; omogenitate optica reflicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planeitate buna; stabilitate chimica foarte buna indicele de refractie ajustat pentru microscope; fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76x26mm, grosime aproximativ 11 mm, lame cu margine mata(alba) de 20mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodalin45 gradg pre-curatatg gata de utilizarg autoclavabilg in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo Scientific Gemini As si thermo scientific ClearVue, 50 lame ca mostre pentru analiza oferteI.	Lame histologice de sticla-foarte transparent si achromatic practic fara culoare, deformare; omogenitate optica reflicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planeitate buna; stabilitate chimica foarte buna indicele de refractie ajustat pentru microscope; fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76x26mm, grosime aproximativ 11 mm, lame cu margine mata(alba) de 20mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodalin45 gradg pre-curatatg gata de utilizarg autoclavabilg in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo Scientific Gemini As si thermo scientific ClearVue, 50 lame ca mostre pentru analiza oferteI.	CE ISO
3	Lot 3 Lame pentru microton MX35	Lot 3 Lame pentru microton MX35	MB35L	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.	Lame pentru microtom MX35-lungime 80mm/ latimea 8 mm, 34-35 gradg otel - carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalaer pina la 50 de lame in cutie. 1 bucatel lama.	Lame pentru microtom MX35-lungime 80mm/ latimea 8 mm, 34-35 gradg otel - carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalaer pina la 50 de lame in cutie. 1 bucatel lama.	CE ISO
4	Lot 4 Lamele histologice de acoperire5	Lot 4 Lamele histologice de acoperire	7201-IP	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.	Lamele histologice de acoperire 50x24 mm- foarte transparent si achromatic practic fara culoarg deformare; omogenitate optica reflicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planeitate buna; stabilitate chimica foarte buna indicele de refractie ajustat pentru microscope; fabricate din sticla borosilicata; destinate pentru aparate de acoperire automatizata; dimens lardi e 5 0 x24 mm/0,13-0,17 mm(#1,5), dispuse in covati a cte maxim 500 bucatilcos, preambalate si sigilate de la preducatorCompatibile cu Thermo Scientific Gemini As si Thermo Scientific ClearVug (50 lame ca mostre pentru analiza ofertej).	Lamele histologice de acoperire 50x24 mm- foarte transparent si achromatic practic fira culoarg deformare; omogenitate optica reflicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planeitate buna; stabilitate chimica foarte buna indicele de refractie ajustat pentru microscope; fabricate din sticla borosilicata; destinate pentru aparate de acoperire automatizata; dimens lardi e 5 0 x24 mm/0,13-0,17 mm(#1,5), dispuse in covati a cte maxim 500 bucatilcos, preambalate si sigilate de la preducatorCompatibile cu Thermo Scientific Gemini As si Thermo Scientific ClearVug (50 lame ca mostre pentru analiza ofertej).	CE ISO

Semnat:_____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4