

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772088584066 din 26.02.2026
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO și Servicii de deservire a stației de oxigen medical IDEAL MAKINA, pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 - Servicii de deservire a stației de oxigen medical IDEAL MAKINA						
Lotul nr. 2 - Servicii de deservire a stației de oxigen medical IDEAL MAKINA	Servicii de deservire a stației de oxigen medical IDEAL MAKINA	Turcia	IDEAL MAKINA END. UEUN. SAN. VE TIC A.S.	Demontare și verificare supape pneumatice admisie oxigen Demontare și verificare supape pneumatice admisie aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admisie aer Curățare și lubrifiere supapa pneumatica admisie oxigen Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimbare separator Etalonare și verificare totală a generatorului de Oxigen Schimb ulei Demontare, verificare și curățare filtru aer Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei Verificare și etalonare presostat Etalonare și verificare senzori Verificare soft	Demontare și verificare supape pneumatice admisie oxigen Demontare și verificare supape pneumatice admisie aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admisie aer Curățare și lubrifiere supapa pneumatica admisie oxigen Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimbare separator Etalonare și verificare totală a generatorului de Oxigen Schimb ulei Demontare, verificare și curățare filtru aer Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei Verificare și etalonare presostat Etalonare și verificare senzori Verificare soft	

				Actualizare soft Verificarea indicatoarelor de eroare si alarmare (doar pentru controlor) Verificare si curățarea purjelor rezervorului de aer Verificarea funcționarii purjei de drenaj a condensului Verificarea nivelului de ulei Curățarea radiatoarelor pe exterior Verificarea funcționarii valvei de siguranță Verificarea scurgerilor de ulei Curățarea interiorului compresorului Verificarea furtunului de retur al uleiului Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului Verificarea curelelor si fuliilor Verificarea temperaturii Verificarea termostatlui Verificarea compresorului de răcire Verificarea presiunii de intrare si ieșire Curățarea interioara a uscatorului Etalonare si verificare totala a compresorului de răcire Verificare cabluri si conexiuni electrice	Actualizare soft Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor) Verificare și curățarea purjelor rezervorului de aer Verificarea funcționarii purjei de drenaj a condensului Verificarea nivelului de ulei Curățarea radiatoarelor pe exterior Verificarea funcționarii valvei de siguranță Verificarea scurgerilor de ulei Curățarea interiorului compresorului Verificarea furtunului de retur al uleiului Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului Verificarea curelelor și fuliilor Verificarea temperaturii Verificarea termostatlui Verificarea compresorului de răcire Verificarea presiunii de intrare și ieșire Curățarea interioara a uscatorului Etalonare și verificare totală a compresorului de răcire Verificare cabluri și conexiuni electrice.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: "Romedcom" SRL
 Adresa: Mun.Chișinau, str.Sciusev 16 (of)6