

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1779366660395 din 29.05.2026

Obiectul achiziției: Utilaj medical

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 5 Cântar de laborator/balanta analitica	M214Ai	Italia	BEL Engineering	Conform caietului de sarcini	Balanta analitica de laborator, capacitate maxima de cîntarire 220g. Lizibilitate / diviziune max 0,0001g , repetabilitate si liniearitate conform fisei tehnice a producătorului, calibrare interna si externa ( <i>vezi pag.13., punct 7.2 din manualul de operare</i> ) , afisaj digital, interfete de comunicare standard RS232 (este posibila optinea convert RS232 to USB), alimentare de retea:, certificat de conformitatea si garantie 24 luni ( <i>certificat de garantie la livrare, dupa instalare</i> ). Se anexeaza fisa tehnica oficiala a produsului.	
Lot 6 Pipetă electronică cu 8 canale 40-300μl	Finnpipette Novus 46300400	Finlanda	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Pipetă electronică cu 8 canale, pentru manipularea lichidelor în microplate-uri Interval volumetric: 30–300 μL, diviziune 1 μL. Precizie: coeficient de variație: 0.2% - 0.3% / acuratete5% +-1% . Viteze pipetare: aspirare și dispensare reglabile 9 trepte. Moduri de pipetare: 10 moduri și posibilitate de salvare programe personalizate. Interfață: ecran LCD, iluminat, meniu intuitiv, afișaj clar. Ecranul situat deasupra manierului si cu un unghi de	

					<p>inclinare mai mare 25°, pentru o vizualizare perfecta verticala in procesul de lucru, fara a fi necesara inlinarea pipetei pentru a vedea valorile sau a efectua setari.  Baterie: reîncărcabilă, autonomie minim 4000 cicluri de pipetare, timp de încărcare ≤1 oră.  Ergonomie: control prin deget, evacuare vârf cu efort redus. Posibilitatea de reglare la cel puțin 120°, a pozitiei butonului de pipetare si a suportului pentru deget din partea posterioara spre partea laterala a dozatorului pentru o mai buna ergonomie  Sterilizare: capete și conuri autoclavabile la cel puțin 121°C timp de 20 minute, materiale rezistente la substanțe chimice.</p> <p>Conformitate și documentație</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• declarație de conformitate - da . Certificare CE - nu , deoarece certificatele CE sunt pentru dispozitivele medicale IVD. Pipetele nu sunt dispozitive mendicale IVD.</li> <li>• Manual de utilizare și documentație tehnică, în limba engleză</li> </ul> <p>5. Garanție, service și mentenanță</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanție: 12 luni</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau