

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1687531737099 din 14.07.2023

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Centrifuga, microhematocrit	CENTRIC MF 220 IVD + rotor RH 24 - No.: 449568	Slovenia	Domel	Conform Caietului de sarcini	"Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm 15500 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului 198,5 mm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da (DISPONIBILE OPTIONAL) Timp (timer) Gama de timp 10sec spre 99:50min Incrementarea : in pasi de 10 sec Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da	

						Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 60 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau