

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1568019049379	Data: 14 sept 2019, 8:00 - 23 sept 2019, 8:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație a dispozitivelor medicale (REPETAT) IV	Lot: 1,3,4	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. LOT	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	504210000-2	Lucrări de reparație și recondiționare a stațiilor de oxigen gazos	-	-	-	1. Lucrări de extindere a rețelei centralizate de gaze medicale. *Secția Ginecologie: trasarea și montarea țevilor de O₂, AER, VAC pentru 8 puncte, ce includ: 2 buc. prize O₂, 2 buc. prize AER, 4 buc. prize VAC (format DIN). (cîte 4 prize 220V și 4 prize gaze medicale să fie montate în două panouri din aluminiu) -Teava din cupru Ø10x1,0 mm - 20 m. -Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 10 buc. -Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 2 buc. -Bratară pentru fixarea conductelor de gaze, montată prin dibluri - 25 buc Pieșele necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016	conform devizelor anexate	-
3	504210000-2	Mașină de spălare și dezinfectie a endoscoapelor "ETD-4, Olympus"	-	-	-	Înlăturarea erorii "E064" prin schimbarea lămpi UV. (Lampa UV inclusă din partea operatorului economic) Pieșele necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Înlăturarea erorii "E064" prin schimbarea lămpi UV. (Lampa UV inclusă din partea operatorului economic) Pieșele necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni. În baza raportului de reparație emis de Olympus Europe	-

4	504210000-2	Lucrări de reparație și ajustare a video duodenoscopu lui TJF-Q180V, Olympus	-	-	-	Video duodenoscop “Olympus TJF-Q180V, s/n: 2405633” 1. Schimbarea fibrei de lumina; 2. Schimbarea capului distal; 3. Schimbarea părții de angulație; 4. Schimbarea canalului instrumentar; 5. Schimbarea canalelor de apa/aer; 6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 7. Schimbarea cauciucului capului distal A; 8. Eliminarea aerului; 9. Ajustarea unghiurilor; 10. Setarea etansietatii; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni	Video duodenoscop “Olympus TJF-Q180V, s/n: 2405633” 1. Schimbarea fibrei de lumina; 2. Schimbarea capului distal; 3. Schimbarea părții de angulație; 4. Schimbarea canalului instrumentar; 5. Schimbarea canalelor de apa/aer; 6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 7. Schimbarea cauciucului capului distal A; 8. Eliminarea aerului; 9. Ajustarea unghiurilor; 10. Setarea etansietatii; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni În baza raportului de reparație emis de Olympus Europe	-
---	-------------	--	---	---	---	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**