

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 02.06.2025

Obiectul de achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standar de Referință
3310 0000 -1	44	Cateter i/v periferic standard 14G	18G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: teflon, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	DM000392566
3310 0000 -1	45	Cateter i/v periferic standard 16G	20G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: teflon, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	DM000392567
33100 000-1	48	Cateter i/v periferic standard 22G	24G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: teflon, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	DM000392568

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23