

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Transportului sanitar (Ambulanțe de tip B)

prin procedura deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
2. IDNO: 1015600032824
3. Adresa: Republica Moldova, mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
4. Numărul de telefon/fax: +373 22 02-59-21
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: toată documentația de atribuire este anexată în Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" MTender (SIA RSAP)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție Medico-Sanitară Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunului	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea fără TVA estimată Euro/MDL
1	341000 00-8	Transport sanitar (Ambulanțe de tip B 4x2)	unit	6	Conform caietului de sarcini.	540 000,00/ 10670238,00
Valoarea totală fără TVA estimată Euro/MDL:						540 000,00/ 10670238,00

CAIET DE SARCINI

Transport sanitar - Ambulanțe de tip B 4x2

Nr.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Cantitatea/unități
1	1. CERINTE GENERALE Ambulanța întrunește cerințele normative pentru vehiculele speciale; prin ambulanta de tip B 4x2 subînțelegând o ambulanta de asistenta medicala de urgenta. 1.1 Norme și standarde Legislația aplicată în elaborarea specificațiilor tehnice: ○ Legea Ocrotirii Sănătății a Republicii Moldova nr. 411 din 28 martie 1995. ○ Legea Republicii Moldova cu privire la dispozitivele medicale nr. 102 din 9 iunie 2017. ○ Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor post autorizare”, cu modificările ulterioare. ○ Norma europeană EN 1789/2007, ediția A2 privind vehiculele și echipamentele medicale, cu modificările ulterioare. ○ Dispozitivele medicale întrunesc cerințele prevăzute de Directiva Europeană 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale. ○ Dispozitivele medicale corespund totalmente cu EN 1865 (specificații pentru târgi și alte echipamente destinate pentru transportarea pacienților cu ambulanțe), atunci când nu sunt date alte indicații. ○ Dispozitivele medicale posedă următoarele:	6

	○ declarația de conformitate cerințelor Comunității Europene emisă de producător pentru dispozitivul medical produs; ○ declarația de conformitate cerințelor Comunității Europene în vigoare pentru dispozitivele produse, după caz; ○ Producătorii de dispozitive medicale respectă standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistemul de management al calității), cu modificările ulterioare. Anul producerii autoambulanței: nu mai vechi de anul 2025. ○ ○ 1.2 Tipul caroseriei ○ Ambulanța este construită dintr-o singură bucată de tip van cu o cabină integrată (containere sau compartimente adăugate prevăzute pentru pacienți nu sunt permise). Suprastructura de acoperire confecționată din plastic nu este acceptată. ○ Garda la sol minimum 195 mm (fără a lua în calcul roata de rezervă); ○ Dimensiuni de gabarit L x l x h: ○ Lungime: maxim 6000 mm; ○ Lățime: maxim 2200 mm (fără a lua în calcul oglinzile); ○ Înălțime: maxim 3000 mm (inclusiv girofarul, indiferent de soluția constructivă aleasă). ○ PERFORMANȚE 2.1 Motor: ○ Capacitatea cilindrului 2000 cm³ ±5%; ○ Combustibil: motorină; ○ Sistem de alimentare motorină cu separator de apă și sensor; ○ Euro 6; ○ Minim 170 CP ±5%. ○ Motorul asigură suficientă putere pentru ca ambulanța, încărcată până la o capacitate maximă permisă, să poată atinge o accelerație de la 0 km/h la 80 km/h într-un interval de 30 de secunde. ○ Protecție metalică sub grupul motorpropulsor, cel puțin în zona băii de ulei. 2.2 Sisteme de securitate: ○ Sistem antiblocare (ABS); ○ Programul electronic de stabilitate (ESP); ○ Servo asistată (hidraulică sau electro-hidraulică sau complet electric) ○ Controlul asistenței la parcare față-spate, sonor sau video sau combinat. ○ Volan cu coloană reglabilă pe 2 direcții, înălțime și adâncime și comenzi pe volan. 2.3 Tracțiune: ○ Cutie de viteze manuală, trepte 6 + 1 sau automată. ○ Ambulanța are tracțiune 4x2 cu tracțiune din față. ○ Ambulanța este echipată cu roți din oțel, anvelope de iarnă/vară în conformitate cu anotimpul livrării și roată de rezervă, cu aceleași dimensiuni cu care este echipat automobilul. 2.4 Aspect exterior: Ambulanța este în culoarea albă cu următoarele inscripții și marcaj. ○ Pe partea din față: ○ AMBULANȚA, imprimare inversată (culoarea albastră cu înălțimea de 150 mm); semnul internațional al serviciului de asistență medicală de urgență "Steaua Vieții,, (șase brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 300 mm). ○ Pe ambele părți ale caroseriei: ○ Semnul internațional de asistență medicală de urgență "Steaua Vieții" (șase brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 300 mm). ○ "ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ" (înălțime 130 mm, culoare albastră). ○ Numărul unic național "112" (culoare roșie, înălțime 240 mm). ○ Benzi (culoare portocalie, înălțime 150-230 mm fiecare (în funcție de înălțimea ambulanței). ○ Pe partea din spate: ○ AMBULANȚA" (culoarea albastră cu înălțimea de 150 mm). ○ Pe fereastră - două semne internaționale de asistență medicală de urgență " Steaua Vieții" (șase brațe albastre, înălțime 300 mm și lățime 300 mm). ○ Inscripțiile sunt reflectoare / fluorescente. Dimensiunile colantării sunt aproximative. Acestea se pot adapta și încadra la forma furgonului, urmând a fi aprobate sau modificate la vizualizarea prototipului. ○ CERINTE ELECTRICE	
--	--	--

3.1. Sistem de avertizare vizuală și acustică

- Ambulanța va avea ambele sisteme de avertizare: vizuală și acustică.
- Sistemul va permite transmiterea informației necesare persoanelor aflate în afara mașinii prin utilizarea unui microfon din cabina șoferului.
- Sistemul va fi proiectat astfel încât sirena să nu funcționeze decât dacă bara de lumină va fi în funcțiune.
- Diversele componente ale sistemului de avertizare vizuală vor fi alimentate electric cu ajutorul unui întrerupător general care va conecta sistemul de alarmă la sistemul electric al vehiculului.
- Sistemul de alarmă va funcționa chiar dacă motorul este oprit.
- Semnalele de lumină vor respecta cerințele tehnice prevăzute în R 65 CEE - ONU.
- Partea din față a ambulanței va fi echipată cu o bară de lumină stroboscopică albastră de tip LED, fixată de asupra cabinei șoferului. Aceasta va fi vizibilă din părțile frontale și laterale ale ambulanței. Un difuzor pentru sirena cu o putere minimă de 100W, cu o intensitate variabilă a semnalului acustic.
- În partea din spate, ambulanța va fi echipată cu o bară de lumină albastră de tip LED, vizibilă din partea din spate. Va fi pusă în aplicare printr-un buton unic cu cel al barei principale de lumină.
- Pe fiecare parte laterală, în partea superioară a ambulanței, vor fi amplasate trei lumini dreptunghiulare, LED-uri albastre cu lumină intermitentă. Va fi pus în aplicare printr-un buton unic cu cel al barei principale de lumină.
- Între farurile principale, încorporate în masca radiatorului sau pe hotă, vor fi atașate două lumini LED-uri albastre, intermitente, orientate spre partea din față a vehiculului. Operația se va realiza printr-un buton unic cu cel al barei principale de lumină.
- Partea laterală dreaptă și partea din spate a ambulanței vor avea fiecare câte un bec LED, orientat spre sol sub un unghi de 45°. Va fi pusă în funcțiune prin intermediul butoanelor separate pentru fiecare grup (dreapta-laterală și spate) situate în compartimentul șoferului, precum și la deschiderea ușii.
- Sirena va fi pusă în funcțiune din compartimentul șoferului având un buton general on-off. De asemenea, va include un semnal de avertizare scurt, care este pus în funcțiune prin apăsarea unui buton (claxon). Puterea sirenei va fi de minimum 100 W, cu intensitate variabilă a semnalului acustic. Toate sistemele de avertizare, atât acustice cât și luminoase, vor fi controlate de la un panou de control.
- Ambulanța va avea instalate becuri de ceață în față – spate.

3.2. Bateria și alternatorul

- Construcția bateriei și a tuturor conexiunilor sale vor fi proiectate astfel încât să prevină scurtcircuitul din cauza lipsei de atenție.
- Sistemul electric trebuie să poată stoca o rezervă de energie electrică pentru a restarta motorul. Ambulanța trebuie să aibă instalată cel puțin cu o baterie mai mult (suplimentară).
- Capacitate/putere minimă (conform EN 1789, cu modificările ulterioare).
- Baterie de pornire: tensiune nominală de 12 V min. 80 Ah.
- baterie suplimentară: tensiune nominală de 12 V min. 80 Ah.
- Alternator: putere minimă 2500 W/12 V;
- Invertor 12V-220V, putere minimă 700 W.

3.3. Instalația electrică

- Ambulanța va avea în structura sa un conector extern, cu grad de protecție IP44, care să permit încărcarea acumulatorului (bateriilor) și a altor echipamente, dispozitive medicale, pentru încălzirea motorului în staționare și încălzirea compartimentul pacientului.
- Conectorul pentru 220V va fi de tip "masculin" și va fi instalat pe partea laterală a ambulanței pe partea conducătorului auto. De asemenea, vor fi livrate două conectoare de tip "feminin", având un cablu atașat cu o lungime de cel puțin 20 m.
- Pornirea motorului nu va fi posibilă atâta timp cât este conectată la o sursă externă de alimentare de 220V.
- Circuitul electric de 220 V va fi protejat prin împământare, care să asigure un curent de scurgeri de maxim 30 mA sau printr-un transformator separator. Dacă protecția este dată doar prin împământare, lângă priză va exista o etichetă de avertizare cu inscripția: "ATENȚIE! ASE CONECTA DOAR LA O PRIZĂ AUTORIZATĂ".
- Sistemul electric al ambulanței trebuie să conțină cel puțin patru sub-sisteme separate, după cum urmează:
- Sistemul de bază pentru vehiculul neechipat;
- Sistem de alimentare cu energie electrică pentru dispozitive medicale;
- Sistemul de alimentare cu energie electrică pentru compartimentul pacientului;
- Sistem de alimentare cu energie electrică pentru comunicații.
- Prizele pentru alimentarea consumatorilor vor fi prevăzute după cum urmează:

- Prize de 12 V pentru dispozitivele medicale din compartimentul pacientului - minim 4 bucăți;
- Prize de 12 V în cabina șoferului - minim 2 bucăți;
- Prize de 220 V pentru dispozitivele medicale din compartimentul pacientului - minim 4 bucăți, care vor fi alimentate de un inverter 12V-220V cu capacitatea minimă de 700W.
- Instalațiile electrice vor îndeplini următoarele cerințe:
- Toate circuitele din compartimentul pacientului vor avea dispozitive automate de siguranță și / sau comutatoare separate proiectate / prevăzute în cadrul construcției;
- Întrerupătoarele trebuie marcate corespunzător, iar funcția fiecărui circuit va fi ușor de identificat;
- Cel puțin două circuite vor fi instalate astfel încât o defecțiune a circuitelor să nu oprească toate luminile sau toate dispozitivele medicale conectate;
- Cablurile trebuie să reziste mai mult decât sarcina maximă a siguranțelor sau întrerupătoarelor cu cel puțin 30%;
- Cablurile și conductele trebuie să reziste la vibrații. Cablurile trebuie instalate în conducte;
- Cablurile nu vor trece prin zone în care sunt folosite substanțe gazoase.
- Ieșirile nu vor fi interschimbabile în locuri cu sisteme de diferită tensiune.

4. CAROSERIA VEHICULULUI

- **Securitatea anti-incendiară:**

Toate materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie să fie rezistente la foc; viteza lor de ardere trebuie să fie de maxim 100 mm/min.

4.2 Cabina șoferului:

Cabina va fi echipată cu următoarele:

- Sistem de dezghețare / dezaburire a parbrizului care funcționează în timp ce ambulanța se află în mișcare sau staționează.
- Un sistem de spălare a parbrizului exterior.
- Sistemul de ventilație și aer condiționat.
- Două parasolare.
- Mâner pentru persoana însoțitoare situată în apropierea colțului inferior al parbrizului și un mâner deasupra ușii de intrare.
- Airbag-uri pentru șofer și pasageri.
- Bancă dublă pentru pasager.
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite.
- Radio, Bluetooth.
- Sistemul de navigație și software-ul corespunzător pentru teritoriul Republicii Moldova.

4.3 Capacitate minimă de încărcare:

Numărul de scaune (cu excepția celui a conducătorului auto):

- 2 în față (bancheta dublă) cu centuri de siguranță;
- 2 în spate. Scaunul instalat în direcția de deplasare va fi echipat cu o centură de siguranță în 3 puncte integrată într-un scaun rotitor la 90° cu mâner și tetieră, iar scaunul instalat opus direcției de deplasare are o centură de siguranță în 3 puncte, mâner și o tetieră. Ambele scaune trebuie să aibă senzor de greutate și semnalizare pentru centura necuplată.
- Targa va avea sistem de fixare a centurilor de siguranță, inclusiv de la căpătâiul târgii pe umerii pacientului. Trebuie inclus un set pentru copii.

4.4 Perete despărțitor:

- Un perete despărțitor va separa compartimentul șoferului de cel al pacientului. O fereastră glisantă va fi prevăzută în peretele despărțitor. Fereastra va permite contactul vizual direct cu șoferul. Aceasta va fi asigurată împotriva deschiderii accidentale și va avea o perdea opacă sau alte dispozitive, care ar împiedica lumina din compartimentul pacientului să perturbe activitatea șoferului.
- Porțiunile de pereți din afara ferestrelor de deasupra nivelului târgii (inclusiv dulapurile și fețele sertarului) vor fi fabricate din material lavabil rezistent la dezinfecție.

4.5 Ieșiri de urgență:

- Pe lângă ușa din spate, va exista o ieșire alternativă din compartimentul pacientului, ceea ce ar permite evacuarea pacientului (pacienților) și a echipei.

4.6 Deschideri (uși, ferestre):

Trebuie să existe minimum două ieșiri:

- una în partea din spate (ușile balansate)
- o ieșire laterală (ușă) la compartimentul pacientului.

Poziție deschisă:

- Ușile din spate trebuie să permită deschiderea la 250-270°.
- Toate deschiderile vor fi echipate cu garnituri împotriva infiltrării cu apă.

- Unghiul de încărcare a târgii va fi de maxim 16°.
- Ușile ambulanței vor fi dotate cu sistem de închidere centralizată.
- Ușile exterioare din compartimentul medical trebuie să fie dotate cu dispozitive de siguranță conform cerințelor:
- să fie deschise și închise din interior fără cheie;
- să se deschidă și să se închidă cu o cheie din afara, ca și cum ar fi blocate din interior;
- cheia poate fi mecanică sau nemecanică, în cazul în care există un sistem centralizat de blocare.
- În compartimentul pacientului trebuie să fie cel puțin două ferestre exterioare, una pe partea dreaptă și una pe partea din spate. Fereastra de pe partea laterală va fi una glisantă.
- Ferestrele trebuie să fie amplasate astfel încât să asigure intimitatea pacientului și 1/3 din partea de sus a ferestrei va permite să se vadă în exterior.
- În cazul în care ușile din compartimentul pacientului nu sunt complet închise sau sunt deschise, un semnal audio și vizual va avertiza șoferul.

5. COMPARTIMENTUL PACIENTULUI

5.1 Cerințe generale:

- Compartimentul pacientului trebuie proiectat și construit astfel încât să asigure spațiul necesar pentru dispozitivele medicale menționate mai jos.
- Plafonul, pereții interiori și ușile compartimentului pacientului trebuie să fie produse complet sau acoperite cu materiale lavabile rezistente la dezinfecție.
- Materialul utilizat în interiorul ambulanței (compartimentul pacientului) trebuie să îndeplinească cerințele stipulate în standardul EN 1789.
- Compartimentul ambulanței trebuie proiectat astfel încât 2-4 persoane să-și poată desfășura activitatea într-o poziție verticală, în condiții confortabile.
- Marginile suprafețelor trebuie să fie proiectate împotriva pătrunderii fluidelor. Dacă podeaua nu permite evacuarea fluidelor, trebuie să fie disponibile una sau mai multe scurgeri cu dop / dopuri.
- Rafturile deschise trebuie să fie proiectate cu muchii rotunjite. Sertarele trebuie să fie asigurate împotriva deschiderii accidentale.
- Ambulanța trebuie să fie prevăzută cu un compartiment pentru medicamente proiectat cu un lacăt de siguranță.
- Ambulanța trebuie să fie proiectată cu unul sau mai multe mânere poziționate deasupra suportului pe axa longitudinală.
- Trebuie să existe două mânere poziționate în apropierea ușilor compartimentului pacientului:
- un mâner instalat pe peretele despărțitor lângă ușa laterală;
- cel de-al doilea mâner instalat pe peretele lateral lângă ușile din spate.
- Intrarea în compartimentul medical prin ușile din spate trebuie facilitată de o treaptă din plastic integrată în bara spate a mașinii (soluție oferită de producătorul șasiului).
- Intrarea în compartimentul medical prin ușa laterală trebuie facilitată de o treaptă metalică retractabilă, cu acționare mecanică sau electrică.
- Echipamentul de întreținere (de ex. Roata de rezervă sau cutia de instrumente) nu va fi accesibil din interiorul compartimentului pacientului.

Descriere:

În ceea ce privește compartimentul medical din partea ușii din spate a vehiculului, trebuie respectate următoarele specificații:

- Peretele din partea stângă (din partea conducătorului auto) va fi utilizat pentru atașarea echipamentului medical sau a suporturilor și încărcătoarelor pentru echipamentul medical portabil, cum ar fi defibrilatorul și anexe sale, aspiratoarele, seringa automată, sistemul de alimentare cu oxigen – debitmetrul, umidificator. Toate dispozitivele instalate pe peretele lateral stâng trebuie să fie accesibile manual și vizibile persoanei care se află pe scaunul situat la capătul târgii. Se va amplasa un dulap pentru materiale sanitare.
- Pe peretele lateral din dreapta, la jumătatea superioară a târgii, va fi atașat un scaun pliant pentru persoana însoțitoare, cu posibilitatea de a se roti spre targă, centura de siguranță va fi atașată de scaun. Unele echipamente de imobilizare vor avea posibilitatea de a fi atașate pe acest perete în spatele scaunului persoanei însoțitoare. Pe acest perete se va amplasa un container pentru materialele folosite, care trebuie să fie ușor de golit.
- Plafonul compartimentului medical va fi utilizat pentru atașarea suportului pentru perfuzii.
- Peretele despărțitor va fi utilizat pentru atașarea unui scaun pliant cu spatele acestuia în direcția de mers. De asemenea, în această zonă va fi un loc special pentru depozitarea rucsacului cu echipament de resuscitare / examinare. Acesta va fi ușor accesibil din exterior prin deschiderea ușii laterale. De asemenea, în această

	zonă va fi amplasat un container pentru materiale ascuțite, un dispozitiv de dozare pentru dezinfectanți și un suport pentru prosoape de hârtie. ○ Suportul pentru targă va fi plasat în partea stângă a compartimentului pacientului. ○ 2 cilindri de oxigen atașați, cu capacitatea de 10 l fiecare vor fi plasați într-un loc bine definit în compartimentul medical într-o zonă care ar permite schimbarea lor ușoară. ○ 2 cilindri mobili de oxigen, unul cu capacitatea de 5 l va avea un loc special pentru atașare la targă și altul cu capacitatea de 2 l , prevăzut cu propria sa geantă de transport. ○ Căruciorul cu roțile cu sistem de fixare a pacientului va fi instalat în partea din spate, care este ușor accesibil. ○ Podeaua va fi aleasă astfel încât să asigure o aderență adecvată pentru persoana însoțitoare, inclusiv atunci când este umedă; trebuie să fie rezistentă și ușor de curățat. ○ Partea interioară a compartimentului pacientului, complet echipată, va fi proiectată astfel încât să reducă la minimum riscul de rănire. ○ Toate sistemele de iluminare, încălzire, răcire și ventilație trebuie să poată fi comandate centralizat, prin intermediul unui display touch. 5.2 Dimensiunile compartimentului • Lungimea minimă: 3065 mm, la nivelul tărgii de la care se exclude lungimea oricăror dulapuri, sertare și alt mobilier amplasat lângă peretele despărțitor. • Înălțime minimă: 1800 mm, în zona de lucru cu targa. • Lățimea minimă: - Total, inclusiv dulapuri - minim 1700 mm; - Lățimea minimă a suprafeței utile - minim 1400 mm (conform EN 1789). 5.3 Cerințe privind dimensiunile scaunelor din compartimentul pacientului: ○ Înălțime: min. 400mm – max. 500mm de la podea ○ Lățime: cel puțin 450 mm; ○ Adâncime: cel puțin 350 mm; • Pentru speteaza scaunului: ○ Înălțime: cel puțin 750 mm; ○ Lățime: cel puțin 450 mm. 5.4 Sistemul de ventilație: • Va fi disponibil un sistem de ventilație care să asigure un minim de 20 de înlocuiri pe oră a volumului de aer din compartimentul pacientului. 5.5 Sisteme de încălzire și răcire: ○ În afară de încălzirea cabinei șoferului, va fi disponibil un sistem independent, reglabil, pentru încălzirea aerului în compartimentul pacientului. Sistemul va consta din 3 subsisteme separate: - Sistem de încălzire cu apă caldă de la motor, funcțional cu motor pornit. - Agregat independent de încălzire, funcțional atunci când motorul este pornit sau oprit. - Radiator electric de încălzire, funcțional atunci când ambulanța staționează și este conectată la o priză de 220 V. Acestea vor fi prevăzute cu termostate astfel încât fluctuațiile de temperatură să nu depășească $\pm 3^{\circ}\text{C}$. ○ Configurația sistemului va împiedica intrarea gazului de evacuare în compartimentul pacientului. ○ În afară de sistemul de încălzire va fi disponibil un sistem de răcire cu aer (aer condiționat), care va servi separat compartimentul pacientului. 5.6 Iluminarea interiorului ○ Iluminarea compartimentului pacientului (lumină de culoare echilibrată, naturală) de tip LED: - Zona pacientului: minim 300 lx (ajustabilă); - Zonele înconjurătoare: minim 50 lx. ○ Suplimentar va fi și o lumină ambientală de culoare albastră. 5.7 Nivelul zgomotului interior • În funcție de viteza de deplasare, nivelul zgomotului interior va fi în conformitate cu regulamentele europene în vigoare (în conformitate cu EN 1789). 5.8 Sistem de suport a perfuziei	
--	---	--

- Un suport pliabil pentru perfuzie, montat pe tavan, va fi echipat astfel încât să poată susține două sau trei perfuzii atașate vertical și capabil să mențină echilibrul lor. Suportul ar trebui să utilizeze la maxim înălțimea vehiculului deasupra târgii.
- Sistemul de suport va avea o capacitate minimă de 5 kg și va fi capabil să suporte trei pungi cu lichid, independent unul de celălalt (conform EN 1789).
- Pe peretele lateral stâng, în apropierea prizelor de electricitate și oxigen, va fi instalată bara cu o lungime suficientă pentru montarea dispozitivelor necesare.

5.9 Sisteme pentru menținerea / atașarea echipamentului în compartimentul pacientului (EN 1789 și modificările ulterioare)

- Fără excepție, toate materialele, cum ar fi dispozitivele medicale, echipamentele și obiectele care se află în mod obișnuit într-o ambulanță, trebuie atașate astfel încât să nu poată fi proiectate când sunt supuse unei forțe de minim 10g (gravitație) orizontal și vertical.
- Distanța acoperită de materiale atunci când sunt supuse unei forțe nu trebuie să pună în pericol siguranța persoanelor din ambulanță.
- Dacă sunt supuși acestor forțe, atunci:
 - nici un obiect nu va avea muchii ascuțite care ar pune în pericol siguranța persoanelor din ambulanță;
 - distanța maximă de deplasare a suportului sau a oricărei alte componente atașate și a sistemului de fixare nu va depăși 150 mm.

6. DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE MEDICALE

6.1. Dotarea cu dispozitive medicale

Ambulanța va fi proiectată și construită astfel încât să asigure:

- Transportarea asistată în condiții de maximă siguranță pentru pacient și personal;
- Amplasarea și atașarea dispozitivelor medicale.

6.2. Depozitarea echipamentului medical

- Toate echipamentele necesare pentru efectuarea procedurilor de standard trebuie să fie depozitate într-un loc special conceput pentru acest scop.
- Echipamentul de bază, necesar pentru o intervenție în afara vehiculului, trebuie să fie ușor accesibil prin ușile ambulanței.
- Toate echipamentele vor fi depozitate în condiții de siguranță, utilizând un sistem de fixare pentru a preveni lovirea/traumatizarea în timpul deplasării autovehiculului.

6.3. Cerințe pentru dispozitivele medicale

Cerințe generale:

- Echipamentul va fi conceput atât pentru a fi utilizat în condiții în care ambulanța este în mișcare, precum și când este utilizat în teren.
- Dacă echipamentul este proiectat ca "portabil" (cu excepția echipamentului pentru transportarea pacientului), acesta trebuie să poată:
 - Să fie purtat de o singură persoană;
 - Să aibă propria sursă de energie, să fie de sinestătător și încărcat în vehicul în timp ce vehiculul este în mișcare sau staționează.
 - Să fie utilizat în afara vehiculului, în mod independent.
 - Temperatura:
 - În absența altor inscripții pe dispozitiv, acesta trebuie să poată funcționa într-un interval de temperatură de 0 °C - + 40 °C.
 - Atașarea echipamentului:
 - Va fi atașat în interiorul vehiculului.
 - Sistemul de fixare trebuie să reziste la accelerații de 10 G.
 - Terminalele electrice și prizele nu vor face parte din sistemul de fixare al echipamentului.
 - Securitatea electrică:
 - Toate echipamentele trebuie selectate și instalate astfel, încât să nu dăuneze echipamentelor care utilizează electricitatea.
 - Interfața cu utilizatorul:
 - Butoanele, comutatoarele, indicatoarele și panourile de comandă trebuie să fie ușor accesibile.
 - Întreținere:
 - Producătorul va furniza ghiduri de utilizare și întreținere în limbile română și rusă sau engleza.

7. LISTA ECHIPAMENTELOR

7.1 Echipamentul pentru manevrarea și imobilizarea pacientului:

	○ Suportul pentru targa cu sistem de fixare pentru targă, cu sistem de alunecare pentru targă, cu posibilitatea plasării lateral sau în mijloc. ○ Targă principală cu roți și sistem de fixare pentru pacient: Îndeplinește următoarele criterii: ○ Lungime 1950 mm ± 20 mm. ○ Lățime 570 ± 20 mm. ○ Diametrul roții minimum 200 mm. ○ Să respecte cerințele standardului EN 1865-1: 2010 + A1: 2015 ○ Compusă din două părți detașabile: targă și cărucior. ○ Brancarda reversibila, poate fi montata în ambele directii ○ Testarea EN 1789 - certificatul de testare trebuie să fie disponibil. ○ Eliberarea automată a picioarelor căruciorului când se descarcă din ambulanță. ○ Înălțime reglabilă cu minimum 8 poziții. ○ Poziția Trendelenburg și anti-Trendelenburg atunci, când căruciorul este pe propriile roți. ○ Sistemul centuri de siguranță reglabile inclusiv peste umerii pacientului. ○ Suport rabatabil pentru perfuzii. ○ Mânere laterale rabatabile. ○ Mânere telescopice pentru transportarea tãrgii. ○ Frână pentru roți. ○ Sistemul pentru rabatarea picioarelor în părțile anterioare și posterioare ale căruciorului. ○ Platforma și căruciorul vor suporta o greutate de până la 280 kg separat sau combinat, inclusiv atunci când echipamentul se află pe roți. ○ Saltea reutilizabilă, realizată din material rezistent, care permite spălare și dezinfectare ușoară: ○ Lungime 1950 mm ± 20 mm; ○ Lățime minimă de 550 mm ± 20 mm; ○ Înălțime maximă 100 mm; ○ Alți parametri conform standardului EN 1865. ○ Targă rigidă reglabilă tip lopată din aluminiu: ○ Lungime ajustabilă în cel puțin 3 pași pentru pacienții cu înălțimi diferite. ○ Pliabilă. ○ Cu centuri de fixare pentru pacient. ○ Targă rigidă pentru coloana vertebrală cu sistem de fixare, două în una pentru adult și copil – 1 set. ○ Dispozitiv de imobilizare a capului – 2 buc (unul pentru targa lopata si unul pentru targa spinala): - Fabricat din material plastic, dens, cu găuri mari pentru monitorizarea pacientului, impermeabil, ușor de curățat și dezinfectat. ○ Saltea vacuum - 1 buc.: ○ Include pompă și kit de reparație. ○ Pompa va avea capacitatea de a reduce presiunea cu min. 500 h/Pa în timp de maximum 4 minute. ○ Lățimea saltelei vacuum minimum 80 cm ○ Cu mânere pentru transportare. ○ Cu centuri de fixare pentru pacient. ○ Alți parametri în conformitate cu standardul EN 1865. ○ Scaun cu roțile și sistem de fixare pentru pacient – suportă greutatea pacientului până la min. 170 kg. Patru roți, dintre care două roți cu sistem de frânare. Fixat pe una din usile din spate ale ambulanței. Suprafețele spătarului și suportului picioarelor sunt ușor de detașat. Greutatea maximă a scaunului 10 kg. ○ Dispozitiv de tracțiune pentru fracturi de femur cu geantă pentru transportare. ○ Gulere cervicale adult/copil pentru imobilizare cervicală: trebuie să permită intubarea, accesul la traheotomie și manevrele medicale sigure. Setul, în total de 6 bucăți, vor fi livrat: 4 bucăți ajustabile pentru adulți și 2 bucăți pediatrice, cu geantă pentru transportare. ○ Dispozitiv de extracție de tip KED - 1 bucată. ○ Atele vacuum pentru imobilizarea membrelor superioare și inferioare (setul să includă suplimentar pompă, geantă pentru transportare, trusă de reparații urgente) – 1 set. ○ Centură (sling) reglabilă pentru imobilizarea pelviană – 2 buc. ○ Set de atele rigide pentru imobilizarea membrelor superioare și inferioare cu geantă pentru transportare (5 bucăți) – 1 set.	
	7.2 Aparatură/echipamente pentru resuscitare – respirație (cerințe minime)	

- Instalație fixă de oxigen:
- Butelii de oxigen a câte 10 litri fiecare cu sistem de interconexiune rapidă - 2 bucăți:
 - Reductoare de presiune dotate cu manometre pentru fiecare butelie.
 - 2 conexiuni rapide standard DIN pentru dispozitivele de asistență respiratorie, atașate pe peretele lateral stâng.
 - Debitmetru cu o capacitate maximă de 15 L/min, cu supapă de reglare, umidificator, tub și mască facială.
- Butelie de 5 litri cu sistem de atașare pe targă, cu geantă pentru protecție și transportare, și reductor cu debitmetru, tub și mască facială – 1 buc.
 - Oxigen portabil:
- Butelie de 2 litri cu o geantă pentru transportare, cu un loc pentru amplasare și fixare în ambulanță, cu reductor de presiune cu debitmetru, cu o capacitate maximă de cel puțin 15 l/min, cu supapă de reglare, tub și mască facială – 1 buc.
 - Aspirator - portabil, electric, dotat cu geantă pentru transportare și sistem pentru alimentare și fixare în ambulanță – 1 buc.:
 - Rezistent la căderea, lovituri, apă și dezinfectanți;
 - Cu un regulator vacuum încorporat;
 - Robust, portabil, compact;
 - Funcționarea electrică de la o baterie încorporată;
 - Regim continuu de operare, bazat pe bateria încorporată sau conectată la sursa de alimentare;
 - Durata de funcționare a bateriei este de cel puțin 60 de minute;
 - Alimentare cu energie 220V, 12V cu adaptor;
 - Fluxul maximal al aerului aspirat 30 L/min; presiunea va fi minim de 600 mmHg;
 - Capacitatea minimă a rezervorului reutilizabil – 1 L;
 - Sistem de alarmă și monitorizare pentru starea bateriei și conectarea la sursa de alimentare;
 - Se livrează într-un kit cu cablu de conectare la 12 V, cu 1 tub de silicon reutilizabil cu lungimea de 1,5-2m și cu filtre antibacteriene minim 5 bucăți.

7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare

- **Defibrilator semiautomat cu monitor**
- Cerințe generale:
- Defibrilator semiautomat cu monitor, construcție robustă cu suprafețe ușor de curățat, ușor de manipulat, de utilizat și de transportat.
 - Echipat cu sistem de alarmă minim pentru: detașarea electrozilor, asistolie, tahicardie, bradicardie, fibrilație.
 - Cu sistem de reglare digitală pentru nivelele de alarmă.
 - Rezistentă la impact și vibrații conform EN 1789.

Configurația livrată:

- Defibrilator cu baterie Li Ion.
- Kit de padele reutilizabile, inclusiv padele pediatrice - 1 set.
- Padele de unică folosință adult și copil – câte 10 buc., inclusiv adaptor pentru utilizarea padelor.
- Cablu ECG 12 derivații – 1 buc.
- Tub cu manșete tonometrice pentru adult și copil – 1 set.
- Electrozi ECG de unică folosință – 300 bucăți.
- Printer termal încorporat.
- Hîrtie pentru imprimantă – 10 bucăți.
- Cablu de alimentare la rețea 220V și la 12 V cu conector integrat în baza suportului de fixare.
- Card SD 2Gb.
- Geanta de transport dedicată.
- Greutatea maximă cu geantă 8 kg.
- Manual de utilizare în limba română.
- Manual de service în limba română și parolile de service.

Descrierea tehnică:

- Să posede un monitor încorporat color HD de minim 7 inci.
- Să permită afișarea și supravegherea: traseului ECG, detectarea Pacemakerului, modului AED, valorilor SPO2, tensiunii arteriale neinvazive, stării bateriei, stării alarmelor, zilei, datei, numărarea și înregistrarea fiecărui șoc.
- Să posede un acces rapid și sigur la meniu pentru opțiuni și puterea șocurilor.
- Să posede cel puțin o baterie reîncărcabilă încorporată Li-Ion.
- Bateria trebuie să furnizeze o putere suficientă pentru administrarea a minimum 200 de șocuri de 200 J sau nu mai puțin de 7 ore de monitorizare continuă ECG.

	○ Durata de exploatare recomandată de producător a bateriei de minimum 2 ani. ○ Timpul de reîncărcare 0-100% este de maximum 4 ore. ○ Să dețină sisteme de alarmă vizuală și sonoră privind descărcarea bateriei. ○ Sistemul va fi capabil să funcționeze atât cu padele reutilizabile, cât și cu padele de o singură folosință; padelele trebuie să fie interschimbabile. ○ Sistemul trebuie să recunoască automat tipul de padele de unică folosință între adult -copil. ○ Sistemul trebuie să recunoască și să afișeze pe ecran aplicarea corectă a padelor pe piept din punct de vedere al impedanței electrice. ○ Sistemul trebuie să posede evaluarea automată a ECG. ○ Înregistrarea: memorie internă de minim 2 GB. ○ Sistemul trebuie să ofere opțiuni pentru: AED inclus, SPO2 inclus, modul NIBP, modul Wi-Fi. ○ Modul SPO2 include un interval de măsurare 70 - 100%. ○ Modul NIBP funcționează prin tub elastic cu manșete tonometrice. ○ Frecvența cardiacă minim cuprinsă între 30 și 300 bpm. ○ Sistemul să poată funcționa ca un Pacemaker extern. ○ Printarea va fi automată sau manuală pe un canal. ○ Lățimea hârtiei este de cel puțin 48 mm sau alte dimensiuni standard. ○ Viteza de imprimare este de 25, 50 mm/sec. ○ Să dispună de sistemul de alarmă pentru detașarea electrodului, asistolie, tahicardie, bradicardie, fibrilație. Monitorizarea ECG: ○ Derivații cu cel puțin 3 canale. ○ Capturarea semnalului ECG trebuie efectuată prin electrozi de unică folosință, prin electrozi reutilizabili și prin cabluri ECG. ○ Recunoașterea Pacemakerului trebuie să fie automată. Parametrii tehnici regimului de defibrilare: ○ Defibrilarea tip BTE (undă rectangular bifazică). ○ Puterea șocului selectată în mod standard de la 10 până la 360 J. ○ Timp de reîncărcare pentru readministrarea șocului maximum 8 sec. ○ Descărcarea sincronă pentru cardioversie. ○ Sistem automat de limitare a puterii până la 100J în cazul în care sistemul recunoaște padelele pediatrice. ○ Anularea automată a șocului prin sistem de descărcare a șocurilor în perioada de neutilizare până la 60 secunde. ○ Dispozitiv ECG cu geantă de transportare Descrierea tehnică: ○ Ecran LCD color, încorporat, posibil să afișeze 3,6,12 derivații. ○ Suport lingvistic multiplu, minimum 2 limbi (româna și rusa). ○ Previzualizarea undelor ECG, auto-diagnosticare și posibilitatea imprimării rezultatelor. ○ Medicul trebuie să poată vizualiza ECG trimis de pe ambulanță la stația PC de la staționar. ○ Disponibilitatea sistemului de detectare și protecție de la cardiostimulator și de la șocul al defibrilatorului. ○ Funcții pentru măsurarea automată și diagnosticarea automată. ○ Înregistrare, amplificare simultană pe 12 canale. ○ Imprimantă termică încorporată. ○ Editarea unde ECG, primirea, viteza de înregistrare, informația despre pacient și raportul măsurărilor efectuate. ○ Alimentare 220 V CA și 12 V CC opțional. ○ Baterie reîncărcabilă cu acumulator litiu-ion cu minimum 2 ore de funcționare continuă. ○ Memorie internă pentru 300 unde ECG. ○ Card SD încorporat, care permite înregistrarea a peste 10000 de investigații. ○ Software de actualizare preinstalat pe flas USB cu instrucțiuni de instalare atașate/ ○ Măsurarea și interpretarea automată, testarea automată, verificarea formatului canalelor de achiziție 3×4, $3 \times 4 + 1R$, 6×2, 12×1. ○ Moduri de lucru selectabile: manual, automat, funcție de ritm. ○ Indică eroarea de conectare a cablurilor sau poziționarea / detașarea electrodului de măsurare. ○ Filtre digitale de înaltă precizie. ○ Modul Wi-Fi încorporat care permite transmiterea online a undelor ECG. ○ Canale de înregistrare ECG: Standard 3, 6, 12 canale. ○ Precizie $\pm 2\%$. ○ Tensiune de calibrare - $1mV \pm 1\%$.	
--	--	--

	○ Impedanță de intrare 50MΩ. - Viteza de înregistrare: 25 mm / s, 50mm / s. - Accesorii livrate: ○ cablu pentru pacient – 1 buc. ○ electrozi reutilizabili toracici tip pară – 6 buc. ○ electrozi reutilizabili pentru extremități tip clame – 4 buc. ○ hârtie pentru printer - minimum 5 buc. ○ cablu de alimentare CC – 1 buc. și CA – 1 buc opțional. ○ Manual de utilizare în limba română. ○ Manual de service în limba română și parolile de service. ○ Greutatea dispozitivului maximum 3,5 kg împreună cu geanta pentru transport. ○ Seringă electrică automată cu baterie încorporată Configurație livrată: ○ Seringă electrică; ○ Acumulator reîncărcabil Li Ion; ○ Cu mecanism de fixare; ○ Cablu de alimentare AC - 1 buc.; ○ Kit de seringi pentru pornire și calibrare dacă sistemul prevede. Descriere tehnica: ○ Control digital pentru o precizie maximă și siguranță; ○ Compatibil cu seringile de 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, cu recunoaștere automată a seringilor, pentru a putea funcționa cu seringi de la diferiți producători; ○ Să poată calcula automat debitul după introducerea volumului infuzat și timpul de administrare; ○ Să permită administrarea perfuziei în bolus la cerere, cu un volum preselectat și o precizie de minimum $\pm 2\%$; ○ Să includă și calculul dozei; ○ Să posede o bibliotecă de medicamente; ○ Viteza de perfuzie este de 0,1 - 200 ml / oră. Sistem de monitorizare pentru: ○ Starea acumulatorului; ○ Conectarea la sursa principală de alimentare 220 V; ○ Nivelul presiunii de ocluzie; ○ Profilul de administrare; ○ Timpul preselectat; ○ Starea de funcționare; ○ Unitate de măsură pentru dozare / debit; ○ Volumul perfuzat; ○ Timpul rămas. Sistem de alarma: ○ Alarmă presetată în caz de ocluzie, pentru depășirea presiunii; ○ Alarmă pentru introducere incorectă soluțiilor infuzabile; ○ Defecțiune a dispozitivului; ○ Când alarma este declanșată, injectorul se va opri automat. ○ Sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile cu alimentare la 12V: - Permite încălzirea a cel puțin 3 pungi de soluție de 1 litru fiecare sau câte 6 pungi de câte 0,5 litri fiecare; - Trebuie inclusă o geantă de transportare, izolată termic, cu curea de umăr; - Izolarea termică este eficientă timp de 2 ore de la deconectarea de la sursa de alimentare. ○ Termometru digital Descriere tehnica: ○ Termometrul digital citește radiația infraroșie de pe suprafața pielii pentru a calcula corect temperatura corpului; ○ Fără atingere: nu intră niciodată în contact cu pielea pacientului pentru a evita orice risc de contaminare; ○ Non-invaziv: nu necesită cooperare cu pacientul, recomandată pentru copii; ○ Microprocesor avansat pentru a asigura o precizie înaltă. Specificatii tehnice: ○ Limitele de măsurare la nivelul frunții: 34,0 – 42,5 ° C; ○ Precizia măsurării: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. ○ Distanța de lucru cuprinsă între 3 și 6 cm . ○ Baterii incluse în livrare; ○ Greutate: nu mai mare de 100 gr.	
--	--	--

	Pulsoximetru portabil Descriere: ○ Dispozitiv care măsoară neinvaziv nivelul de saturație cu oxigen în sânge capilară și frecvența cardiacă prin utilizarea metodei fotometrice; ○ Frecvența cardiacă este calculat automat și afișat pe baza măsurărilor efectuate; ○ Pulsometrul trebuie să asigure o precizie înaltă a citirii indiferent de tipul pacientului, de starea pielii, chiar și în condițiile mișcărilor repetitive ale brațului, pe care este montat senzorul sau în cazul în care fluxul perfuziei este scăzut. Parametrii: ○ Dispozitiv compact, portabil, care va fi utilizat în serviciul de urgență / ambulanță. ○ Rezistent la căderi, lovituri, șoc, zgârieturi. ○ Posibilitatea de a fi atașat în ambulanță (include mecanismul de atașare). ○ Alarmer vizuale și audio. ○ Setările limitelor de alarmă. ○ Greutate maximă 300 gr (cu baterii). ○ Temperatura de funcționare de la 0°C la + 50°C. ○ Tipul pacientului: adult, copil, nou-născut ○ Senzor SpO2: ○ Reutilizabil separat, cu posibilitatea de înlocuire și recunoaștere automată; ○ Echipat pentru utilizare atât cu senzori reutilizabili, cât și cu senzori de o singură utilizare. ○ Afișează pe ecran LSD sau TFT, color, minim de 2,4 inch. ○ Valoarea ritmului cardiac - da. ○ Valul SpO2 - da. ○ Nivelul bateriei - da. ○ Mesaj de eroare - da. ○ Criteriile SpO2: ○ Aria de măsurare 70 –100%. ○ Precizie de măsurare ± 2%. ○ Frecvența cardiacă cu interval de măsurare cuprins între 30 – 300 bătăi / min. ○ Alarmer: ○ Audio și vizuale. ○ SpO2: la nivel înalt, nivel scăzut. ○ Puls: nivel înalt, nivel scăzut. ○ Senzorul deconectat. ○ Descărcarea bateriei. ○ Oprirea alarmei. Livrare: ○ Baterie internă reîncărcabilă cu încărcător - da. ○ Accesorii și consumabile: ○ Senzor reutilizabil SpO2, Adult - 1 bucată. ○ Senzor reutilizabil SpO2, Copil - 1 bucată. ○ Manual de utilizare în limba română. ○ Manual de service în limba română și parolile de service. ○ Tensiometru manual cu stetoscop cu 5 manșete (3 adulți+2 copii) cu geantă de transportare – 1 set. ○ Manseta de perfuzie sub presiune – 1 buc. ○ Lampa pentru examinarea pupilelor cu baterie – 1 bucată. ○ Ciocan de reflexe – 1 bucată. 7.4 Materiale sanitare (cerințe minime): ○ Kit pentru cricotireostomie - 1 kit. ○ Saltea cu mânere pentru transfer pacienți din material lavabil cu lățimea minimă 76 cm – 2 bucăți. ○ Kit pentru amputații – 1 kit. Geantă/rucsac pentru echipamente portabile din material textil impermeabil, ușor de curățat, cu benzi reflectorizante; prevăzut cu un compartiment spațios, împărțit cu separatoare detașabile. În exterior are 2 buzunare laterale și 1 frontal, mînerele cu suport și o curera de umăr cu suport reglabil. Compoziție: - Balon tip AMBU (1 adult, 1 copil) cu 3 măști (1 adulți, 1 copil, 1 nou-născut); - Kit pipe orofaringiene minim 6 dimensiuni; ○ Laringoscop reutilizabil cu lamele tip Macintosh de diferite dimensiuni pentru adult și copil - 1 set; - Pense Magill 2 mărimi (adult și copil) – 1 set; - Aspirator manual mecanic - 1 bucată; ○ Tensiometru cu stetoscop – 1 bucată;	
--	--	--

- Turniquet manual hemostatic – 1 bucată;
- Butelie reincarcabilă de oxigen 1 litru cu reductor și debitmetru - 1 bucată.

Seturile menționate mai sus vor fi fixate în locul în care ele vor fi ușor accesibile, neafectând spațiul de lucru din jurul pacientului. Amplasarea lor va fi discutată cu cumpărătorul înaintea executării finale a fixării acestora în compartimentul pacientului.

7.5 Materiale și dispozitive auxiliare:

- Dispozitiv de tăiere a centurilor de siguranță cu ciocan pentru a sparge fereastra– 2 buc. (1 buc. instalat în cabina șoferului și 1 buc. instalat în compartimentul pacientului).
- Foarfece medical de tip "băiat de siguranță" - 1 bucată.
- Triunghi reflectorizant - 2 bucăți.
- Proiector flexibil - 1 bucată, capabil să se conecteze la 12 V în cabina șoferului.
- Lanternă portabilă cu putere de min. 800 lum, cu acumulator reincărcabil prin priza 12V sau 220V - 1 bucată.
- Stingator de 2 litre - 2 bucăți.
- Set covorașe din cauciuc în cabina șoferului.
- Curea pentru tractare (rezistentă la tractare minim 5000 kg)
- Set lanțuri antiderapante
- Manual de exploatare a vehiculului în limba română și rusă

8. GARANȚIE

Toate **echipamentele** trebuie să aibă cel puțin **36 de luni garanție** din momentul semnării primirii. **Vehiculul** trebuie să aibă o **garanție minimă de 200.000 km sau 24 de luni**, indiferent care primul se va realiza.

9. DESERVIREA ȘI MENTENANTA

Toți ofertanții vor examina existența facilităților tehnice necesare pentru serviciile atât pentru ambulanțe, cât și pentru echipamente medicale, în conformitate cu condițiile generale de garanție și ghidul de utilizare al producătorului.

Timp maxim de intervenție tehnică - 48 de ore de la momentul solicitării.

Durata maximă a măsurilor de remediere, în total 72 de ore.

Deservirea tehnică și reparațiile curente vor fi efectuate fără rând. Agentul economic, câștigător, va asigura deservirea tehnică și întreținerea ambulanțelor în zona Centru - asigurarea măsurilor de remediere (reparații) de până la 14 zile calendaristice, indiferent de tipul reparației (reparațiilor).

Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie să fie asigurată în conformitate cu perioadele menționate mai sus. Timpul perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentului medical și a vehiculelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor face gratuit. Piese de schimb și manoperă sunt gratuite, cu excepția consumabilelor pentru vehiculele stabilite de producător.

10. DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

Fiecare ofertant își asumă, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de schimb, a accesoriilor și a consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe piața Republicii Moldova gratuit sau contra cost, după cum urmează: piese de schimb gratuite, inclusiv executarea pentru perioada de garanție. Pentru restul perioadei - contra plată.

11. MANUALE

Pentru dispozitivele medicale ca Defibrilator, Electrocardiograf, Injectomat, Pulsoximetru și altele în dependență dacă dețin, să fie prezentate manuale de explotare, manuale de service și parolele de acces vor fi livrate în volum complet și veridic odată cu dispozitivele.

12. SCOLARIZARE

La momentul livrării ofertantul va asigura **pregătirea personalului tehnic și medical** de pe ambulanțe (vehiculele și echipamentele) și va dezvolta pregătirea teoretică și practică a personalului profesionist al echipelor medicale a Ambulanțelor, pentru cunoștințe și abilități bune.

13. ÎNMATRICULARE

Vânzătorul va oferi cumpărătorului întregul set de documente și acte necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova

14. LIVRARE

Ambulanța va fi livrată în DDP condiții, conform INCOTERMS 2020.

Ambulanța va fi livrată în calitate de unitate funcțională (ambulanța complet echipată), specificând în detalii echipamentele și dispozitivele din dotare pe care le are, în conformitate cu actul de predare / primire.

	Câștigătorul, până la începutul livrării ambulanțelor, va organiza prezentarea pe teritoriul Republicii Moldova a unei mostre de ambulanță asamblată și echipată pentru a verifica conformitatea acestora cu termenii de referință Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea și transportarea la sediul cumpărătorului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică în exploatare și mentenanță, pregătirea personalului medical. Costul consumabilelor, pieselor de schimb și executării, mentenanței periodice în timpul perioadei de garanție sunt conforme cu termenii de referință. 15. Atunci când se prezintă ofertele, ofertanții vor trimite un catalog cu fotografii color și / sau schițe, care vor reproduce configurația solicitată în termenii de referință. 16. Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii.	
--	--	--

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Această procedură de achiziție nu este împărțită pe loturi.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Ambulanțele vor fi livrate în condiții DDP, conform INCOTERMS 2020, în termen de până la 6 (șase) luni din data semnării contractului.

Ambulanțele vor fi livrate în calitate de unitate funcțională (ambulanța complet echipată), specificând în detalii echipamentele și dispozitivele din dotare pe care le are, în conformitate cu actul de predare / primire.

Câștigătorul va prezenta toate ghidurile / instrucțiunile de utilizare în limba română și rusă.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

14. Modalități și condiții de plată pentru rezidenți/nerezidenți: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către IMSP CNAMUP în Euro/MDL, în termen de 20 zile lucrătoare după recepționarea Documentației de însoțire a Bunurilor și a Actului de predare-primire semnat de către Furnizor și Cumpărător.

Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer pe contul de decontare al Furnizorului indicat în contract și anume: avans în mărime de 20%, iar 80% după livrarea ambulanțelor.

Se acceptă următoarele instrumente de plată prin transfer: acreditiv/virament, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 1 – Specificații tehnice, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul / documentul de împuternicire; Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, echipamentelor și dispozitivelor medicale pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. - În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va completa obligatoriu specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: 1. pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu sa solicitat minim 10 cm sa oferit parametru exact 11 cm, pagina 19 din catalog); 2. pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu sa solicitat Compatibil RMN - oferit Compatibil RMN 3T pagina 11 din catalog).	Da

		În această ordine de idei, în cazul specificației tehnice ofertate incomplete, completate doar cu sintagma „da”, fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, doar cu trimiterea la pagina din catalog fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, precum și admiterea divergențelor dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei.	
2	Specificația de preț	Conform anexei nr. 2. – Specificații de preț, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: costul ofertei include: autosanitara, dispozitivele, ambalarea și transportarea la sediul cumpărătorului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică în exploatare și mentenanță, pregătirea personalului medical. Costul consumabilelor, pieselor de schimb și executării, mentenanței periodice în timpul perioadei de garanție sunt conforme cu termenii de referință. Notă: La stabilirea prețului se vor lua în calcul prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (integral vor fi scutite de de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.	Da
3	Garanția pentru ofertă de 1 % din valoarea totală estimată a contractului	În cazul în care garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform formularului SP6 - Formular de garanție de participare la licitație, valabilitatea acesteia va fi conform pct. 7 și 21 din Instrucțiuni pentru ofertanți. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Da
4	Declarația pe propria răspundere privind criteriile de excludere și selecție (formularul G3)	Formularul G3, Original - confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei. Notă: Prezentarea oricărui alt formular decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	Da
5	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător în limba română și engleză sau rusă – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, cu indicarea / marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	Da
6	Documente ce atestă calitatea bunurilor	Pentru dispozitivele medicale din clasa I de risc se va prezenta certificatul de conformitate CE și/sau declarații de conformitate CE de la producător - valabil. Pentru dispozitivele medicale din clasa a IIA, clasa IIB, clasa III se va prezenta certificatul de conformitate CE de la producător - valabil.	Da
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	Da
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic nerezident va prezenta	Da

		documente din țara de origine care dovedesc lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
9	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	Da
10	Dovada înregistrării dispozitive medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Dovada înregistrării dispozitive medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Da
11	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară din ultimii 3 ani , original – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului. Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect livrarea bunurilor similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 50% din valoarea viitorului contract sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor din ultimul an de activitate ce au avut ca obiect livrarea bunurilor similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura bunurilor livrate și valoarea acestora.	Da
12	Cifra de afaceri medie anuală	Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât valoarea ofertei prezentate.	

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea totală estimată a contractului

Garanția pentru ofertă se acceptă în euro/lei.

Transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: I.M.S.P. CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC” Moldindconbank” S.A.

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD30ML000000002251202463 - cont în EURO.

Cod SWIFT: MOLDM2X

Beneficiarul plății: I.M.S.P. CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC” MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988 – cont în lei MDL.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

Garanția de bună execuție a contractului se acceptă în euro/lei.

Transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: I.M.S.P. CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC” Moldindconbank” S.A.

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD30ML000000002251202463 - cont în EURO.

Cod SWIFT: MOLDM2X

Beneficiarul plății: I.M.S.P. CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC" MAIB" S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988 – cont în lei MDL

Rata de convertire: cursul oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor.

18. Ofertele se prezintă în valuta: EURO/MDL.

Rata de convertire: cursul oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul „Asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți”, cod EMS-ENI ROMD00299, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.

26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da

Președintele comisiei:

Ivan SERT _____

L.Ș.