



CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE,
Grupului de lucru LP nr. ocde-b3wdp1-MD-
1685346316289

Nr. 08/247 din 18.08.2023

Prin prezenta, compania Tetis International Co SRL prezintă răspunsul la solicitare CAPCS Rg02-2386 din 17.08.2023 privind oferta noastră la LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1685346316289 privind "Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024" și anume:

Întrebare:

- Nu se regăsesc standardele EN 420; EN 374-2, la loturile nr.:
27 Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L
28 Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M
29 Mănuși pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S.

Răspunsul:

Puteți găsi certificate confirmative în **Anexa1** și **Anexa2**, semnate electronic.

Întrebare:

- Nu se regăsește codul de ref. SN-SYL-2022 în catalogul prezentat de la lotul nr. 41 Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1 ½, sterilă.

Răspunsul:

Puteți găsi Catalog producătorului pentru diferite produse, inclusiv codul de ref. SN-SYL-2022 – vezi **Anexa3**, semnata electronic.

Cu stima,
Vladimir Vidiborschii,
Manager

Anexe:

Anexa1_Appendix 4.0 EU Declaration (MDR PPE Cat III) PF NR (11630) (15-04-2021)_Latex 5.4g.signed
Anexa2_EN 374-2 (Leak Test), EN 388 (Abrasion) & EN 420 (Length & Dexterity).signed
Anexa3_Catalog_HEZE.signed