

# Sistem de deionizare apă Q-Front 10 HPLC



## Specificații tehnice

Parametri	
Tipul apei	Apă pură de tip I
Rezistivitatea apei	18 MΩ x cm
Conductivitatea apei	<0,55 μS/cm
Conținutul bacterial	<2 ppb
Rezervor de apa inclus cu filtru steril de aerisire și pompa de presiune	
Presiunea de lucru in bar, min./max	0,5-6 bar
Dozator inclus	
Conținutul de Fe și Mn în apa purificata	< 0,05 mg/l
Conținutul de clor în apa purificata	< 1 mg/l
Alimentare	240V / 50-60 Hz
Accesorii	Cartuș de pretratere cu membrana 6 l/h - 2 buc
	Cartuș pentru apa ultrapura - 2 buc
	Capsula de filtru sterila de 0,2μm - 2 buc
	Lampa UV - 1 buc



MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37  
tel. /+37322/ 57-49-00, 57-49-22/23; fax: /+37322/ 57-49-20

E-mail: [office@dacspectromed.com](mailto:office@dacspectromed.com)

[http:// www.dacspectromed.com](http://www.dacspectromed.com)