

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1684829776028 din 13.07.2023

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru” (repetat)

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200	MyLab X8 serie 6450	ITALIA	ESAOTE SPA	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 Mhz număr de elemente ≥192 Convex 1.5 - 5 Mhz număr de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4-10 Mhz număr de elemente ≥192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spațiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă MODEL MyLab X8 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN, da PROBE PORTURI 4 - da PROBE TIP, da, Linear, model L-4-15 MHZ, Da, IQ tehnologie, +aplicabil cu contrast; Da, oferit Convex, model C-1-8 MHZ, depășește cerințele solicitate Da, IQ tehnologie, +aplicabil cu contrast; Da, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Da, Endovaginal, model E-3-12 MHZ, depășește limitele solicitate in OB/GYN, +aplicabil cu contrast; Da, NIVELE DE GRI- 256 Da, PREPROCESARE, canale digitale- oferit 17 000 000=depășește limitele solicitate Da, GAMA DINAMICA -> 350 dB Da, Adâncimea scanării - da 50cm Da, POSTPROCESARE Da, IMAGINE MODURI M-mod Da, B-Mod, M-mod și 2-D – da Da, Harmonic imaging technology Da, Imagine prin Compunere Spațiala Da, DOPPLER Tip CW, PW, CFM DA, Afișare frecvență Afișare viteză - da Power Doppler - da Duplex - da	Performance Data Sheet MyLab8, 11/2021, 1-29 pag, în continuare = PDS, pag. PDS, pag.3, punct 1.1 PDS, pag.3, p.2.abz.11 PDS, pag.20-27 PDS, pag.21, p.7.1,7.2,7.3 pag 20, 22-23 PDS, pag.22, L 4-15 PDS, pag.21 p.7.2, C 1-8 PDS, pag.21 p.7.3, C 1-8 PDS, pag.20,21,26, p.7.1,7.2, E-3-12, +aplicabil cu contrast; PDS, pag.7, p.2.7 PDS, pag.8, p. 2.9 al.3 PDS, pag.7, p. 2.7 al.3 PDS, pag.21, p.7.3, C-1-8 al. 8 PDS, pag.11, p.3.7, p.3.8, 3.9,3.11 PDS, pag.6, p.2.6 PDS, pag.7 p.2.7 PDS, pag.11, p.4.2 PDS Pag 14, p.5.1 PDS pag. 7 p.2.7, 2.8 pag 8 PDS pag 6, p.2.6, pag 7 PDS pag 6, p.2.6, pag 7 PDS pag 6, p.2.6, pag 7 PDS pag 6, p.2.6, pag 7	CE, ISO, DC

				<p>FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale</p> <p>da Diapazon dinamic selectabil da</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică da</p> <p>Măsurători pe reluarea video da</p> <p>Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da</p> <p>Calcularea automată a translucentei nucleale da</p> <p>Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da</p> <p>Măsurarea automată a intimei-media da</p> <p>PAN/ZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da</p> <p>DICOM 3.0 COMPLIANT da</p> <p>MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 12 inch</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da</p> <p>Elastografie strain (de compresie manuală) da</p> <p>Elastografie sharewave (compresie acustică) da</p> <p>Altele Să se indice</p> <p>GHID ACE Transrectal da</p> <p>Transperineal da</p> <p>MONITOR Rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080$px ≥ 21"</p> <p>Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$</p> <p>Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual</p> <p>Încălzitor gel da</p> <p>Imprimantă digitală alb-negru da</p> <p>Port USB ≥ 5 da</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>Gel 1 litru</p> <p>Hârtie termică 5 buc.</p>	<p>Triplex – da</p> <p>FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale - da Full digital mod.platform</p> <p>Diapazon dinamic selectabil - da</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă - da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică- da</p> <p>Măsurători pe reluarea video - da</p> <p>Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică- da, AutoNT, AutoIT, AutoOB, 3D/</p> <p>Calcularea automată a translucentei nucleale - da,</p> <p>Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin - da</p> <p>Măsurarea automată a intimei-media - da</p> <p>PAN/ZOOM imagine în timp real - da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI - da, oferit 512GB -SSD Cine da, Cine Memory, 1GB, 41000 cadre</p> <p>DICOM 3.0 COMPLIANT da</p> <p>MONITOR integrat de control touch-screen da 10,1 inch</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN - da</p> <p>Elastografie strain (de compresie manuală) - da,ElaXto</p> <p>Elastografie sharewave(compresie acustică)- da,QElaXto2D</p> <p>GHID ACE Transrectal - da</p> <p>Transperineal- da</p> <p>MONITOR Rezoluție înaltă - da, 1920 x 1080px, 21,5", Wide Screen Full HD LED Unghi de vizualizare- da, 180°</p> <p>Panou de control Reglabil pe înălțime - da, manual - da</p> <p>Încălzitor gel - da</p> <p>Imprimantă digitală alb-negru - da, Sony UP-X898MD</p> <p>Port USB ≥ 5 - da, 5 Porturi USB -da</p> <p>DIVIZARE MONITOR - da, 5 zone de bază;</p> <p>Gel 1 litru - da</p> <p>Hârtie termică 5 buc., - da</p>	<p>PDS pag 6, p.2.6, pag 7 p. 2.7</p> <p>PDS pag 3, al*17 pag 7, p 2.7, p. 2.8, pag. 8 p.2.10</p> <p>PDS pag 7, p. 2.8, pag 8 p.2.9</p> <p>PDS pag 7, p.2.7; pag 8,p.2.</p> <p>PDS pag 14 PDS pag 8, p.2.10; p.3.1; pag 11, p.3.11</p> <p>PDS pag 11 p.3.10</p> <p>PDS pag 18, p.6.9; p.6.10; p.6.11, P.6.12</p> <p>PDS pag 18, p.6.9; p.6.10;</p> <p>PDS pag 18, p.6.8</p> <p>PDS pag 17, p.6.7</p> <p>PDS pag 15, p. 5.11;</p> <p>PDS Pag 6</p> <p>PDS pag 8, p. 3.1;</p> <p>PDS pag 9, 10</p> <p>PDS pag 4p.2.4 , 5 p.2.5</p> <p>PDS pag 18, p.6.9; P.6.10; p.6.11, P.6.12</p> <p>PDS pag 19, p.6.15;</p> <p>PDS pag 19, p.6.14;</p> <p>PDS pag 26, p. E-3-12;</p> <p>PDS pag 5, p. 2.5;</p> <p>PDS pag 5 PDS pag 3, p. 2. *;</p> <p>PDS pag 3, p. 2,</p> <p>Prezentare Sistem, OG_MyLab_X8_full_aga, pag 68;</p> <p>OG_MyLab_X8_full_aga, pag 68;</p>
--	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maria Morozov În calitate de: Director
Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23