

## DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 32 Din 12.12.2019

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1003600153131
Adresa	Mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon	022741916 756960
Număr de fax	022741916 756960
E-mail	Amt.buiucani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Tatiana Muschei

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul de achiziție	<b>achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2020</b>
Cod CPV	33696500-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1572590947503 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21013977/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21013977/</a>
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 21 nov 2019, Ora 0:00
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1572590947503 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21013977/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21013977/</a> Data publicării/ transiterii: 01.11.2019 ora 10.15
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM <input type="checkbox"/>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 496 567.00 lei MD

### 3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
Diamedix Impex SRL	20/11/2019, ora 16:00
GBG-MLD SRL	20/11/2019, ora 13:59
Echipamed Plus SRL	20/11/2019 ora 19:08
Dac-SpectroMed SRL	20/11/2019 ora 15:27
Medglobalfarm SRL	20/11/2019 ora 11:54
Sanmedico SRL	20/11/2019 ora 14:51
Ecochimie SRL	20/11/2019 ora 02:35
Intermed SRL	20/11/2019 ora 14:31
MEDICLIM AM	20/11/2019 ora 19:29
SRL Biosistem mld	18/11/2019 ora 09:42
LifeMed Group SRL	

### 4. Clarificări privind documentația de atribuire: clarificari au fost referitor la executarea mobilierului

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	Nu se cunoaste
Expunerea succintă a rezumatului demersului	<b>1 nov 2019, 16:47</b> Descriere tehnica reagenti hematologie Întrebare: Dat fiind faptul ca exista mai multi producatori de reagenti pentru echipamentele mentionate in licitatie solicitam

modificarea sintaxei &quot; Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul .....eliberat de către producătorul analizatorului.&quot; cu sintaxa &quot;Certifica de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul existent in institutie eliberat de către producătorul reagentilor &quot;. Acest lucru va permite o rata de participare la licitatie mai mare si in final preturi mai avantajoase pentru client.

Mulumim

**6 nov 2019, 11:10documente la licitatie**

Întrebare:Buna ziua. In anunt de participare p.15 sint indicate 34 cerinte pentru operatori economici. Ele intr-adevar trebuie toate prezentate la depunerea ofertei? Sau vor fi solicitate dupa deschiderea ofertelor si la momentul depunerii este deajuns DUAE si oferta?

**6 nov 2019, 11:35 Divizarea loturilor**

Întrebare:Va rugăm sa devizati pozitiile in lotul 12.Veselă și articole ostensila si lotul 14.Veselă de laborator Secția bacteriologică in loturi separate ca sa fie posibila participarea mai multor agenti economici.

**6 nov 2019, 11:51 Componenta seturilor pentru Lot 20**

Întrebare:Buna ziua! Va rugăm sa indicati concret. care sunt ambalajele reagentilor din seturile pentru Lotul 20?

**11 nov 2019, 13:18Divizarea loturilor**

Întrebare:Va rugăm sa divizati pozițiile in lotul 12.Veselă și articole ostensila si lotul 14.Veselă de laborator Secția bacteriologică in loturi separate ca sa fie posibila participarea mai multor agenti economici.Raspunsul(Cu mare regret divizare nu putem face) nu este un raspuns argumentat!!!

**1 nov 2019, 13:30 Lot 10,11,12,13,14,15**

Întrebare:Buna ziua.Va rugam sa divizati pozitiile din loturile 10,11,12,13,14,15 in loturi aparte,pentru a nu limita participarea mai multor operatori economici.

**11 nov 2019, 16:01Documentele de calificare**

Întrebare:Buna ziua.Va rugam sa excludeti conditia prezentarii autorizatiei de la producator din motiv ca restringe participarea pe scara larga a agentilor economici.ANSC deja sa pronuntat pe marginea acestui subiect si il considera restrictiv.Mulumim

**12 nov 2019, 11:01 Cerinta**

Întrebare:Va rugam sa explicati ce inseamna cerinta 14.Includerea suportului stiintific a ofertantului? In ce forma poate fi demonstrata la depunerea ofertei?

**12 nov 2019, 11:30 Lot 10,11,12,13,14,15**

Întrebare: Buna ziua, instistam divizarea pozitiilor din loturile 10.11.12.13.14.15 in loturi aparte. Caietul de sarcini prezentat de catre grupul de lucru este alcatuit cu incalcarea grava a legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Bunurile, din pozitiile adunate intr-un lot, nu au legatura stringenta intre ele si nu se folosesc impreuna si/sau completeaza unul pe altul. Mai mult ca atat, sint incluse intr-un lot bunurile, care sint produse de mai multi producatori. Oricare agent economic nu poate sa aiba in portofoliul sau toate produsele solicitate si din aceasta cauza pierde nejustificat posibilitatea de a participa la licitatie in cauza. In conformitate cu art.37(9) al Legii privind achizitii publice Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.Va reaminit ca pozitiile care au fost unite in loturi din anuntul de participare pentru 2020 la licitatiile din anii

precedenti au fost evaluate ca pozitii separate.

12 nov 2019, 12:32 solicitare către operatorul economic  
Întrebare: Documentele de calificare.Întrebare: Buna ziua.Va rugam sa excludeti conditia prezentarii autorizatiei de la producator din motiv ca restringe participarea pe scara larga a agentilor economici.ANSC deja sa pronuntat pe marginea acestui subiect si il considera restrictiv.Multumim. Dacă nu vă supărați, enunțați ceva detalii despre decizia dată a ANSC, ce autoritate contractantă figurează în această contestație? Vrem să cunoaștem și noi decizia dată a ANSC. Mii de scuze. Mersi anticipat.

**12 nov 2019, 15:18 Divizarea loturilor**

Întrebare: Va rugam sa ne informati ce comun are pozitia 101.(test biologic cu concentratia pentru separarea parazitilor) din lotul 12 (vesela si artiole ostensile) cu restul pozitiiilor din acest lot? Lotul 13(reagenti sectia bacteriologie)-sunt unele produse care le are numai un producator,respectiv numai un agent economic va avea posibilitate sa participe la acest lot Lotul 9(Investigatii clinice generale,hematologice si citologice). ce comun au pozitiiile de vopsele .cu determinarea singelui ocult,si determinarea grupelor sanguine?Este o limitare vadita a participarii mai multor operatori economici.Va rugam divizarea loturilor.

**13 nov 2019, 15:36 Lot 10,11,12,13,14,15 - divizare**

Întrebare: Buna ziua. in baza experientei anilor precedenti, chiar si cu institutia dvs. mentionam ca loturile permanent au fost divizate pe pozitii si acest fapt nu crea niciun obstacol ci invers. Toate partile procedurilor de achizitii, atit agenti economici. cit si autoritatea contractanta sint obligati sa se conforme sistemului MTender. Va informam ca alte institutii divizeaza loturile pe pozitii. avind peste 300 de pozitii. Ca urmare. in primul rind legislatia achizitiilor nu este incalcata. in al dolilea rind divizarea loturilor pe pozitii. in cazul vostru. e mai mult decit posibil (avind in vedere experienta altor institutii). Insistam la divizarea loturilor pe pozitii. O zi buna!

**15 nov 2019, 10:38 clarificare**

Întrebare:Solicităm să specificați câteva concretizări în privința poziției Hexagon Malaria Combi 20 test.(P.falciparum, P.vivax, P.malariae,P.ovale) set 1 Imunocromotografie. din lotul dat. Nu este indicat în ce material biologic intenționați să fie efectuate investigațiile și ce anume: Ag sau Ab. Mersi.

**15 nov 2019, 12:52 Termenul de valabilitate a ofertelor**

Întrebare: Buna ziua! Rugam sa concretizati termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile(conform anuntul de participare) sau 60 zile(conform fisei de date).

**15 nov 2019, 12:55 clarificare**

Întrebare:lot 9.Pozitia 135.IRM agar nutritiv.Va rugam o descriere mai detaliata a mediului.componenta.Multumim

**15 nov 2019, 13:04 clarificare**

Întrebare: lot 9.Pozitia 111.Euterococ agar.Va rugam sa clarificati euterococ agar sau enterococ agar?

**15 nov 2019, 13:06 clarificare**

Întrebare: Care sunt dimensiunile Hirtiei termice p/u analizatorul Mindray MR-96A

**15 nov 2019, 13:11clarificare**

Întrebare:Va rugam sa precizati volumul flacoanelor pentru pozitia 126 Telurit de K .si care este concentratia?

**15 nov 2019, 15:48 clarificare**

Întrebare:Pozitia 127. Test streptococi latex-2 seturi.Setul de

	cite teste doriti? Va multumim!
<b>Data transmiterii</b>	
<b>Răspunsul la demers</b>	<p><b>Răspuns (4 nov 2019, 12:43):</b>Buna ziua! Referitor la existenta a mai multor producatori suntem la curent, doar ca noi solicităm reactivi compatibili cu echipamentele mentionate in licitatie (analizatoarele respective)recomandate de producătorii echipamentelor, pentru evitarea defectelor tehnice a analizatoarelor precum și obținerea unor rezultate veridice. Va multumim pentru intelegere. O zi minunata.</p> <p><b>Răspuns (6 nov 2019, 11:25):</b>Buna ziua! Toate actele solicitate in anunt sunt obligatorii la depunerea ofertelor. O zi minunata</p> <p><b>Răspuns (6 nov 2019, 11:39):</b>Buna ziua! Cu mare regret divizare nu putem face. Merci pentru intelegere. O zi minunata</p> <p><b>Răspuns (6 nov 2019, 13:29):</b>Buna ziua !!!!! 1. 33696500-0 PROTHROMBIN TIME (PT) set 35 1 set a cite 200 de analize 2. 33696500-0 FIBRINOGEN CLAUSS A set 40 1 set a cite 200 de analize 3. 33696500-0 FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set 12 Compatibil cu Cuagulometru C3100 4. 33696500-0 COAGULATION CALIBRATOR set 16 Compatibil cu Cuagulometru C3100 5. 33696500-0 COAGULATION CONTROL LEVEL I set 32 Compatibil cu Cuagulometru C3100 6. 33696500-0 COAGULATION CONTROL LEVEL II set 32 Compatibil cu Cuagulometru C3100 7. 33696500-0 Cleaning Solution II (Cleanser C-3100 1*2500 ml) set 40 1 set a cite 320 analize 8. 33696500-0 Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15 ml) set 11 1 set a cite 1200analize 9. 33696500-0 Auto Cuvettes buc 15000 Compatibil cu Cuagulometru C3100 O zi reusita.</p> <p><b>Răspuns (11 nov 2019, 16:54):</b>Buna ziua! Stimate operator economic la întrebarea anterioara am răspuns corect si sincer ca divizare nu putem face, deoarece - Definiția lotului indica îndeplinirea prin precizarea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate – si daca in cazul nostru in lotul 12 cat si in lotul 14 avem bunuri ce nu fac parte component a din lot si denumirea lotului si specificațiile tehnice ca denumire sunt din categoria reactivelor sau etc.. atunci e altceva, dar in cazul nostru definiția coincide cu cerințele funcționale specificate. Va mulțumim si o seara minunata.</p> <p><b>Răspuns (11 nov 2019, 16:57):</b>Buna ziua! Stimate operator economic la întrebarea anterioara am răspuns corect si sincer ca divizare nu putem face, deoarece - Definiția lotului indica îndeplinirea prin precizarea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate – si daca in cazul nostru in lotul 10.11.12.13.14,15 avem bunuri ce nu fac parte component a din lot si denumirea lotului si specificațiile tehnice ca denumire sunt din categoria reactivelor sau etc.. atunci e altceva, dar in cazul nostru definiția coincide cu cerințele funcționale specificate. Va mulțumim si o seara minunata.</p> <p><b>Răspuns (12 nov 2019, 13:40):</b>Buna ziua!Cerinta se mentine, avind in vedere ca produsele solicitate in licitatie sunt incadrate ca dispozitive medicale deci acestea trebuie sa intruneasca dispozitiile prevazute de legea 102 din 2017.Cerintele din caietul de sarcini nu restrictioneaza accesul mai multur agenti economici.</p> <p><b>Răspuns (12 nov 2019, 11:13):</b>Buna ziua!Includerea suportului stiintific presupune suportul post-vinzare a ofertantului pe partea de aplicatii de catre persoane abilitate</p>

(punerea in lucru, calibrare, control verificare, etc) precum si sprijinul acestuia de la producator in ceea ce priveste unele situatii de interpretarea, corelare a rezultatelor sau situatii stricte legate de reactivi cu posibilitatea inlocuirii acestuia la producator in baza reclamatilor aparute. O zi minunata.

**Răspuns (12 nov 2019, 11:47):** Buna ziua! Stimate operator economic in anii precedenti au fost toate procedurile in sistemul SIA RSAP prin intermediul Agentiei Achizitii Publice, unde era posibilitate sa vezi toate ofertele si sa fie vizibil si usor de lucrat nu si la moment, consideram ca nu incalcam legislatia in vigoare, doar in cazul divizarii va fi incalcata legislatia. Operatorii economici sunt la curent cu toate dificultatile lucrului in sistemul MTender si speram la intelegerea situatiei create. Este imposibil sa faci o evaluare pentru 300 de loturi, pur si simplu fizic este imposibil. Din aceste motiv sau selecta in loturi grupul de bunuri ce fac parte din definiția lotului care indica indeplinirea prin precizarea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate Multumim pentru intelegere. O zi reusita sa aveti

**Răspuns (12 nov 2019, 13:39):** Buna ziua! Cerinta se mentine, avind in vedere ca produsele solicitate in licitatie sunt incadrate ca dispozitive medicale deci acestea trebuie sa intruneasca dispozitiile prevazute de legea 102 din 2017. Cerintele din caietul de sarcini nu restrictioneaza accesul mai multur agenti economici. Nu ne suparam ci din potriiva suntem dispusi sa colaboram, doar ca nu cunoastem asa detalii deoarece sigur nu am fosat implicati ca autoritate contractanta in contestatii de asa gen. Va multumim O zi minunata.

**Răspuns (13 nov 2019, 22:21):** Buna seara! Estele biologice cu concentrat pentru separarea paraziților reprezintă containere nesterile, cu capac, cu soluție fiziologică și cu plasă de separarea a paraziților și deci nu pot fi plasate în alt lot decât în lotul cu veselă și articole de ostensilă. Albastru de metilen, Vopsea după gram, azur Euzină sunt folosite pentru investigațiile hematologice și citologice.

**Răspuns (13 nov 2019, 22:43):** Buna seara! Stimate operator economic intelegem ca sunteti o companie cu ani de experienta buni si atunci suntem siguri ca cunoasteti ca in anii precedenti legislatia in vigoare era stricta respectare si partea tehnica a procedurilor, ceea ce cu mare regret nu este la moment ceea ce legea permite nu permite partea tehnica si consideram ca platformele din aceste motive au nascocit lotarizarea pentru ca sunt constienti ca in dependenta de situatia tehnica sunt constienti ca este foarte complicat de efectuat evaluare avand cum spuneti dre 300 de loturi, tindem spre modificari solicitam modificari dar nu suntem auziti si vrem sa ne intelegeti ca pentru evaluarea unei proceduri cu 300 de loturi cum doriti se ia foarte mult timp daca la o procedura de 25 de loturi sa luat apoximativ o luna va intreb cat timp se va lua la 300, luati in calcul ca mai este si factorul uman. Plus la toate nu stim daca cunoasteti dar modificari in loturi nu permite iarasi partea tehnica de efectuat se permite doar anularea procedurii, atunci spunene va rog pentru aprovizionarea laboratorului cu reactivi si consumabile la 01.01.2020 mai este posibil de aprovizionat daca valoarea estimata este de peste 3000000 lei Md plus durata de publicare plus termenul de asteptare pentru incheierea contractelor. Speram sa fim auziti si intelesi pentru o colaborare cu succes in continuare. Va multumim.

**Răspuns (15 nov 2019, 13:04):** Buna ziua! Hexagon Malaria

	<p>Combi.reprezintă teste rapide pentru depistarea a patru tipul de Malarie:(P.falciparum, P.vivax, P.malariae,P.ovale) set a câte 20 teste(casete). Pentru investigare se folosește sângele integral și buferul din set. O zi minunata</p> <p><b>Răspuns (15 nov 2019, 13:05):</b> Buna ziua! termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile. O zi minunata</p> <p><b>Răspuns (15 nov 2019, 19:24):</b> Buna seara! Agar nutritiv este un amestec de peptide sub formă de praf în flacoane de 500 gr. Multumim</p> <p><b>Răspuns (15 nov 2019, 19:18):</b> Buna seara! Cerem scuze este o gresala tehnica. corect e Enterococ agar.Va multumim</p> <p><b>Răspuns (15 nov 2019, 19:16):</b>Buna seara! Dimensiunile pentru hirtia termica 57mm pe 20m.Va multumim</p> <p><b>Răspuns (15 nov 2019, 19:21):</b>Buna seara! Telurit de caliu în flacoane de 2 ml cu concentrația 3,5 procente.Va multumim</p> <p>Răspuns (15 nov 2019, 19:26): Buna seara! Streptococ latex - câte 50 teste. Multumim</p>
<b>Contestarea documentației de atribuire</b>	Nu <input type="checkbox"/>

**5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sau facut modificari**

**6. Până la termenul-limită (data 21.11.2019, ora 0:00), au fost depuse oferte:**

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
Diamedix Impex SRL	1012600019967	administrator
GBG-MLD SRL	1003600117582	administrator
Echipamed Plus SRL	1003600077677	administrator
Dac-SpectroMed SRL	1002600042432	administrator
Medglobalfarm SRL	1016600000765	administrator
Sanmedico SRL	1003602008154	administrator
Ecochimie SRL	1002600052156	administrator
Intermed SRL	1002600034804	administrator
MEDICLIM AM	1003600131744	administrator
SRL Biosistem mld	1010600028048	administrator
LifeMed Group SRL	1016600014720	administrator

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 21.11.2019, ora 0:00

Oferte întârziate (după caz): nu sunt

**7. Documentele ce constituie oferta:**

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAЕ	Garanția pentru ofertă
Diamedix Impex SRL	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+
Dac-SpectroMed SRL	+	+	+	+
Medglobalfarm SRL	+	+	+	+
Sanmedico SRL	+	+	+	+
Ecochimie SRL	+	+	+	+
Intermed SRL	+	+	+	+
MEDICLIM AM	+	+	+	+
SRL Biosistem mld	+	+	+	+
LifeMed Group SRL	+	+	+	+

- 1. Constatări/Comentarii (după caz):** *La operatorul economic Intermed SRL-* Conform cerinței p. 13 din anunțul de participare - *Autorizația producătorului* - aceasta informație lipsește; Conform cerinței p. 14 din anunțul de participare - *Includerea suportului științific a ofertantului* – aceasta informație lipsește; Conform cerinței p. 15

din anunțul de participare *Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberata de producător* - această informație lipsește; Conform cerinței p. 17 din anunțul de participare - *Document ce confirmă înregistrarea produselor în registru de stat al dispozitivelor medicale.*, această informație lipsește; Conform cerinței p. 17 din anunțul de participare - *Notă pentru - Regenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi, Siemens* această informație lipsește.

#### 8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot <input type="checkbox"/>	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

#### 9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	<i>*Denumirea și numărul lotului (această rubrică se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)</i>
prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>	pe loturi

#### 10. Informația privind ofertele examinate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar fără TVA	Corespondere specificații tehnice
<b>Lotul 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120</b>					
	<b>Diamedix Impex SRL</b>	buc	1	329064.00	+
<b>Lotul 2. Analizator semiautomat „Mindray” MW-12A</b>					
	<b>GBG-MLD SRL</b>	buc	1	<b>46972,80</b>	+
	<b>Sanmedico SRL</b>	buc	1	<b>51 312.0</b>	
<b>Lotul 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XT-2000i</b>					
	<b>Echipamed Plus SRL</b>	buc	1	191 860.0	+
<b>Lotul 4. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i</b>					
	<b>Echipamed Plus SRL</b>	buc	1	76175.00	+
<b>Lotul 5. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300</b>					
	<b>Echipamed Plus SRL</b>	buc	1	<b>74 925.0</b>	+
<b>Lotul 6. Analizatorul imunoenzimatic „Elisis Uno”</b>					
	<b>Echipamed Plus SRL</b>	buc	1	28128.00	-
<b>Lotul 7 Analizatorrul cu chemiluminiscența Immulite 200Xpi Siemens</b>					
	<b>Intermed</b>	buc	1	356466.00	+
	<b>Diamedix Impex SRL</b>	buc	1	710612.00	+
<b>Lotul 8. Set pentru cercetarea hemostazei Cuagulometru optic-mecanic PABER-1</b>					
	<b>Dac-SpectroMed SRL</b>	buc	1	9484.00	+
<b>Lotul 9. Investigatii clinice generale, hematologice si citologice</b>					
	<b>GBG-MLD SRL</b>	buc	1	21840.00	Nu a fost deschisa oferta
	<b>Echipamed Plus SRL</b>	buc	1	19323.00	+
<b>Lotul 10. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei</b>					

Sanmedico SRL	buc	1	40950.00	*
Echipamed Plus SRL	buc	1	135480.00	Nu a fost deschisa oferta
<b>Lotul 11. Reactivi chimici p/u analize de rutina</b>				
Ecochimie SRL	buc	1	1465.00	*
<b>Lotul 12. Veselă și articole ostensila</b>				
Medglobalfarm SRL	buc	1	265700.00	----
LifeMed Group SRL	buc	1	307708.25	*
Ecochimie SRL	buc	1	335889.50	Nu a fost deschisa oferta
GBG-MLD SRL	buc	1	442155.00	
<b>Lotul 13. Reagenți Secția bacteriologică</b>				
MEDICLIM AM	buc	1	40630.00	---
GBG-MLD SRL	buc	1	112539.00	+
Sanmedico SRL	buc	1	128092.00	Nu a fost deschisa oferta
<b>Lotul 14. Veselă de laborator Secția bacteriologică</b>				
Medglobalfarm SRL	buc	1	20625.00	--
Ecochimie SRL	buc	1	40879.00	*
GBG-MLD SRL	buc	1	44950.00	Nu a fost deschisa oferta
<b>Lotul 15. Set imunologic pentru expres diagnostica</b>				
Echipamed Plus SRL	buc	1	7920.00	+
Dac-Spectro Med SRL	buc	1	81150.00	Nu a fost deschisa oferta
GBG-MLD SRL	buc	1	8526.00	
<b>Lotul 16. Analizator biochimic-automat Architect C 8000</b>				
GBG-MLD SRL	buc	1	971515.19	+
<b>Lotul 17. Analizator biochimic Stat-Fax 1904</b>				
GBG-MLD SRL	buc	1	6775.00	+
Dac-Spectro Med SRL	buc	1	9800,00	Nu a fost deschisa oferta
Echipamed Plus SRL	buc	1	12250.00	
<b>Lotul 18. Analizator de urina Mission U-500</b>				
Sanmedico SRL	buc	1	11500.00	+
<b>Lotul 19. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN</b>				
MEDICLIM AM	buc	1	224989.12	*
<b>Lotul 20. Cuagulometru automat C 3100</b>				
Biosistems SRL	buc	1	151938,54	+

1. **Constatări/Comentarii** *La operatorul economic Intermed SRL*- Conform cerinței p. 13 din anunțul de participare - *Autorizația producătorului* - aceasta informație lipsește; Conform cerinței p. 14 din anunțul de participare - *Includerea suportului științific a ofertantului* – aceasta informație lipsește; Conform cerinței p. 15 din anunțul de participare *Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberata de producător* - această informație lipsește; Conform cerinței p. 17 din anunțul de participare - *Document ce confirmă înregistrarea produselor în registrul de stat al dispozitivelor medicale.*, aceasta informație lipsește; Conform cerinței p. 17 din anunțul de participare - *Notă pentru - Reagenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi,* Siemens aceasta informație lipsește.

\*Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu s-a folosit

\* Informația privind rezultatele licitației electronice: nu s-a folosit



11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: :-

Operatorul economic	Documentul cu informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic
Intermed SRL	491	02.12.2019	266/11/19 din 27.11.2019
Diamedix Impex SRL	510	10.12.2019	300 din 11.12.2019

12. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire: da

Data solicitării documentelor confirmative: nu a fost necesitate, deoarece toate actele solicitate sunt plasate la procedura în sistemul SIA RSAP

Data prezentării documentelor confirmative:

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)																		
	DUAE	Oferta	Date participant	ISO 9001	Lipsa datorilor	Raport financiar	Certif mater prima	Lipsa datorilor	Certif conformitate	Experienta similara	Bani lichizi	Term garantie	garantia	declaratii	Declaratii	Neta	Neta	Valoarea	neta
<b>Lotul 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120</b>																			
Diamedix Impex SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 2. Analizator semiautomat „Mindray”MW-12A</b>																			
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sanmedico SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XT-2000i</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 4. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 5. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 6. Analizatorul imunoenzimatic „Elisis Uno”</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 7 Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens</b>																			
Intermed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Diamedix Impex SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 8. Set pentru cercetarea hemostazei Cuagulometru optic-mecanic PABER-I</b>																			
Dac-SpectroMed SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 9. Investigatii clinice generale, hematologice si citologice</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 10. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei</b>																			
Sanmedico SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 11. Reactivi chimici p/u analize de rutina</b>																			
Ecochimie SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 12. Veselă și articole ostensila</b>																			
Medglobalfarm SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LifeMed Group SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ecochimie SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 13. Reagenți Secția bacteriologică</b>																			
Mediclim AM SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sanmedico SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<b>Lotul 14. Veselă de laborator Secția bacteriologică</b>																			
Medglobalfarm SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ecochimie SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 15. Set imunologic pentru expres diagnostica</b>																			
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dac-SpectroMed SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 16. Analizator biochimic-automat Architect C 8000</b>																			
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 17. Analizator biochimic Stat-Fax 1904</b>																			
GBG-MLD SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dac-Spectro Med SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Echipamed Plus SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 18. Analizator de urina Mission U-500</b>																			
Sanmedico SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 19. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN</b>																			
Mediclim AM SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Lotul 20. Cuagulometru automat C 3100</b>																			
Biosistem mld	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

### 13. Ofertanții respinși:







Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
Sanmedico SRL	lotul 1, 13- prețul mai mare
Diamedix Impex SRL	lotul 7 prețul mai mare
GBG-MLD SRL	lotul 9, 12, 14, 15- prețul mai mare
Echipamed Plus SRL	lotul 10, 17 - prețul mai mare
Medglobalfarm SRL	lotul 12, 14 - oferta neconforma(doar 8 poziții din 16 și doar 3 poziții din 12)
Mediclim AM SRL	lotul 13 - oferta neconforma(doar 4 poziții din 42)
Ecochimie SRL	lotul 12- prețul mai mare
Dac-SpectroMed SRL	lotul 15, 17- prețul mai mare

### 14. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
Lotul 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120	Diamedix Impex SRL	1 buc	329 064.00	329 064.00	394900.00
Lotul 2. Analizator semiautomat „Mindray”MW-12A	GBG-MLD SRL	1 buc	46972.80	46972.80	54421.632
Lotul 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XT-2000i	Echipamed Plus	1 buc	191860.00	191860.00	208714.20
Lotul 4. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i	Echipamed Plus	1 buc	76 175.0	76 175.0	82500.00
Lotul 5. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300	Echipamed Plus	1 buc	74 925.0	74 925.0	82077.00
Lotul 6. Analizatorul imunoenzimatic „Elisis Uno”	Echipamed Plus	1 buc	28 128.0	28 128.0	30378.24
Lotul 7 Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens	Intermed SRL	1 buc	356 466.0	356 466.0	427759.20
Lotul 8. Set pentru cercetarea hemostazei Cuagulometru optic-mecanic PABER-I	Dac-SpectroMed SRL	1 buc	9 484.0	9 484.0	11378.00
Lotul 9. Investigatii clinice	Echipamed Plus	1 buc	19 323.0	19 323.0	21876.34

generale, hematologice și citologice					
Lotul 10. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei	Sanmedico SRL	1 buc	40950.00	40950.00	44334,00
Lotul 11. Reactivi chimici p/u analize de rutina	Ecochimie SRL	1 buc	1 465.00	1 465.00	1760,00
Lotul 12. Veselă și articole ostensila	LifeMed Group SRL	1 buc	307708,25	307708,25	340174,10
Lotul 13. Reagenți Secția bacteriologică	GBG-MLD SRL	1 buc	112539,00	112539,00	134710,32
Lotul 14. Veselă de laborator Secția bacteriologică	Ecochimie SRL	1 buc	40879,00	40879,00	49054,80
Lotul 15. Set imunologic pentru expres diagnostica	Echipamed Plus	1 buc	7920,00	7920,00	8553,60
Lotul 16. Analizator biochimic-automat Architect C 8000	GBG-MLD SRL	1 buc	971515,19	971515,19	1066887,445
Lotul 17. Analizator biochimic Stat-Fax 1904	GBG-MLD SRL	1 buc	6 775.0	6 775.0	7437,00
Lotul 18. Analizator de urina Mission U-500	Sanmedico SRL	1 buc	11500,00	11500,00	12420,00
Lotul 19. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN	Mediclim AM SRL	1 buc	224989,12	224989,12	270000,00
Lotul 20. Cuagulometru automat C 3100	Biosistem mld	1 buc	151 938,54	151 938,54	182300,00

#### 15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Liliana Iașan	președinte	
2	Vera Rusu,	membru	
3	Munteanu Valeriu,	membru	
4	Lidia Botnaru,	membru	
5	Alina Cîrîcu,	membru	
6	Coseacov Serghei,	membru	
7	Tatiana Muschei	membru	