

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "23" iulie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1623402250808/21040705

Denumirea obiectului de achiziții: "Achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021”.

Către: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

"Endo-Chirurgie" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. nu se aplică.
- b) "Endo-Chirurgie" SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: "Achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021”.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 11 964 800.00 (unsprezece milioane nouă sute șazeci și patru mii opt sute lei, 00 bani) **lei MD.**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 14 357 760.00 (paisprezece milioane trei sute cincizeci și șapte mii șapte sute șazeci lei, 00 bani) **lei MD.**
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, "Endo-Chirurgie" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Pavel DUBALARI**

În calitate de: Specialist achiziții publice, Jurisconsult

Ofertantul: "Endo-Chirurgie" SRL

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.

Data: "23" iulie 2021

Specificații tehnice (F4.1)									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808 din 24.07.2021					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021					Lot: _____	Pagina: din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	51	Masa chirurgicală pentru pacient	Masa chirurgicală pentru pacient	720001B0	Germania	Getinge (Maquet)	1.Masă chirurgicală standart cu set de accesorii oftalmologice- 3 buc 1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații). 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10. - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 °. - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 40 ° / 90 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°.	1.Masă chirurgicală standart cu set de accesorii oftalmologice- 3 buc 1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 2,5 h utilizare continuă). 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10. - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 °. - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spate: detașabilă.	

3310000-1	51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	720001B0	Germania	Getinge (Maquet)	1.OPERARE: - Masa compusă din 6 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 2,5 h utilizare continuă). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm /	1.OPERARE: - Masa compusă din 6 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru	
3310000-1	51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	720001B0	Germania	Getinge (Maquet)	1.OPERARE: - Masa compusă din 5 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 2,5 h utilizare continuă). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm /	1.OPERARE: - Masa compusă din 5 segmente. - Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detașabile, divizată, cu spațiu pentru intervențiile ginecologice, cu fixator-curea pentru	

3310000-1	51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	720001B0	Germania	Getinge (Maquet)	1.OPERARE: - Masa compusa din 5-6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat în masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 2,5 h utilizare continuă). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex zona toracica: -45 ° +25 ° - Modul de extensie al zonei de “cap” cu perne aditionale. - Flex / Reflex zona lombara: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.	1.OPERARE: - Masa compusa din 5-6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electromecanic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat în masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 4 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10 - Trendelenburg: Cap sus: minim 30 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos: minim 30 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spatelui: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Secțiunea spatelui: detașabilă. - Flex zona toracica: -45 ° +25 ° - Modul de extensie al zonei de “cap” cu perne aditionale. - Flex / Reflex zona lombara: minim 210 ° / 120 ° - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90°	
-----------	----	---	---	----------	----------	------------------	--	--	--

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubalari Pavel** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult**

		Specificații tehnice (F4.2)		
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]		
Numărul licitației:		LP nr. ocds-k3wdp1-MD-1623402250808 din 24.07.2021		Data: „ ” Lot: _____
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021		Alternativa nr.: _____ Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1			2	3	4	5	6	7	8	9
3310000-1	51	Masa chirurgicală pentru pacient	Masa chirurgicală pentru pacient	buc	3	810,000.00	972,000.00	2,430,000.00	2,916,000.00	
3310000-1	51	Masă chirurgicala universală cu elevator pentru zona lombara	Masă chirurgicala universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	953,480.00	1,144,176.00	1,906,960.00	2,288,352.00	
3310000-1	51	Masă chirurgicala standart cu 5 segmente	Masă chirurgicala standart cu 5 segmente	buc	6	953,480.00	1,144,176.00	5,720,880.00	6,865,056.00	
3310000-1	51	Masă chirurgicala pentru intervenții toracice	Masă chirurgicala pentru intervenții toracice	buc	2	953,480.00	1,144,176.00	1,906,960.00	2,288,352.00	
TOTAL :								11,964,880.00	14,357,760.00	

Ofertantul: SRL Endo-Chirurgie Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dubalari Pavel În calitate de: Specialist achiziții publice, Jurisconsult