

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 6: <i>Videoendoscoape compatibile cu sistema video endoscopică integrată cu sursa de lumină existentă, "Fujinon" Japonia</i> 1. VideoGastroscoap compatibil cu videoprocessor solicitat de mai jos - da Calitate imagine Full HD - Unghiul de vedere - 140° - Adincimea cimpului - 2 -100 mm - Diametrul capului distal 9,2 mm - Diametrul canalului pentru instrument 2,8 mm - Inclinarea capului distal In sus 210° In jos 120° In dreapta 100° In stanga 100° - Lungimea de lucru - 1100 mm Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare. 1 2. 2. VideoColonoscop compatibil cu videoprocessor solicitat de mai jos - da Calitate imagine Full HD - Unghiul de vedere - 170° - Adincimea cimpului - 2 -100 mm - Diametrul capului distal 12,8 mm - Diametrul canalului pentru instrument 3,8 mm - Inclinarea capului distal In sus 180° In jos 180° In dreapta 160° In stanga 160° - Lungimea de lucru - 1520 mm Cu conector la sursa de lumina care nu necesita	MODEL PROPUȘ: <i>Fujifilm ELUXEO EP 6000 + EG- 720R+ EC-720RM + accesorii, Japonia</i> 1. VideoGastroscoap compatibil cu videoprocessor solicitat de mai jos – da # EG- 720R Calitate imagine Full HD - Da - Unghiul de vedere - 140° - Da - Adincimea cimpului - 2 -100 mm -Da - Diametrul capului distal 9,2 mm – Da - Diametrul canalului pentru instrument 2,8 mm - Da - Inclinarea capului distal In sus 210°- Da In jos 120°-Da In dreapta 100°-Da In stanga 100°-Da - Lungimea de lucru - 1100 mm -Da Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare. 1 – Da 2. 2. VideoColonoscop compatibil cu videoprocessor solicitat de mai jos – da # EC- 720RM Calitate imagine Full HD- Da - Unghiul de vedere - 170°- Da - Adincimea cimpului - 2 -100 mm-Da - Diametrul capului distal 12,8 mm-Da - Diametrul canalului pentru instrument 3,8 mm-Da - Inclinarea capului distal In sus 180°-Da In jos 180°-Da In dreapta 160°-Da In stanga 160°-Da

capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare. 1 3. 3. VIDEOPROCESOR compatibil cu endoscoapele EG-530FP, EC-530 WL3, EG-530 FP, EC-590 ZWL3 aflate in dotare. De asemenea videoprocesorul sa fie compatibil cu videogastroscoful si videocolonoscoful solicitat mai sus - da Specificatie: a) Unitate compacta videoprocesor cu sursa de lumina-Da; b) Procesor imagine de inalta definitie HDTV /Full HD, 1920p X 1080p- Da; c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei-Da, moduri de vizualizare FICE, LCI, BLI. d) Cu iesire pentru semnal: S-Video, HD-SDI, DVI Da; e) Memorie externa, conectare USB-Da; f) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele – Da; g) Iris automat- Da; h) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare in 9 pasi- Da; i) Posibilitatea de etalonare automata de alb- Da; j) Reglarea automata a amplificarii (AGC)-Da k) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut)-Da; l) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice-Da; m) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran;-Da n) Functie care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice in timpul inghetarii imaginii-Da; o) Posibilitate de zoom electronic- Da;	- Lungimea de lucru - 1520 mm - Da Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare. 1- Da 3. 3. VIDEOPROCESOR compatibil cu endoscoapele EG-530FP, EC-530 WL3, EG-530 FP, EC-590 ZWL3 aflate in dotare. De asemenea videoprocesorul sa fie compatibil cu videogastroscoful si videocolonoscoful solicitat mai sus – da # ELUXEO EP 6000 Specificatie: a) Unitate compacta videoprocesor cu sursa de lumina-Da; b) Procesor imagine de inalta definitie HDTV /Full HD, 1920p X 1080p- Da; c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei-Da, moduri de vizualizare FICE, LCI, BLI.- Da d) Cu iesire pentru semnal: S-Video, HD-SDI, DVI Da; e) Memorie externa, conectare USB-Da; f) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele – Da; g) Iris automat- Da; h) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare in 9 pasi- Da; i) Posibilitatea de etalonare automata de alb- Da; j) Reglarea automata a amplificarii (AGC)-Da k) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut)-Da; l) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice-Da; m) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran;-Da n) Functie care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice in
---	---

p) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor- Da; q) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificare ale endoscopului-Da; r) Afişarea datelor despre pacient-Da; s) Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru minim 40 de pacienti- Da; t) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 20 de utilizatori-Da; u) Cu tastatura pt. introducerea datelor-Da; v) Lampa examinare :LED (puterea 300W echivalent)-Da; w) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare-Da; x) Ajustare automata a luminozitatii in minim 12 pasi-Da; y) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte-Da; z) Borcan de apa autoclavabil-Da; 1 Setul conţine - Perie pentru curăţare - 1 unit - Perie pentru curăţarea cilindrului de evacuare - 1 unit - Sub-papă de cauciuc la canalul pentru biopsie - 10 unit - Ulei - 1 - Tub de irigare - 1 unit - Adaptor pentru curăţirea canalului de aer/apă - 1 unit - Capac pentru subpapa de gaz - 1unit Documentaţie: - Certificat ISO 13485 - copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; - Declaraţia de conformitate a producătorului referitor la corespunderea normelor europene sau Certificatul CE - copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; - Termenul de garanţie de la producător –. 12 luni; - Prezenţa manualului de utilizare în limbile Română sau Rusă; Existenta centrului de asistenta tehnică autorizat	timpul inghetarii imaginii-Da; o) Posibilitate de zoom electronic- Da; p) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor- Da; q) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificare ale endoscopului-Da; r) Afişarea datelor despre pacient-Da; s) Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru minim 40 de pacienti- Da; t) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 20 de utilizatori-Da; u) Cu tastatura pt. introducerea datelor-Da; v) Lampa examinare :LED (puterea 300W echivalent)-Da; w) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare-Da; x) Ajustare automata a luminozitatii in minim 12 pasi-Da; y) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte-Da; z) Borcan de apa autoclavabil-Da; 1 Setul conţine - Perie pentru curăţare - 1 unit-Da - Perie pentru curăţarea cilindrului de evacuare - 1 unit-Da - Sub-papă de cauciuc la canalul pentru biopsie - 10 unit-Da - Ulei - 1-Da - Tub de irigare - 1 unit-Da - Adaptor pentru curăţirea canalului de aer/apă - 1 unit-Da - Capac pentru subpapa de gaz - 1unit-Da Documentaţie: - Certificat ISO 13485 - copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; -Da - Declaraţia de conformitate a producătorului referitor la corespunderea normelor europene sau Certificatul CE - copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; -Da - Termenul de garanţie de la producător –. 12 luni; -Da - Prezenţa manualului de utilizare în limbile
--	--

de producator pentru echipamentul oferat sau contract cu un asemenea centru și certificate de pregătire a specialiștilor companiei locale - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Română sau Rusă; -Da Existenta centrului de asistenta tehnică autorizat de producator pentru echipamentul oferat sau contract cu un asemenea centru și certificate de pregătire a specialiștilor companiei locale - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului-Da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Dispozitivele sunt inregistrate in Registrul de stat al DM - DM000193751; DM000193766; DM000193767 Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.
--	---