

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție **Achizitii.md ID 21561006 din 5 Februarie 2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1770274045879**

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire a utilajului medical**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 44. Cromatograf cu gaz Agilent cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen si injector automatic, nr. US 13453036, 2014, nr.de inventariere 31470924	GC 7890B	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	
Lot 45. Cromatograf cu gaze AGILENT 7890B detector NPD/FID/uECD nr. CN13413017 SUA. inv31471418	GC 7890B	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	

Lot 46. Cromatograf lichid LC 20 A D,, Shimadzu” Nr. L20104674618US. Inv.31471416	LC 20 AD	Japonia	Shimadzu Corporation	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	
Lot 47. Deservirea cromatografului cu gaz Agilent 7890B Nr.CN13443013.inv .31471414	GC 7890B	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	
Lot 48. Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD- 100.nr. 31470925	GC 7980 TD-100	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 49. Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD- 100. nr.31471227	GC 7980 TD-100	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător.	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător.	

				2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 50. Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" cu HeadSpice cu detector FID, 2010 Plus, Nr.021005200225 inv.31471228	GC 2010 Plus cu HeadSpice cu detector FID	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 51. Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus"cu detector ECD, NFD, FID, nr.C11855202909S A. inv.31471229.	GC-2010 Plus cu detector ECD, NFD, FID	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 52. Gaz-cromatograf "GC Agilent 7980 cu detector ECD, NFD, inv.31470925	GC 7980 cu detector ECD, NFD	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate.	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate.	

				3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 53. Lichid cromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), nr. DEAA201979. inv.31470926	LC 1260	SUA	Agilent Technologies	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 54. Lichid cromatograf Hewlet Pachart1100, Nr.72005002. inv.31471482	LC HP1100	SUA	Hewlett-Packard (Agilent Technologies)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 55. Lichid cromatograf LC Nexera X2 (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), Nr.L2023577131. inv.31471489	LC Nexera X2	Japonia	Shimadzu Corporation	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 56.	СФ-101	Rusia	АО АКВИЛОН	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul	

Aparat p/u determinarea el. Chimice, Spectrofotometru Acvilon CΦ-101 , Rusia, nr. 0140.inv.31470341.				consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	
Lot 57. Spectrofotometrul de absorbție atomică ZEEnit 700P Nr.150Z7P1135. inv.31471424	AAS ZEEnit 700P	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	
Lot 58. Spectrofotometrul UV-VIS SPECORD 200 Nr. 223E1576.inv.3145 0430	UV-VIS SPECORD 200	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Comrat)	
Lot 59. Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-700 nr. A 30945200633 AE. Inv.31471323	AAS AA-700	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a	

				lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Orhei)	lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Orhei)	
Lot 60. Spectrofotometru UV-VIS Specord 200 Plus, nr. 22E1554, 2014, nr.de inventariere 31470922	UV-VIS Specord 200 Plus	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	
Lot 61. Spectrofotometrul de absorbție atomică AA-7000 Nr. A30945200634. inv.31471978	AAS AA-7000	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 62. Spectrofotometrul de absorbție atomică AAS 6 Vario, Nr.0024 inv.31471975.	AAS 6 Vario	Germania	Analitik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	

Lot 63. Spectrofotometrul de absorbție atomică AAS novAA 800P, Analytik Jena, Nr.10-1430D-AV211. inv.314101006.	AAS novAA 800P	Germania	Analytik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 64. Spectrofotometrul de absorbție atomică PG-990, Nr. 18-0998-0018.inv.31471980	AAS PG-990	Marea Britanie	PG Instruments Limited	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 65. Gas chromatograph with mass spectrometer type GC/MS-TQ 8040, Shimadzu, Nr. C11825202682. inv.31471230	GC/MS-TQ 8040	Japonia	Shimadzu Corporation	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LICH)	
Lot 66. Spectrofotometru Specord 200 PLUS nr.223E1560. inv31471318	Specord 200 PLUS	Germania	Analytik Jena	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător.	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător.	

				2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Orhei)	2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Orhei)	
Lot 67. Spectrometru cu absorbție atomică ZEE nit 700 P, Analitic Jena, Germania Nr. 150 Z 7P1134. inv.31470340	AAS ZEE nit 700 P	Germania	Analitik Jena	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Chișinău)	
Lot 68. Spectrometru cu absorbție atomică ZEE nit 700P, nr. 150z7p1133, 2014, nr. de inventariere 31470930	AAS ZEE nit 700P	Germania	Analitik Jena	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare-primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3. Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (CSP Cahul)	

Semnat: _____ Numele, Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia GUMIONAIA În calitate de: Administrator

Ofertantul: „KIRANTONI“ SRL Adresa: str. M. Costin 18, of 132 , mun. Chișinău, MD-2068 Republica Moldova