

SPECIFICAȚIE Nr.2
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 1						
		Autorefractometru pediatric	Autorefractometru pediatric Plusoptix A12 C	Germany	Plusoptix GmbH		Descriere Autorefractometru pediatric Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil Modalitatea de masurare Binoculara, masurarea efectuata simultan la ambii ochi Tehnologia pe bază de raze IR Tip pacient Pediatric, vârsta minima de la 6 luni Distanța de masurare Min. 1 m Putere sferă (SPH) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt)	

						Putere cilindru(CYL) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt) Axa 0-180° (pasul 1°) Asimetria 0-25° (pasul 0.1°) Distanța interpupilară, mm 25-85 (pasul de incrementare 0.1 mm) Diametru pupilar minim, mm De la 4 la 8 mm (pasul de incrementare 0,1 mm) Display LCD, min. 5 inch, touchscreen Efectuarea și imprimarea raportului final Memorie interna 50 000 investigații Rezoluție ecran Min. 640 x 480 Interfete de conectare USB, WLAN, SDCard Alimentare 220 V, 50 Hz Baterie interna reincarcabila	
	Lotul 12						
	Ramă de probă pentru lentile	Ramă de probă pentru lentile UTF-5080	China	Shanghai Link Instruments Co., Ltd.		Distanța pupilară reglabilă 50–80 mm Unghiul brațului reglabil Perițe nazale ajustabile în înălțime Spațiu pe fiecare parte pentru 5 lentile	
	TOTAL						



Vinzătorul:

L.Ș.

Beneficiarul:

L.Ș.

Centrul: