

FORMULARUL (F4.1)

| | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| Numărul licitației: LP 210340915 | | Data: 09/07/2021 | Alternativa nr. |
| Denumirea licitație : Consumabile medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională SUPLIMENTAR pentru anul 2021 | | Lot: 5; | Pagina 1 din 1 |

| Codul CPV | Nr. Lot | Denumirea mărfii | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Unitatea de măsură | Cantitatea | Standard | Termenul de livrare/prestare |
|------------|---------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---|---|--------------------|------------|----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33000000-1 | 5 | Lot 5. Stent autoexpandabil periferic | POLARIS-pp | Germania | QUALIMED / STRON MEDICAL | Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035". Lungime shaft- 75, 120 cm. Diametre stent obligatorii: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent obligatorii: 20,30,40,60, 80, mm. | Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft recomandat - 6F, compatibil cu ghid 0.035" (0.89 mm).Lungime shaft disponibile - 80, 120 cm. Diametre stent disponibile: 5 ,6, 7 , 8, 9, 10, 11 mm. Lungimi stent propuse: 20, 40, 60, 80, 100 mm. | Buc. | 15 | ISO, CE | Conform cerintelor |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Sergiu RAȚĂ În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova