

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: **Necesarului suplimentar de consumabile medicale
pentru anul 2021**

Cod CPV: **33140000-3**

Autoritatea Contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă**

CAPITOLUL I

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițalilor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu on privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUA**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante

în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui on Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute on articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziției Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce on eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu

financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAЕ**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAЕ** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea

- contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
 - f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
 - g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
 - h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
 - i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofda existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și

financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care

beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene

ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) Propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) Propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul **3.2**.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (**F4.1**) și Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor

indicate în **FDA** punctul **3.7**.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8**, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9** prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în **FDA** punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost

efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în

Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului **(F5.1)** completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA punctul 6.5.**

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Necesarului suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>33140000-3</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii - CNAM, Perioada bugetară: anul 2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se utilizează</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire:	<i>SIA RSAP</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate:	<i>nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>vânzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>nu se aplică</i>

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	33140000-3	Lot 1. Bahile (de unică folosință)	40000	pereche	1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință
2	33140000-3	Lot 2. Bonete medicale bufante	100000	buc	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru uz medical. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 14g/m ² , 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 50-60cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial
3	33140000-3	Lot 3. Canula nazala pentru oxigen	5000	buc	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m.
4	33140000-3	Lot 4. Cateter i/v periferic 20G	3000	buc	1.Dimensiune: 20G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9.Ambalaj individual

5	33140000-3	Lot 5. Cateter i/v periferic 22G	3000	buc	1.Dimensiune: 22G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
6	33140000-3	Lot 6. Mască inhalare oxigen cu prelungitor	1100	buc	dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.
7	33140000-3	Lot 7. Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	800	buc	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.
8	33140000-3	Lot 8. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7	20000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere
9	33140000-3	Lot 9. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5	50000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere.
10	33140000-3	Lot 10. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8	60000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere
11	33140000-3	Lot 11. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.5	50000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere

12	33140000-3	Lot 12. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	200000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
13	33140000-3	Lot 13. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	80000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
14	33140000-3	Lot 14. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 20G x1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
15	33140000-3	Lot 15. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	80000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
16	33140000-3	Lot 16. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila	150000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
17	33140000-3	Lot 17. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte

18	33140000-3	Lot 18. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	200000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
19	33140000-3	Lot 19. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
20	33140000-3	Lot 20. Sistem de drenaj 12CH	115	buc	12CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml
21	33140000-3	Lot 21. Sistem de drenaj 16CH	200	buc	16CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml
22	33140000-3	Lot 22. Sistem de drenaj 18CH	200	buc	18CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml
23	33140000-3	Lot 23. Sonda pentru alimentare	20	buc	Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control
24	33140000-3	Lot 24. Sonda pentru alimentare	20	buc	Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control

25	33140000-3	Lot 25. Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	100	buc	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale
26	33140000-3	Lot 26. Emplastru ~ 5x500cm	6000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm.
27	33140000-3	Lot 27. Emplastru 1x500cm	15000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.
28	33140000-3	Lot 28. Emplastru ~ 2.5x500cm	23000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.
29	33140000-3	Lot 29. Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden	100	buc	Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml
30	33140000-3	Lot 30. Seringă pentru irigare cu para din cauciuc	70	buc	Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml.
31	33140000-3	Lot 31. Test fluorescein	1000	buc	Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotundă, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hârtie absorbantă, impregnată cu colorant.

32	33140000-3	Lot 32. Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	15	buc	rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară
33	33140000-3	Lot 33. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	8000	buc	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării
34	33140000-3	Lot 34. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	200000	buc	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării
35	33140000-3	Lot 35. Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH	700	buc	Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, 12 CH, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, Diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. În ambalaj steril.
36	33140000-3	Lot 36. Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING ref.code 94-103 (93180801) sau echivalentul	1	buc	Cablu lungime 5m ,priza unghi. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 94-103 (93180801) , Soring
37	33140000-3	Lot 37. Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0100 sau echivalentul	1	buc	Capac pentru butelie 300N0100 , material polyamide compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 300N0101 , Soring
38	33140000-3	Lot 38. Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0316 , Soring sau echivalentul	2980	buc	De unica folosinta 5m.Material PVC., Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 700S0316 , Soring

39	33140000-3	Lot 39. Masca CPAP universal full face	200	buc	-Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. -Marime masca- M, L, XL.
40	33140000-3	Lot 40. Matras chirurgical magnitic	6	buc	Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16"). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul
41	33140000-3	Lot 41. Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr	5800	buc	5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic
42	33140000-3	Lot 42. Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm	150	buc	16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.

43	33140000-3	Lot 43. Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	10000	metru	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN.
44	33140000-3	Lot 44. Container universal pentru aspiratie 1500-2000ml	60	buc	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspiratie; - Valvă de control de umplere a vasului.

45	33140000-3	Lot 45. Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	250	set	<p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipsească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>4. Husă ecran circular 140 cm; 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant.</p> <p>7. 2X boluri de 120ml transparent</p> <p>8. Recipient din polipropilena 2500ml</p> <p>9. Servetele celuloza</p> <p>10. Forceps 12 cm verde din plastic</p> <p>11. 2 X halate sterile chirurgicale</p> <p>12. Seringă luerlock 20 ml</p>
46	33140000-3	Lot 46. Cateter cu balon pentru atrioseptostomie	10	buc	<p>Cateter balon pentru atrioseptostomie biluminal, radioopac cu marker de platina la capatul distal, flexibil cu unghi de 35 grade , balon noncompliant, destinat pentru copiii noul-nascuti. Compatibil cu teaca 5F si 6F. Diametru balon de 9,5 mm si 13,5mm. lungimi de balon de 0,95cm si 1,35 cm. Compatibilitate cu ghid 0,014 si 0,021. Lungimea cateterului de 50 cm.</p>

47	33140000-3	Lot 47. Saltea antiescare	10	buc	Saltea antiescare formată din 2 serii de celule (min 120-130 celule amplasate uniform) cu un compresor (pompă) și tuburi de conectare ce alternează automat presiunea aerului dintr-o seria în altă. Dimensiuni: lungime -200cm; lățime-90cm; înălțime - 6-7cm. Greutatea suportată-120- 140 kg. Saltea cu bule de aer cu presiune variabilă (40-110mmhg);cu capacitatea ajustării manuală a presiunii în saltea conform greutății pacientului; confecționată din PVC, lavabilă. Pompă electrică silențioasă, ciclu de funcționare alternativ la 6-4min. Umflarea totală a saltei în maxim 20-25 min. Salteaua are fuste pentru o fixare mai bună la salteaua de pat.
Lot 48. Nutriție enterală					
48.1		Lot 48.1 Nutriție enterală Standart	500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)
48.2		Lot 48.2 Nutriție enterală p/u diabetici	500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500ml)
48.3		Lot 48.3 Nutriție enterală pentru pacienti cu afectiuni hepatice	1000	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)
48.4		Lot 48.4 Nutriție enterală cu valoare energetică înaltă	1500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)
48.5		Lot 48.5 Nutriție enterală cu cantitatea crescută de proteine	2500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)

49		Lot 49. Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	25000	pereche	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință
----	--	----------------------------------------------------------------	-------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>[nu vor fi acceptate]</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><i>[forma garanției a/b/c]</i></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1003600150783</i></p> <p><i>Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448</i></p> <p><i>Codul bancar: MOLDM2X302:</i></p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”.</i></p> <p><i>Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:</i></p> <p><i>a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;</i></p> <p><i>b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;</i></p> <p><i>c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<i>DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013</i>

3.5.	Termenul de livrare:	<i>În termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. <i>Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>90 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor , este:	<i>SIA RSAP</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>lei MD</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>BNM</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>Data deschiderii ofertelor</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe: loturi</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Nu se aplică</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<i>5%</i>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	[forma garanției de bună execuție a/b/c] <i>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</i> <i>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29</i> <i>Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițanu”, Chișinău</i> <i>Codul fiscal: 1003600150783</i> <i>Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448</i> <i>Codul bancar: MOLDM2X302</i> <i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din</i>

		_____”
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>Nu se aplică</i>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>5 zile</i>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Alexandru Ferdohleb

CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ___ ” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.]

_____ [Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

Beneficiar: _____

_____ [numele și adresa autorității contractante]

Data: “ ___ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
_____ [denumirea băncii]

_____ (numit în continuare „Ofertant”)
_____ [numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ___ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea _____

conform anunțului de participare nr. _____ [obiectul achiziției]
dîn “ ___ ” _____
20__.

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
_____ [denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:

_____ ([suma în cifre] _____ ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau
(ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform
condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ___ ” _____ 20__.

_____ [semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Necesarul suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului (codul de referință)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lot 1. Bahile (de unică folosință)							
33140000-3	Bahile (de unică folosință)				1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 2. Bonete medicale bufante							
33140000-3	Bonete medicale bufante				1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru uz medical. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 14g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 50-60cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 3. Canula nazala pentru oxigen							

33140000-3	Canula nazala pentru oxigen				Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 4. Cateter i/v periferic 20G							
33140000-3	Cateter i/v periferic 20G				<ol style="list-style-type: none"> 1.Dimensiune: 20G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9.Ambalaj individual 		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 5. Cateter i/v periferic 22G							
33140000-3	Cateter i/v periferic 22G				<ol style="list-style-type: none"> 1.Dimensiune: 22G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. 		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 6. Mască inhalare oxigen cu prelungitor							

33140000-3	Mască inhalare oxigen cu prelungitor				dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 7. Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3							
33140000-3	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3				Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 8. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7							
33140000-3	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7				Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 9. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5							
33140000-3	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5				Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 10. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8							

33140000-3	Lot 10. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8				Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 11. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.							
33140000-3	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.				Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 12. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila							
33140000-3	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 13. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila							

33140000-3	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 14. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila							
33140000-3	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 20G x1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 15. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila							
33140000-3	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 16. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila							

33140000-3	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 17. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila							
33140000-3	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 18. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila							
33140000-3	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 19. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila							

33140000-3	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila				1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 20. Sistem de drenaj 12CH							
33140000-3	Lot 20. Sistem de drenaj 12CH				12CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 21. Sistem de drenaj 16CH							
33140000-3	Sistem de drenaj 16CH				16CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 22. Sistem de drenaj 18CH							
33140000-3	Sistem de drenaj 18CH				18CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 23. Sonda pentru alimentare							

33140000-3	Sonda pentru alimentatie				Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 24. Sonda pentru alimentatie						
33140000-3	Sonda pentru alimentatie				Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 25. Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm						

33140000-3	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm				1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 26. Emplastru ~ 5x500cm							
33140000-3	Emplastru ~ 5x500cm				1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 27. Emplastru 1x500cm							
33140000-3	Emplastru 1x500cm				1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 28. Emplastru ~ 2.5x500cm							

33140000-3	Emplastru ~ 2.5x500cm				1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 29. Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden							
33140000-3	Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden				Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 30. Seringă pentru irigare cu para din cauciuc							
33140000-3	Seringă pentru irigare cu para din cauciuc				Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 31. Test fluorescein							
33140000-3	Test fluorescein				Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotundite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hârtie absorbantă, impregnată cu colorant.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 32. Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă							

33140000-3	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă				rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 33. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern							
33140000-3	Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern				Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 34. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern							
33140000-3	Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern				Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 35. Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH							
33140000-3	Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH				Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, 12 CH, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, Diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. În ambalaj steril.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 36. Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING ref.code 94-103 (93180801) sau echivalentul							
33140000-3	Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING ref.code 94-103 (93180801) sau echivalentul				Cablu lungime 5m ,priza unghi. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 94-103 (93180801) , Soring		CE/Declarație de conformitate CE/ISO

Lot 37. Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0100 sau echivalentul							
33140000-3	Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0100 sau echivalentul				Capac pentru butelie 300N0100 , material polyamide compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 300N0101 , Soring		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 38. Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0316, Soring sau echivalentul							
33140000-3	Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0316 , Soring sau echivalentul				De unica folosinta 5m.Material PVC., Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 700S0316 , Soring		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 39. Masca CPAP universal full face							
33140000-3	Masca CPAP universal full face				-Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. -Marime masca- M, L, XL.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO

Lot 40. Matras chirurgical magnitic							
33140000-3	Matras chirurgical magnitic				Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16"). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 41. Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr							
33140000-3	Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr				5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 42. Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm							

33140000-3	Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm			16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
------------	----------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------

Lot 43. Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2

33140000-3	Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2			<p>Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; - este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofile pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN.</p>		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
------------	-------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------

Lot 44. Container universal pentru aspirație 1500-2000ml

33140000-3	Container universal pentru aspirație 1500-2000ml				<p>Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril;</p> <p>Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.</p>		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 45. Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice							

33140000-3	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice				<p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>4. Husă ecran circular 140 cm;</p> <p>5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant.</p> <p>7. 2X boluri de 120ml transparent</p> <p>8. Recipient din polipropilena 2500ml</p> <p>9. Servetele celuloza</p> <p>10. Forceps 12 cm verde din plastic</p> <p>11. 2 X halate sterile chirurgicale</p> <p>12. Seringă luerlock 20 ml</p>		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
------------	---------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------

Lot 46. Cateter cu balon pentru atrioseptostomie

33140000-3	Cateter cu balon pentru atrioseptostomie				<p>Cateter balon pentru atrioseptostomie biluminal, radioopac cu marker de platina la capatul distal, flexibil cu unghi de 35 grade , balon noncompliant, destinat pentru copiii noul-nascuti. Compatibil cu teaca 5F si 6F. Diametru balon de 9,5 mm si 13,5mm. lungimi de balon de 0,95cm si 1,35 cm. Compatibilitate cu ghid 0,014 si 0,021. Lungimea cateterului de 50 cm.</p>		<p>CE/Declarație de conformitate CE/ISO</p>
------------	------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------

Lot 47. Saltea antiescare

33140000-3	Saltea antiescare				Saltea antiescare formată din 2 serii de celule (min 120-130 celule amplasate uniform) cu un compresor (pompa) și tuburi de conectare ce alternează automat presiunea aerului dintr-o seria în altă. Dimensiuni: lungime -200cm; lățime- 90cm; înălțime - 6-7cm. Greutatea suportată-120- 140 kg. Saltea cu bule de aer cu presiune variabilă (40-110mmhg);cu capacitatea ajustării manuală a presiunii în saltea conform greutateii pacientului; confecționată din PVC, lavabilă. Pompă electrică silențioasă, ciclul de funcționare alternativ la 6-4min. Umflarea totală a saltei în maxim 20-25 min. Salteaua are fuste pentru o fixare mai bună la salteaua de pat.		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
Lot 48. Nutriție enterală							
33140000-3	Lot 48.1 Nutriție enterală Standart				combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
33140000-3	Lot 48.2 Nutriție enterală p/u diabetici				combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500ml)		CE/Declarație de conformitate CE/ISO

33140000-3	Lot 48.3 Nutriție enterală pentru pacienți cu afecțiuni hepatice				combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
33140000-3	Lot 48.4 Nutriție enterală cu valoare energetică înaltă				combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
33140000-3	Lot 48.5 Nutriție enterală cu cantitatea crescută de proteine				combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)		CE/Declarație de conformitate CE/ISO

Lot 49. Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului							
33140000-3	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului				Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m ² , reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodiu cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință		CE/Declarație de conformitate CE/ISO
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
 Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2) <i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]</i>
Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP</u> din <u>Conform SIA RSAP</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Necesarul suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 1. Bahile (de unică folosință)	pereche	40000					Pe parcursul anului 2021, în decurs de 30 zile de la solicitare	Conform SIA RSAP
	Lot 2. Bonete medicale bufante	buc	100000						
	Lot 3. Canula nazala pentru oxigen	buc	5000						
	Lot 4. Cateter i/v periferic 20G	buc	3000						
	Lot 5. Cateter i/v periferic 22G	buc	3000						
	Lot 6. Mască inhalare oxigen cu prelungitor	buc	1100						
	Lot 7. Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	buc	800						
	Lot 8. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7	pereche	20000						
	Lot 9. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5	pereche	50000						
	Lot 10. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8	pereche	60000						
	Lot 11. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.5	pereche	50000						
	Lot 12. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	buc	200000						
	Lot 13. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½	buc	80000						

	0,7x40mm, sterila						
	Lot 14. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila	buc	100000				
	Lot 15. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	buc	80000				
	Lot 16. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila	buc	150000				
	Lot 17. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila	buc	100000				
	Lot 18. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	buc	200000				
	Lot 19. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila	buc	100000				
	Lot 20. Sistem de drenaj 12CH	buc	115				
	Lot 21. Sistem de drenaj 16CH	buc	200				
	Lot 22. Sistem de drenaj 18CH	buc	200				
	Lot 23. Sonda pentru alimentatie	buc	20				
	Lot 24. Sonda pentru alimentatie	buc	20				
	Lot 25. Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	buc	100				
	Lot 26. Emplastru ~ 5x500cm	buc	6000				

	Lot 27. Emplastru 1x500cm	buc	15000				
	Lot 28. Emplastru ~ 2.5x500cm	buc	23000				
	Lot 29. Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden	buc	100				
	Lot 30. Seringă pentru irigare cu para din cauciuc	buc	70				
	Lot 31. Test fluorescein	buc	1000				
	Lot 32. Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	buc	15				
	Lot 33. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	buc	8000				
	Lot 34. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	buc	200000				
	Lot 35. Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH	buc	700				
	Lot 36. Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING ref.code 94-103 (93180801) sau echivalentul	buc	1				
	Lot 37. Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0100 sau echivalentul	buc	1				
	Lot 38. Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0316 , Soring sau echivalentul	buc	2980				
	Lot 39. Masca CPAP universal full face	buc	200				

	Lot 40. Matras chirurgical magnitic	buc	6				
	Lot 41. Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr	buc	5800				
	Lot 42. Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm	buc	150				
	Lot 43. Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	metru	10000				
	Lot 44. Container universal pentru aspirație 1500-2000ml	buc	60				
	Lot 45. Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	set	250				
	Lot 46. Cateter cu balon pentru atrioseptostomie	buc	10				
	Lot 47. Saltea antiescare	buc	10				
	Lot 48 Nutriție enterală						
	Lot 48.1 Nutriție enterală Standart	flacon	500				
	Lot 48.2 Nutriție enterală p/u diabetici	flacon	500				
	Lot 48.3 Nutriție enterală pentru pacienti cu afectiuni hepatice	flacon	1000				
	Lot 48.4 Nutriție enterală cu valoare energetica înaltă	flacon	1500				
	Lot 48.5 Nutriție enterală cu cantitatea crescută de proteine	flacon	2500				
				Total lot 48			

	Lot 49. Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	pereche	25000						
				Total					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F 5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 06- /21

**de achiziționare a necesarului suplimentar de consumabile medicale
pentru anul 2021**

Cod CPV: 33140000-3

_____. 2021

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>_____.</p> <p>reprezentată prin director, dl. _____,</p> <p>care acționează în baza Statutului,</p> <p>denumit în continuare <i>Vînzător</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, reprezentată prin director, dl. Andrei UNCUȚA,</p> <p>care acționează în baza Regulamentului,</p> <p>denumit în continuare <i>cumpărător</i>,</p> <p>pe de alta parte,</p>

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie interventionala pentru anul 2021, denumite în continuare Bunuri, conform **Licitație Deschisă nr. _____** din **Conform SIA RSAP**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. _____ din _____.2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificație de preț;
 - c) Garanția de bună execuție.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă

care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenul de garanție [*valabilitate, după caz*] a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător, în decurs de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor;*
- b) *Act de primire predare;*
- c) *Certificat de inofensivitate/Certificatul de conformitate conform specificației prezentului contract;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ (_____, 00 bani) MLD.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, **în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea

7.1. Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acestuia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător.

7.5. Partea are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

7.6. Impedimentul justificator nu exonerează partea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Părțile au dreptul la rezoluțiune în mod unilateral în următoarele cazuri:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;

- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) În temeiul prevederilor legislației în vigoare.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în quantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și contabilitatea cumpărătorului.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, . **2021**.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Adresa poștală:	Adresa poștală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29
Tel./Fax:	Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033;
Cod IBAN:	Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA
Banca:	MF - Trezoreria de Stat
Codul băncii:	Adresa: str.Constantin Tănase, 9
Cod fiscal:	Codul băncii: TREZMD2X
Cod TVA:	Cod fiscal: 1003600150783

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ : _____	Andrei UNCUȚA: _____
L.Ș.	L.Ș.

