

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1616494059273 / 21037590 din «14» aprilie 2021		
Denumirea procedurii de achiziție:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2021	Lotul nr.7. "Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"	Pagina: 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Nr. lot / Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan- darde de referință
0	1	2	3	4	5
Lotul nr.7. "Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"					
1	50421000-2	7.Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare si calibrarea pompei de vacuum; – Curățarea sistemului optic; – Curățarea garniturii sistemului de vacuum; – Curățarea sistemului mecanic caroseria; – Curățarea sistemului pentru casete; – Instalarea kiturilor A,R; – Schimbul Saline A/R; – Schimbul Pipette Tips A/R; – Calibrarea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program; CONFORM CERINȚELOR !!!	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare si calibrarea pompei de vacuum; – Curățarea sistemului optic; – Curățarea garniturii sistemului de vacuum; – Curățarea sistemului mecanic caroseria; – Curățarea sistemului pentru casete; – Instalarea kiturilor A,R; – Schimbul Saline A/R; – Schimbul Pipette Tips A/R; – Calibrarea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program; CONFORM CERINȚELOR.	ISO/CE

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 13.04.2021